



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2015-03-22



Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AOT.IK AOT.IK 2121.2.16.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów oraz modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez Zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższych zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów oraz modułów gazowych.

Monitory przy aparatach do znieczulenia ogólnego w zadaniu nr 1

1. Monitor M1205 prod. Philips – 4szt. (1998 i 1997 rok produkcji)
2. Moduł gazowy - M1026B - 2szt. i M1026A - 1szt. (1997, 2011 rok produkcji)
3. Monitor Beneview T5 prod. Mindray z modułem gazowym– 4 szt. (2013, 2014 rok produkcji)
4. Monitor S/5 CAM prod. GE z modułem gazowym– 3szt. (2009 i 2010 rok produkcji).
5. Monitor M1157 prod. Philips –1szt. z monitorem gazowym ULT-i – (2001 rok produkcji).

Monitor przy aparacie do znieczulenia ogólnego w zadaniu nr 2

1. Monitor M1157 prod. Philips –1szt. (2001 rok produkcji)
2. Moduł gazowy Beneview T5 prod. Mindray – 1szt. (2013 rok produkcji)

Monitory przy aparatach do znieczulenia ogólnego w zadaniu nr 3

1. Monitor SL2700 z modułem gazowym - 2szt. (2007 rok produkcji)

Monitor przy aparacie do znieczulenia ogólnego w zadaniu nr 4
Monitor FX2000P z modułem gazowym - 2szt. (2006 rok produkcji)

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec