

(miejsowość, data)

.....
(pieczęć wykonawcy)

tel.:

fax:

**Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69**

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AG.Z.2150.17.1.2017 na dostawę **Elektrokardiografu** :

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości :

- netto: zł

(słownie: zł)

- stawka podatku VAT %

- brutto: zł

(słownie: zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferuję termin płatności dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).
5. Na oferowany przedmiot udzielammiesiący pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).
6. Oświadczam ,że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do prac zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
7. Warunki gwarancji:
 - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od podjęcia interwencji serwisowej , a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy (powyżej 7 dni) wstawienie aparatu zastępczego.
 - czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia interwencji serwisowej u Użytkownika) w okresie gwarancji nie dłużej niż 72 godz.
 - graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji (max 7 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski , upoważnionego do wykonania działań serwisowych

adres.....
.....
.....
.....

8. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstotliwość wykonania przeglądów .Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.....Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy .

9. Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty odbioru.

10.Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta oraz instrukcję serwisową.

11. Oświadczam , że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

12. Oświadczam , że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw , konserwacji i przeglądów oferowanego elektrokardiografu po okresie obowiązywania gwarancji.

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są :

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczony w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
- c) formularz oferty cenowej
- d) parametry techniczne
- e) deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
do reprezentowania Wykonawcy

Parametry techniczne Elektrokardiografu

Lp	Parametry wymagane	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe , 2017 rok produkcji producent Model/typ Kraj pochodzenia	Tak podać	
2	Elektrokardiograf 12-kanałowy , do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń	Tak	
3	Papier EKG termiczny o szerokości 210 mm (rolka , papier faksowy , składany)	Tak	
4	Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki przez port USB , niezależne od komputera PC , wydruk na papierze biurowy A4	Tak	
5	Wsteczne zapisy ekg	Tak	
6	Długi zapis ekg	Tak	
7	Profile użytkownika	Tak	
8	Ilość drukowanych odprowadzeń : 3,4,6,12,3X4+1 , 3X4+2 , 3X4+3 , 4X3+1 , 6X2+1 , 6X2+2	Tak	
9	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min.5,7 cali umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów oraz wartości pomiarów i menu	Tak podać	
10	Zwarta konstrukcja (nie dopuszcza się aparatów typu „laptop”	Tak	
11	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	Tak	
12	Funkcja auto-testu aparatu	Tak	
13	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta zabezpieczona przed zalaniem	TAK	
14	Tryb pracy: automatyczny i ręczny	TAK	
15	Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej	TAK	
16	Czułość: min.2.5 , 5 ,10 , 20 mm/nV	TAK	
17	Prędkość zapisu rejestratora min: 5 , 10 , 25 , 50 mm/s	TAK podać	
18	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie częstości serca	TAK	
19	Detekcja stymulatora serca	TAK	
20	Filtr zakłóceń sieciowych	TAK	
21	Filtr zakłóceń mięśniowych	TAK	
22	Ochrona przed impulsem defibrylacji	TAK	
23	Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem	TAK	

24	Analiza i interpretacja wyników EKG	TAK	
25	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem	TAK	
26	Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min 100 badań) oraz eksportu danych w formacie PDF lub XML do pamięci typu Pendrive / karty SD/ komputera PC	TAK	
27	Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia	TAK	
28	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe	TAK	
29	Sygnalizacja pracy z akumulatora oraz podłączenia zasilania sieciowego	TAK	
30	Dedykowany wózek z koszykiem na akcesoria oraz wysięgnikiem na przewód pacjenta : na min czterech kółkach skrętnych , blokada min. 2 kółek	TAK	
31	Wyposażenie aparatu: 3. przewód pacjenta z klamrami dostosowanymi do elektrod przedsercowych jednorazowego użytku 4. dziecięce elektrody kończynowe klipsowe	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne-Product Data..

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie.

Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ..

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie , dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego elektrokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami . Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ .

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Lp.	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość szt	Cena jednostkowa a netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3	
1	Elektrokardiograf	1						
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto
(słownie) :

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa nr AG.Z.2150.....2017

zawarta w dniu w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1.

a firmą z siedzibą w adres:
zarejestrowaną w NIP zwaną w treści
umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę n/w asortymentu;

Elektrokardiograf – 1 szt

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 28 dni licząc od daty podpisania umowy, tj. do dnia 2017 roku
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu.
3. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.

§ 3

1. Sprzedający udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okresm-cy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy (powyżej 7 dni) wstawienie aparatu zastępczego.
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia interwencji serwisowej u Użytkownika) w okresie gwarancji nie dłużej niż 72 godz.
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji (max 7 dni roboczych)
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonania działań serwisowych

adres.....

§ 4

1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe brutto takie jak w złożonej ofercie, tj.

- **Elektrokardiograf** –pln / szt

Łączna wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy.

Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 5

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT (rachunku).

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.

§ 6

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

§ 8

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu Sprzedającemu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 pkt a.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 10

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: