



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 marca 2016 r.

AG.ZP 3320.12. .16

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę lampy rentgenowskiej i detektora promieniowania do angiografu Artis Zee Floor produkcji Siemens. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Pytanie dot. Instrukcji dla wykonawców cz.I Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2 tiret 3. Prosimy o nadanie następującego brzmienia: „- detektor promieniowania fabrycznie oryginalny rok produkcji 2015 lub 2016”

Zwracamy uwagę, że oferowane przez Wykonawcę detektory pochodzą bezpośrednio od producenta, posiadają aktualny atest fabrycznej kontroli jakości i fabryczną gwarancję. Natomiast niektóre moduły detektora mogą być rekondycjonowane. Wiąże się to z tym, iż firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r Nr 25, poz. 150) System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu, który jest wysyłany przez producenta.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

2. Pytanie dot. Instrukcji dla wykonawców, cz. I Opis przedmiotu zamówienia, Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Zadanie 1 oraz Zadanie 2. Prosimy o rozszerzenie zapisów i dopisanie po słowach „dni” sformułowania „roboczych (rozumianych jako pon – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)” Analogiczna zmiana miałaby miejsce we Wzorzec Umowy par. 2 ust. 2 ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHMIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AG.ZP 3320.12.16 – wyjaśnienie SIWZ

3. Pytanie dot. Instrukcji dla wykonawców, cz. I Opis przedmiotu zamówienia, Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Proponowany przez Zamawiającego termin 60 dni może mieć wpływ na cenę oferty wynikającą z konieczności finansowania Zamawiającego przez Wykonawcę. Analogiczna zmiana miałaby miejsce we Wzorze Umowy par. 4 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

4. Pytania dot. Instrukcji dla wykonawców cz. III Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma wpływu na ustawowe zmiany wysokości stawek podatków zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa: „Brutto” słowem „netto” w następującym zdaniu: „Ceny (brutto) określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu”. Analogiczna zmiana miałaby miejsce we Wzorze Umowy par. 3 ust. 3.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

5. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 1 ust. 1 Prosimy o zastąpienie sformułowania: „rok produkcji 2016” sformułowaniem: „rok produkcji 2015 lub 2016” Wykonawca nie ma wpływu na gospodarkę magazynową producenta, a zważywszy, że jest początek roku Wykonawca nie może zagwarantować, że części będą wyprodukowane wyłącznie w 2016r. ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

6. Pytanie dot. Wzoru umowy par. 1 ust. 2. Prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi: „2. Sprzedający zapewnia, że dostarczona przez niego lampa rentgenowska jest fabrycznie nowa, detektor promieniowania jest fabrycznie oryginalny i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Uzasadnienie jak w pytaniu nr 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

7. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 5 ust. 1 oraz ust. 3. Prosimy o zmniejszenie kar umownych do 0,1%.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

8. Pytanie dot. Wzoru umowy par. 5 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 oraz par. 8 ust. 2. Prosimy o zastąpienie słowa: "Brutto" słowem "netto".

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

9. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz par. 8 ust. 2. Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulację ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kar względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto” – na końcu ustępu. Zwracamy uprzejmie uwagę, że podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 i CSK 420/06 Sformułowania art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w „określonej sumie” w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkami wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalenie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłby zgodny z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłaby inną czynność prawną.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

10. Pytanie dot. Wzoru umowy par. 5. Prosimy o dopisanie ustępu 6 o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 10% wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. W związku z powyższą prośbą o dopisanie na końcu par. 5 sformułowania: „z zastrzeżeniem ust. 6”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

11. Pytanie dot Wzoru umowy par. 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie sformułowania: „bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu” słowami: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych”. Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłby relatywnie krótka) Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowo terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

12. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 8 ust. 1. Prosimy o wydłużenie czasu uwzględnienia reklamacji do 5 dni roboczych.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

13. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 3. Prosimy o doprecyzowanie zapisów i dopisanie po słowie: „roboczych” sformułowania: „(rozumianych jako pon.-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

14. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 8 ust. 2. Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1%.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

15. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 9 ust. 1. Prosimy o zastąpienie sformułowania: „protokołu odbioru” słowami: „protokołu zdawczo – odbiorczego” celem ujednoczenia nazewnictwa dokumentów.

Wyjaśnienie: Zamawiający w miejsce sformułowania „protokół odbioru” wprowadza zapis: „protokół zdawczo – odbiorczy”.

16. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 9 ust. 1. Prosimy o dopisanie na końcu ustępu sformułowania: „Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji: zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Prosimy o to doprecyzowanie, tak aby Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis. Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części, skutkuje wydłużeniem odpowiedzialności Wykonawcy za jakość dostarczonej części i tym samym może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

17. Pytanie dot. Wzoru Umowy par. 9 ust. 2. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji napraw gwarancyjnych do 5 dni roboczych.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

18. Pytanie w dot. Wzoru Umowy par. 9 ust. 5. Prosimy o zastąpienie ustępu poniższą treścią: Wszelkie naprawy w zakresie przedmiotu umowy wydłużają okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia. Zwracamy Państwu uwagę na fakt, że lampa rtg ma charakter materiału zużywalnego. Elementy zużywalne ze swej natury nie podlegają naprawie w przypadku zużycia – muszą wtedy podlegać wymianie – wobec tego, zgodnie z brzmieniem przedmiotowego postanowienia gwarancja na te elementy musiałaby biec od nowa, co z kolei oznaczałoby wieczystą gwarancję. Mieliśmy do czynienia z sytuacją nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczoną możliwością przedłużania okresu gwarancji, sytuacją nieakceptowaną ze strony Wykonawcy, który na etapie składania oferty nie ma wówczas możliwości skalkulowania jej ceny, gdyż nie jest wówczas możliwe przewidzenie materiałów zużywalnych, które Zamawiający zamówi.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

19. Pytanie do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o min. 3 dni robocze, w związku z wydłużonymi procedurami Wykonawcy związanymi z pozyskaniem dokumentów wymaganych w SIWZ (np. gwarancja wadialna).

Wyjaśnienia: Termin składania ofert upływa 11 marca 2016 roku godzina 11:00 o czym informuje pismo z dnia 03 marca 2016 r.

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ds. Administracyjno – Technicznych

Mgr inż. Bernarda Petryk