



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.56.22

Zamość, dnia 27 września 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa podstawowego sprzętu angiograficznego do zabiegów endowaskularnych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

#### **Pytanie dot. zadania 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wprowadzającego, dla którego koszulka 5F posiada przewodnik 0.035", pozostałe rozmiary wymagane w SIWZ kompatybilne z przewodnikiem 0.038". Dostępne rozmiary 5-10F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie dot. zadania 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wprowadzającego długiego, spełniającego kluczowe wymagania SIWZ, kompatybilnego z przewodnikiem 0.038".

**Wyjaśnienie:** Nie.

#### **Pytanie dot. zadania 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników hydrofilnych o podstawowej sztywności; dostępne długości 150, 260cm oraz średnice: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038"; końcówki: prosta oraz zagięta.

**Wyjaśnienie:** Nie.

#### **Pytanie dot. zadania 4:**

Czy w zadaniu nr 4, Zamawiający dopuści złożenie oferty na przewodniki hydrofilne o poniższych parametrach:

- rdzeń w całości wykonany z nitinolu, pokryty poliuretanowym płaszczem, bez domieszki wolframu,
- dostępne długości od 150 do 260 cm,
- dostępne średnice 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038",
- końcówki: prosta i zagięta, dostępny przewodnik kształtowany
- końcówka elastyczna w dostępnej długości: 3 cm,
- różne sztywności przewodnika: standard, sztywny,
- dostępny przewodnik typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft,
- dla wszystkich przewodników identyczna powłoka hydrofilna?

**Wyjaśnienie:** Nie.

#### **Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści zaoferowanie Przewodników hydrofilnych bez wymaganych przewodników kształtowanych, które zgodnie z komunikatem producenta przestały być produkowane?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 5 rozdziału V swz przewodników specjalistycznych o najwyższej sztywności ekstra i ultra sztywnych o dostępnej średnicy 0.035". Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie mikroprowadników do zabiegów endowaskularnych o parametrach podanych poniżej:

- średnica 0,014 cala
- 4 różne typy do wyboru w dwóch długościach 190 i 300 cm +/- 10 cm w tym przewodnik o bardzo wysokiej hydrofilności, pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny z dobrą widocznością w skopii, typu J.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne średnica tylko 6F? Reszta parametrów bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbek zakresie zadania 10? Cewniki są znane Zamawiającemu i używane w Szpitalu.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 11:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe proste o długości 45, 55, 70, 90 cm? W przypadku braku zgody na rezygnację z dł. 30 cm proszę o podanie przyczyny i ilości zużytych koszulek 30cm w zakresie danego pakietu w okresie trwania ostatniego kontraktu.

**Wyjaśnienie:** Nie. Jednocześnie informujemy, że wniosek zawarty w zdaniu drugim nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Co oznacza wg Zamawiającego parametr powłoki hydrofilnej „AQ”? Co to za powłoka? Czy powłokę o nazwie własnej oferuje tylko jeden producent?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 12 poprzez wykreślenie parametru „dostępna wersja z pokryciem hydrofilnym AQ”.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA i goleni o nieznacznie zmienionych parametrach:

- koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, kompatybilna z przewodnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"
- wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem
- koszulka z pokryciem hydrofilnym

- krzywizny: Raabe, ANL1, ANL2, BLKN (z zagięciem 180° i zagiętym dylatatorem) - dostosowana do badania metodą "cross-over"
- średnice koszulek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12F
- długości koszulek: 40, 45, 55, 70, 80, 90, 110cm
- duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F do 0,114" w 8F
- długość 55 cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector)
- koszulki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatraskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik
- koniec koszulki zaopatrzony w cieniодajną opaskę dobrze widoczną w skopii, kompatybilne z przewodnikiem 0,038"

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zadania 12 i 13:**

Czy Zamawiający w związku z przedstawieniem kilkadziesiątu szczegółowych parametrów z ulotki producenta Cook Medical oczekuje zaoferowania koszulek tegoż producenta?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 15:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 dopuści System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- rozmiar 4F - 5F
- zakres pracy: 3 – 35 mm
- system z pojedynczą pętlą nitinolową

Pozostałe wymagania bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 15:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny system do usuwania ciał obcych w postaci Atraumatycznej nitinolowej pętli, pętla zagięta pod kątem 90 stopni, z połączonym wolframem dla uzyskania optymalnej widoczności; Początek nasady zagięty by ułatwić nawigację, Prowadnik o bardzo dobrej manewrowalności; Podtrzymujący rękaw ściśle połączony z „hub” eliminujący załamywanie się; Luer konektor; Torquer XXL ułatwiający manipulowanie; Nitinolowy drucik polepszający możliwość manipulacji; Platynowy wewnętrzny znacznik w kształcie pierścienia zapewniający dobre pozycjonowanie introducera; rozmiar koszulki 4-5F; Średnice 5,10,15,20,25,30,35 mm; długość pętli 125 cm; długość introducera 110 cm

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zadania 18:**

Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 18 przedłużacza wysokociśnieniowego o dł. 180 cm z rotacją, wytrzymały ciśnienie do 1200 PSI. Jest to przedłużacz miękkiej jakości, w kolorze przezroczystym.

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zadania 18:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 18 przedłużacze o długości 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto opóźnionej dostawy.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający umożliwi przesłanie faktur drogą elektroniczną poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od daty jej otrzymania” na „... od dnia uznania reklamacji”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

We wzorach umów, będących załącznikami do SWZ Zamawiający wskazuje możliwość przesyłania faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Czy poza tym sposobem Zamawiający dopuszcza również przekazywanie faktur w formacie PDF na wskazany adres e-mail? Wykonawca nie posiada możliwości przekazywania faktur za pomocą w/w Platformy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania faktur w formacie PDF.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu