

Zamość, dnia 16 listopada 2018 r.

AG.ZP.3320.70. .18

Dotyczy: Zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów neuroradiologicznych oraz zabiegów endowaskularnego leczenia malformacji naczyńniowych.

1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 8 poprzez rozdzielanie pozycji 1 i 2 na dwa odrębne zadania.

Obowiązujący po zmianie opis przedmiotu zamówienia to:

### Zadanie 8

#### **Spirale embolizacyjne – 100 szt.**

- Spirala embolizacyjna o progresywnej miękkości
- Mechaniczne uwalnianie spirali
- Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie
- Popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie
- Długość spirali – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm., kompatybilne z mikrocewnikami typu 0.010”
- Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka ora ultra miękka helikalna
- Wewnętrzna nitka z super wytrzymałego materiału; dodatkowe, wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny
- Progresywna miękkość – każda spirala posiada bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca jest bardziej elastyczny

### Zadanie 11

#### **Spirale embolizacyjne – 150 szt. + 50 szt. urządzenia do odczepiania spirali metodą termiczną**

- Dostępne kształty „koszyk” (complex), „helical”
- Dostępne sztywności: standard, soft, supersoft
- Dostępne średnice spirali supersoft: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 – 5 mm
- Dostępne długości dla spirali supersoft: 18, 20 – 65 65 cm
- Dostępne rozmiary dla spirali helical soft: 3 mm x 4 cm, 3 mm x 6 cm, 6 mm x 8 cm, 6 mm x 10 cm
- Dostępne rozmiary dla spirali helical standard: 6 mm x 15 cm, 9 mm x 30 cm, 10 mm x 30 cm
- Bardzo miękka końcówka dystalna popychacza powodująca znikoma ruchliwość mikrocewnika przy wprowadzaniu spirali do tętniaka
- Czas odczepiania spirali poniżej 1 sekundy



URS is a member of Institute of Standards (Instytut UST).

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali
- Możliwość sprawdzenia poprawnego działania układu „spirala – odczepiarka” (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna) po wyjęciu spirali z opakowania, przed wprowadzeniem do układu naczyniowego pacjenta

Wymagane ilości sprzętu w „Banku sprzętu” pozostają bez zmian.

## 2. Zmianie ulega wysokość wymaganego wadium w następujących zadaniach:

Zadanie 8 - Spirale embolizacyjne – 100 szt.

Wysokość wymaganego wadium: 2 600,00 zł.

Zadanie 11 - Spirale embolizacyjne – 150 szt. + 50 szt. urządzenia do odczepiania spiral metodą termiczną

Wysokość wymaganego wadium: 4 800,00 zł.

## 3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **3 grudnia 2018 r. godz. 11:00**

- nowy termin wniesienia wadium to **3 grudnia 2018 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **3 grudnia 2018 r. godz. 12:00**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec