

Zamość, dnia 07 lutego 2020 r.

AG.ZP.3320.89.19.20.01183.20

dotyczy: zmiany treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do leczenia tętniaków i malformacji naczyniowych w CUN dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii oraz Oddziału Neurologii.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005

1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 poprzez rozdzielenie pozycji 1 i 2 na dwa odrębne zadania tj. 6A i 6B.

Obowiązujący po zmianie opis przedmiotu zamówienia to:

Zadanie 6A - Stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji naczyń mózgowych - 30 szt.

- dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką
- rozmiar komórki stentu 0,381 mm lub mniej
- wysoka elastyczność w tętnicy
- doskonałe dopasowanie do ściany naczynia
- możliwość repozycji po otwarciu do 50 % stentu
- system doprowadzający 5 F rapid exchange
- dostępne średnice 5 do 10 mm oraz długości od co najmniej 16 do co najmniej 40 mm
- wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką prowadzącą 5 Fr

Wysokość wymaganego wadium: 1 000,00 zł.

Zadanie 6B - Protekcja dystalna do zabiegów endowaskularnych – 60 szt.

- system umożliwiający zastosowanie niezależnego przewodnika 0,014” lub 0,018”
- system dostawy „rapid exchange” i „over the wire” do wyboru
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F
- filtr zamontowany na przewodniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej przewodnika
- rozmiary koszyka filtra 3, 4, 5, 6, 7 mm do naczyń od 2 do 7 mm
- koszyczek filtra z markerami

Wysokość wymaganego wadium: 1 100,00 zł.

2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **26 lutego 2020 roku, godz. 11:00**
- nowy termin wniesienia wadium to **26 lutego 2020 roku, godz. 11:00**
- nowy termin otwarcia ofert to **26 lutego 2020 roku, godz. 12:00**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu