



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 17 sierpnia 2023 r.

DZP.3320.74.23

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę defibrylatorów**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie 1 dot. poz. 6:**

„Czy Zamawiający dopuści: Czas ładowania do energii 200 J – 7 sek.?”

**Wyjaśnienie:** Obowiązujące są zapisy SWZ.

**Pytanie 2 dot. poz. 11:**

„Czy Zamawiający dopuści: Zakres pomiaru tętna 25-240 u/min.?”

**Wyjaśnienie:** Obowiązujące są zapisy SWZ.

**Pytanie 3 dot. poz. 20:**

„Czy Zamawiający dopuści: Wydruk zdarzeń na wbudowanej drukarce termicznej. Drukarka drukuje ciągle pasek wyświetlanych informacji i raportów pacjenta?”

**Wyjaśnienie:** Obowiązujące są zapisy SWZ.

**Pytanie 4 dot. poz. 29:**

„Czy Zamawiający dopuści: Łyżki zewnętrzne wyposażone w przycisk ładowania, przycisk drukowania i pokrętko wyboru energii i również przyzna 1pkt za taką funkcjonalność?”

**Wyjaśnienie:** Obowiązujące są zapisy SWZ.

**Pytanie 5 dot. poz. 32:**

„Czy Zamawiający dopuści: Łyżki wewnętrzne mocowane w dedykowanym uchwycie, wyposażonym w przycisk defibrylacji i również przyzna 1pkt za taką funkcjonalność?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6 dot. pkt 12:**

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze wzmocnieniem sygnału ekg w zakresie 0,5-4 cm/mV oraz Auto wzmocnienie, 6 poziomów wzmocnienia?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7 dot. pkt 15:**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 0-140 mA – terapia niskoprądowa - pozytywne rokowania dla mięśnia sercowego (szeroki impuls stymulacyjny 40 ms)?”

**Wyjaśnienie:** Obowiązujące są zapisy SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu