

Zamość, dnia 6 sierpnia 2019 r.



AG.ZP.3320.58. .19

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę systemu monitorującego z centralą i kardiomonitorem**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005

Pytanie:

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym, dotykowym (pojemnościowym) ekranem o przekątnej 18.5" z matową powierzchnią wyświetlacza zapobiegającą odbijaniu się od matrycy promieni słonecznych, z szerokim kątem widzenia ± 178 stopni?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem saturacji SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale z wykorzystaniem innego niż algorytmu niż: Masimo, Nellcor, Philips FAST, TruSignal?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

dot. pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnik do pomiaru SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, miękkie, o długości 3 m?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

dot. pkt. 23 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej o długości 3 m?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

dot. pkt. 14 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kardiomonitora z funkcją eksportu 12-odprowadzeniowych badań EKG do systemu archiwizacji zapisów EKG w edytowalnym formacie pliku .XML?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie:

dot. pkt. 18 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kardiomonitora z algorytmem pomiaru saturacji umożliwiającym rozbudowę o funkcję nieinwazyjnego pomiaru poziomu hemoglobiny całkowitej w krwi tętniczej (SpHb)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

dot. pkt. 70 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu długotrwałej archiwizacji standardowych diagnostycznych zapisów 12-odprowadzeniowego EKG z bazą danych w standardzie SQL dającym możliwość edycji badań, dokonywania pomiarów oraz tworzenia opisów?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

dot.: Załącznik nr 2, pkt. 8 oraz wzór umowy § 1, pkt. 2, ppkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia serwisowego pracowników Inżynierii Klinicznej w centralnej siedzibie serwisu medycznego polskiego oddziału producenta zaoferowanego systemu monitorowania i określi liczbę pracowników, którzy uczestniczyliby w takim szkoleniu?

Wyjaśnienie: Tak, min. dwóch pracowników.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek