



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 6 września 2018 r.

AG.ZP.3320.59. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę defibrylatorów z funkcją resynchronizacji. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia wraz z elektrodami defibrylującymi z aktywną fiksacją jednokoilowe sterydowa, ale bez możliwości pracy w środowisku MRI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 – Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 z elektrodami RA i DF-4, bez elektrody LV uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów?

Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 – Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 z elektrodami RA i DF-1, bez elektrody LV uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów?

Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333
tel. Sekretariat
84 6773300
Fax
84 6386669
www.szpital.zam.pl
e mail:
szpital@szpital.zam.pl
NIP
922-22-92-491
REGON
006050134
KRS
0000021024
PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524