



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 8.04.2016r.

AG.Z.2150.27.1.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę worków do ssaka Medela wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści wkłady o następujących parametrach:

- wkład workowy o pojemności 2000ml lub 3000ml
- zawiera zastawką hydrofobową jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami
- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania
- posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego
- pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach
- uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania
- bez zawartości PCV ?”

Odpowiedź na pytanie 1:

NIE

Pytanie 2:

Dotyczy § 7 wzoru umowy

„Wnosimy o modyfikację ww paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: W razie kolejnej dwukrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 pkt 1.”

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie ze wzorem umowy do zaproszenia do złożenia oferty.

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524