



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 czerwca 2016r.

AG.ZP 3320.37. .16

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Bakteriologii. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy nr 1 tak, aby § 6 ust. 1 i 2 uzyskały odpowiednio brzmienie:

„1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki”

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 integralnej części SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy nr 2 tak, aby § 7 ust. 1 i 2 uzyskały odpowiednio brzmienie:

„1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy (odczynników, innych niezbędnych produktów ...) albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki,
- w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia w ramach dzierżawy analizatorów model, produkcji.... w wysokości 0,2% wartości netto analizatorów za każdy roboczy dzień zwłoki, wartość analizatorów,
- w przypadku zwłoki w naprawie dzierżawionych analizatorów lub zwłoki w wymianie na wolne od wad, gdy naprawa przekroczy termin umowy lub jest ekonomicznie nieuzasadniona w wysokości 0,2% wartości netto analizatorów za każdy dzień zwłoki, wartość analizatorów

„2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
postępowanie AG.ZP 3320. 37.16 –
wyjaśnienie treści siwz.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 integralnej części SIWZ.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 10 dopuści test jak w załączonej instrukcji lub wyłączy tę pozycję do oddzielnego pakietu ? Tak opisany test pozwala na złożenie oferty tylko i wyłącznie jednej firmie.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zaproponowany przez wykonawcę test jest testem immunochromatograficznym, wymagany jest test immunoenzymatyczny – bardziej czuły, czułość toksyny A, B w proponowanym teście jest za niska – 3 x mniejsza, proponowany test ma kilka miejsc dozowania próbki, zamawiający wymaga 1 miejsca dozowania – większa jednorodność próbki, mniejsze ryzyko błędu. Zamawiający nie wydzielił pozycji, ponieważ skonstruował pakiet tak, aby zawierał wszystkie szybkie manualne testy jakościowe. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że opisany test posiada nie tylko jedna firma.

4. Dotyczy Pakietu 17, Wzór umowy nr 1, paragraf 2, punkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy odczynników przez Sprzedającego z 3 dni roboczych do 7 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Nie.

5. Dotyczy Pakietu 17, Wzór umowy nr 2, paragraf 2, punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie stwierdzenia: „Podłączenie analizatorów do użytkowanego w szpitalu systemu informatycznego (SIS GEM) z wykorzystaniem kodów kreskowych” ? Jeśli jednak podtrzyma swoje stanowisko to czy Zamawiający może określić jaki typ podłączenia jest przez niego preferowany – podłączenie jednokierunkowe czy dwukierunkowe ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wzoru umowy nr 2 zacytowanego stwierdzenia w przypadku aparatu genetycznego – zadanie 17.

6. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu z 24 godzin od zgłoszenia na 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia w formie pisemnej?

Wyjaśnienie: Nie.

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec