



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20.05.2016r.

AG.Z.2150.10.2.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę osprzętu laparoskopowego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„ Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektrody w kształcie litery „L” czy „J” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W kształcie litery L

Pytanie 2:

„Prosimy o dopuszczenie przewodnicy / kaniuli trokaru śr 10mm, gładkiej , dł robocza 97mm, z zaworem klapkowym, z rozbiernym kranikiem do podłączenia gazu insuflacyjnego, lub przewodnicy / kaniuli trokaru, gładkiej, śr 11mm, dł robocza 101mm, z zaworem klapkowym, z rozbiernym kranikiem do podłączenia gazu insuflacyjnego.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem do zaproszenia.

Pytanie 3:

„ Prosimy o dopuszczenie obturatora piramidalnego do kaniuli o śr 10mm i dł 97mm lub obturatora piramidalnego do kaniuli o śr 11 i dł 101mm.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z opisem do zaproszenia.

Pytanie 4:

„ Prosimy o dopuszczenie obturatora do bezpiecznego, 4 elementowego w zestawie płacz z zakończeniem ostrym kaniulowanym, oraz uchwyt z mocowanym sprężynowym prętem ochronnym, do trokaru / kaniuli o śr 10mm i dł 97 lub trokaru / kaniuli o śr 11mm i dł 101mm”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z opisem do zaproszenia.



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.10.2.2016

Pytanie 5:

„ Prosimy o dopuszczenie prowadnicy/kaniuli trokaru śr 5,5mm, gładkiej, dł robocza 98mm z zaworem klapkowym, z rozbieralnym kranikiem do podłączenia gazu insuflacyjnego”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z opisem do zaproszenia.

Pytanie 6:

Dotyczy § 1 pkt 1 wzoru umowy

„ Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 roboczych dni od daty złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 30 dni roboczych”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zgodnie ze wzorem umowy..

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec