

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188657-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zamość: Urządzenia medyczne
2017/S 096-188657**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
al. Jana Pawła II 10
Zamość
22-400
Polska

Osoba do kontaktów: Aneta Sachajko, pok. 215

Tel.: +48 846773281

E-mail: zamowienia@szpital.zam.pl

Faks: +48 846386669

Kod NUTS: PL312

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.zam.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na następujący adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

al. Jana Pawła II 10

Zamość

22-400

Polska

Osoba do kontaktów: Aneta Sachajko

Tel.: +48 846773281

E-mail: zampupl@szpital.zam.pl

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu endoskopowego.
Numer referencyjny: AGZP 3320.38.17

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa sprzętu endoskopowego – 30 zadań asortymentowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 378 900.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Ligatory:

a) Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, końcówka typu OPTI-VU Barrel dająca duży kąt widzenia, z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania – 15 szt.

b) Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka przezroczysta, końcówka typu OPTI-VU Barrel dająca duży kąt widzenia z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania – 15 szt

2.Zestawy do przezskórnej gastrostomii

a) zakładane metodą pull

- długi dren do podawania pokarmu średnicy 24F
- przewodnica pętlowa
- cewnik stomijny widoczny pod RTG – przezroczysty
- końcówki do żywienia
- skalpel
- igła punkcyjna

- pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą
- pętla metalowa do wyciągnięcia przewodnicy przez kanał endoskopu
- Ilość – 90szt.
- b) zakładane przez przetokę
- krótki dren do podawania pokarmu średnicy 24F
- wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem
- w zestawie środek poślizgowy i dezynfekujący, strzykawka, zewnętrzny pierścień mocujący
- Ilość – 40 szt.
- 3. Igła do biopsji cyto-histologicznej. Rozmiar 18G,20G,22G, długość 10cm,15cm,20cm; Rozmiar 21G i 23G, długość 15cm,20cm – 10 szt.
- 4. Drenaż do dróg żółciowych
- Cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną, z mechanizmem blokującym typu Mac-Loc, wykonany z ultrathanu. Znakowany opaską cieniodajną, 32 otwory boczne na części prostej i pigtail. Rozmiar 8,5F, 10,2F, 12F, 14F, długość 40cm – 15szt.
- Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną, długość 15cm,20cm; 5 bocznych portów, mechanizm blokujący Mac- Loc; średnica 5F, 6.3F, 7F, 8.5F, 10.2F, 12F, 14F; wielkość pigtail 10mm; wykonany z ultathanu – 5szt.
- 5. Przeskórny zestaw dostępowy, w skład którego wchodzi igła 22G dł. 15cm, przewodnik 0,018" dł.60cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską – 20szt.
- 6. Cewnik diagnostyczny angiograficzny, nylonowy: długość 40cm i 65cm, średnica 5F i 6F – 15szt.
- 7. Przewodnice do PTC:
- sztywny przewodnik prosty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035", długość 80cm – 5szt.
- sztywny przewodnik zagięty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035", długość 80cm; kąt zakrzywienia 3mm- 5szt.
- sztywny przewodnik typu Cope; zagięta, platynowa końcówka, średnica 0,018" , długość 40,60 i 100cm – 15szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 77 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 800,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża

Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816
1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400
Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią w formie pistoletu ułatwiającego pracę w dwie strony, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80 %, korektę podczas uwalniania, zestaw o średnicy 10F współpracujący z prowadnicą 0,035", długość 6cm, 8cm, 10cm – 25szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 300,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816
1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i długość 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 mm i długość 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm), długość 4 ,6, 8cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do uwalniania lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80 %. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.Przeznaczony do jednorazowego użytku. – 30szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 123 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 1.300,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 4

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Stent samorozprężalny nitinolowy do przelyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Pistoletowa rękojeść uwalniająca umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jaki i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035" – 8 szt.

2. Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka, pokrywany silikonem, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn. Pistoletowy system uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10F. Wymagane długości 6, 9, 12 cm – 2 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 40 400.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 400,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 5

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Cewnik 7F lub 10F, dł. 220 cm – 1szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 2 200.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 50,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 6

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1.Zestawy do protezowania:

— długość 205cm, średnica 8,5F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm, widocznymi w aparacie RTG, prowadnica 0,035 ", trwały nieodkształcalny popychacz – 10 szt.

— długość 205 cm, średnica 10F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm, widoczny w aparacie RTG, prowadnica 0,035", trwały nieodkształcalny popychacz – 15 szt.

— popychacz 170cm, średnica 7F – 5szt.

— popychacz 170cm, średnica 5F – 10szt.

2. Balony do okluzji dróg:

— długość 200 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 8,5mm, pojemność 1,5 cc, możliwość pracy z przewodnicą 0,035 " – 25 szt.

— długość 200 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 12mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z przewodnicą 0,035 " – 30 szt.

— długość 200 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 15mm, pojemność 4,0 cc, możliwość pracy z przewodnicą 0,035 " – 30 szt.

— długość 200 cm, średnica cewnika 6,6F, średnica balonu 12-15-18-20mm, pojemność 5,0cc, możliwość pracy z przewodnicą 0,035" – 10 szt.

— długość 200 cm, średnica cewnika 7,0-5,0F, trójkanałowy, średnica balonu 8,5-12-15mm, możliwość pracy z przewodnicą 0,035" i podawania kontrastu przed balonem – 5 szt.

3. Przewodnice do ERCP:

— dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, jak również system markerów co 5 cm, mówiący nam o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 5 cm pokryty hydrofilnie, średnica 0,025", 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty – 150 szt.

— posiadająca hydrofilny koniec na długości 15 lub 25 cm, system markerów mówiący o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec, średnica 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty – 100 szt.

— posiadająca hydrofilny koniec na 25 cm, system markerów mówiący nam na jakiej głębokości się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 4 cm, średnica 0,018", długość 450 cm, koniec prosty – 40 szt.

— koniec prosty, platynowy widoczny pod RTG, długość 480cm lub 260cm, średnica 0,018" lub 0,021" – 100 szt.

4. Drenaż nosowo-żółciowy typu pig-tail lub alfa, długość 250 cm, średnica 5, 6, 7, 8,5, 10F – 2 szt.

5. Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych:

— sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych, cewnik 8,5 F i 10 F, długość 200 cm, temperowany koniec dł. 4 cm, na przewodniku 0,035 " – 10 szt.

— sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych średnicy 8,5F z czterocentymetrowym końcem stopniowanym od 5,0 do 7,0F – 6 szt.

6. Narzędzia do pobierania materiału histologicznego i cytologicznego z dróg żółciowych:

— szczypcy długości 220 cm z igłą i bez igły, średnica łyżeczek 1,5 mm – 3 szt.

7. Balon stosowany do rozszerzania przełyku u pacjentów z achalazją; długość 8cm, średnica 30cm i 35cm; długość robocza 75cm (wg potrzeb zamawiającego) – 2szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 266 800.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 2.700,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 7
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Klipsowanica jednorazowego użytku, obrotowa o 360 st., rozwarcie klipsa 16 mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania nawet przy ostrym kącie zagięcia cewnika, cewnik długości 230 cm – 50 szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 18 000.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 200,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 8
Część nr: 8
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
1. Tusz do podawania podśluzówkowego w celu znakowania zmian śluzówkowych – 4 op.
2. Indigo Carmine 1 % marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej, 10 ml w ampułce (pakowane po 10 szt) – 2op.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 1 800.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 20,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 9
Część nr: 9
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Samorozprężalny nitinolowy, całkowicie pokrywany stent do tamowania krwawień z żyłaków przełyku, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia, średnica części roboczej 25mm, długość 135 mm – 4 szt.

2. Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żyłaków przełyku złożony z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej – 2szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 18 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 190,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie 10

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepokrywana, przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby, długość protezy 6, 8,10,12cm, średnica protezy 8,10mm;długość robocza narzędzia 180cm, średnica zestawu wprowadzającego 7F (wybór rozmiaru protezy wg potrzeb zamawiającego) – 4szt.
2. Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokryta silikonem na całej długości ;kształt typu „diabolo”; średnica protezy 12 lub 14mm, średnica kołnierzy 24mm, długość całkowita 30 lub 40mm, długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,4mm (10F), 12 złotych znaczników: po cztery na kołnierzach, cztery w części środkowej; z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora(wg potrzeb zamawiającego) – 10szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 53 200.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 600,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 11

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Litotryptor awaryjny – 1szt.

2. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia:

- średnica 30mm – 15szt.
- średnica 26mm – 15szt.
- 3. Uchwyt do jednorazowych litotryptorów mechanicznych – 1szt.
- 4. Kosz do ekstrakcji złożeń:
 - koszyk do usuwania złożeń z dróg żółciowych, wielorazowy, średnica 20mm – 20szt.
 - koszyk do usuwania złożeń z dróg żółciowych, wielorazowy, średnica 22mm, -20szt.
 - koszyk do usuwania złożeń, jednorazowy, średnica kosza 10mm, drut miękki – 3 op(po 2 szt)
- 5. Sfinkterotomy światło 3-kanalowe, z możliwością pracy z przewodnicą 0,035" i jednoczesnym kontrastowaniem, długość końcówki dystalnej 3mm, końcówka widoczna we fluoroskopii, wielorazowy; długość cięciwy 20mm – 40 op.
- 6. Wielorazowy uchwyt do sfinkterotomów wielorazowych firmy OLYMPUS; z pierścieniem blokującym, zapobiegającym przegięciu cięciwy noża – 10szt.
- 7. Nóż do Pre-cuttingu długość narzędzia 195 cm, ostrze w kształcie szpatułki wysuwanej na długość 4mm – 4szt
- 8. Cewniki do ERCP:
 - standardowy, wielorazowy, średnica platynowej końcówki 4F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,035" – 6szt.
 - cewnik z krótkim ścięciem, wielorazowy, średnica końcówki dystalnej 3,5F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,035" – 6szt.
- 9. Szczypce chwytające wielorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, posiadają funkcję rotacji, długość części roboczej 180cm, średnica kanału roboczego 2,8mm – 1szt.
- 10. Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów do poszerzania; zintegrowany wskaźnik kontroli ciśnienia – 2szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 232 800.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 2.400,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 12
Część nr: 12
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Narzędzia do zabezpieczania krwawień:
1. Klipsownica wielorazowa, jednoelementowa z funkcją rotacji, cięgło do osadzania klipsa zakończone stożkiem; współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; długość narzędzia 195cm – 2szt.
2. Klipsy naczyniowe, pakowane sterylnie w oddzielne kartridże:
— długość ramion 9mm, kąt rozwarcia 135 st. – 320 szt.
— długość ramion 7,5mm, kąt rozwarcia 135st. -120szt
3. Pętla nylonowe jednorazowego użytku do zakładania na szypuły polipów;
— średnica 30mm – 2 op. (opakowanie a 10 szt).
— średnica 20mm – 2 op. (opakowanie a 10 szt).
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 36 600.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 400,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 13

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Narzędzia do ESD i EMR:

1. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego z prostą nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera:cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus GIF- Q165 i GIF- H190 – 1szt.

2. Zestaw jednoazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego ze skośną nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera:cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną oraz nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus – 1szt.

3. Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, zestaw zawiera cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, długość robocza 230cm – 1 szt.

4. Noże elektrochirurgiczne:

— nóż jednorazowy z izolowaną końcówką, możliwość użycia z nasadką dystalną w celu poprawienia pola widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 165cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 2,2mm, długość noża 4mm- 1szt.

— nóż jednorazowy elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką do jelita grubego; możliwość użycia z nasadką dystalną w celu poprawienia pola widzenia; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 230cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 1,7mm, długość noża 3,5mm – 1szt.

— nóż jednorazowy, końcówka noża w kształcie kopolki, z funkcją płukania; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 2,0mm – długość robocza narzędzia 165cm, długość noża 1,5mm- długość robocza narzędzia 195cm lub 230cm – 10szt.(wg potrzeb zamawiającego)

5. Akcesoria do gastro-kolo-duodenoskopu:

— zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus -30 op.

— zawory woda-powietrze w endoskopach firmy Olympus -10szt.

— zawory ssące w endoskopach firmy Olympus – 10szt.

— filtr do ssaka Olympus KV4 – 30op.(10szt. w opakowaniu)

6. Nasadka dystalna prosta, z bocznym otworem; długość od dystalnego brzegu endoskopu 4mm; średnica nasadki 12,4mm lub 15mm;jednorazowe – 30szt. (wg potrzeb zamawiającego).

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 90 900.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 1.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 14
Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Prowadnice do ERCP

Końcówka prosta lub zagięta, pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm, widoczna w promieniach RTG; na długości 90mm-420mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; średnica 0,035" i 0,025" (wg potrzeb zamawiającego) – 100 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 41 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 500,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 15
Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych długość włosia 6mm, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, długość robocza 220cm lub 230 cm -500 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 4 200.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 50,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 16
Część nr: 16
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Szczoteczki wielorazowe do mycia endoskopów z osłoną zwojową zakończone kulką, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 230cm – 20 szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 6 100.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 100,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 17
Część nr: 17
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

5 – cio krążkowy przyrząd Pull Thru do czyszczenia kanałów endoskopów o średnicy od 2,8 do 5,0mm; długość robocza 220cm- 600 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 300.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 50,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 18

Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Sonda do argonu:

1. Sondy współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8mm, kompatybilne z diatermią firmy Erbe:

— z prostym otworem – 9 szt.

2. Sondy współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych 5mm, kompatybilne z diatermią firmy Erbe – 3szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 7 700.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 100,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 19

Część nr: 19

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Protezy żółciowe, o dużej elastyczności, odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadające dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod aparatem RTG, pełen zakres rozmiarów (5F,7F,5,5F,10F,11,5F) – 150szt.(wg potrzeb zamawiającego)

2. Protezy trzustkowe perforowane 5F, 7F, pełen zakres długości (wg potrzeb zamawiającego)- 30 szt.

3. Protezy typu podwójny pig-tail, pełen zakres rozmiarów (wg potrzeb zamawiającego) – 10 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 14 700.00 PLN

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 150,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 20
Część nr: 20
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Rozszerzacz do rozszerzania dróg żółciowych; wykonany z polietylenu, widoczny w RTG; wierzchołek zwężony na długości 3 cm; średnica 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11,5F; długość robocza 200cm; współpracujący z przewodnicą 0,035" (wg potrzeb zamawiającego) – 10szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 1 200.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 10,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 21
Część nr: 21
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
1. Balony do poszerzania zwożeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych. Balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością wprowadzenia balonu po przewodniku (przewodnik w zestawie z balonem). Długość balonu 5,5cm lub 8cm, średnica balonu 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, długość robocza 180cm i 240cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8mm, średnica cewnika 7,5F – 100szt.
2. Samorozprężalne stenty przełykowe z możliwością wyboru przez użytkownika sposobu uwalniania od końca dystalnego lub proksymalnego za pomocą nici; wykonane z nitinolu; długość stentu po pełnym rozprężeniu 10cm, 12cm, 15cm; zakres średnic stentów po pełnym rozprężeniu 17- 23mm; pokrywane tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza protezy i dającym możliwość uszczelniania przetok; fabrycznie zamontowany na zestawie wprowadzającym i gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania; system uwalniający z markerami widoczny w obrazie RTG i obrazie endoskopowym -1szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 55 600.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 560,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 22
Część nr: 22

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Pokrowce ochronne zabezpieczające tace do transportu endoskopów; do posiadanego wózka transportowego CleanaScope; jeden zestaw zawiera: 1 pokrowiec zielony, 1 pokrowiec czerwony, 1 pokrowiec przezroczysty; pakowane sterylnie -1200 pakietów.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 7 200.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 100,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża

Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 23
Część nr: 23

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Kleszcze biopsyjne, jednorazowe, powlekane, bez igły, łyżeczka owalna, standard, średnica 2,3 mm; długość robocza 180cm i 230cm – 3000 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 82 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 850,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 24
Część nr: 24

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Pętla do polipektomii, jednorazowa, owalna; średnica 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm; długość robocza narzędzia 2300mm; współpracująca z kanałem endoskopu o średnicy 2,8mm – 800 szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 32 400.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 400,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 25
Część nr: 25
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Filtr bakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku ssaka Olympus KV-6 – 10op.

- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 1 450.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 20,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie 26
Część nr: 26
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Wkład jednorazowy do ssaka KV-4 firmy Olympus o pojemności 2.5litra na wydzieliny, dwa uchwyty przy wkładzie; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegające przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta – 800 szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 5 850.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 100,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 27

Część nr: 27

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Jednorazowa igła iniekcyjna, sterylna, pakowana oddzielnie, długość robocza 230cm; średnica igły 0,7mm, długość ostrza 5mm; średnica kanału roboczego endoskopu 2,3 mm; kilkustopniowa „długopisowa” blokada ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania – 2000 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 94 700.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 1.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 28
Część nr: 28

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzenie dwóch przewodnic o śr. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta i zaopatrzona mandrynem, dwukanałowy. Jeden z kanałów zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5F, długość 190cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym oznaczony dla odróżnienia swoistym kolorem – 3szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 200.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 20,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża

Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 29
Część nr: 29

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Jednorazowy dren zakończony z jednej strony końcówką Luer, z zaciskiem plastikowym; długość 75cm; współpracujący z pompą OFP-2 firmy Olympus; każdy dren sterylny, pakowany oddzielnie – 300 szt.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 16 100.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 170,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 30
Część nr: 30

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10 ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Samorozprężalny stent do dróg żółciowych; z dzianego drutu nitinolowego, w wersji pokrywanej (z odkrytymi końcami stentu) i niepokrywanej, w dwóch wersjach gęstości oczek siatki stentu- pojedynczej i podwójnej, o średnicach po rozprężeniu 8 i 10mm dla wersji niepokrywanej dodatkowo średnica 12mm); długość 4,5,6,7,8,9,10 i 12 cm dla wszystkich średnic stentów, złote znaczniki na obu końcach i na środku stentu, widoczne w RTG, system wprowadzający o średnicy 8F i długość 180 cm, z zabezpieczeniem zapobiegającym przedwczesnemu uwolnieniu stentu, współpracujący z przewodnikiem 0,035", posiadający znaczniki RTG i znaczniki endoskopowe – 6szt.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 10 800.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
W tym zadaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 100,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- III.1) **Warunki udziału**
- III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Warunki realizacji umowy są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. terminy dostaw, termin reklamacji, termin utworzenia banku.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 23/06/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 04/07/2017

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość pok. 210.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający wymaga następujących dokumentów;

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym powyżej w pkt. 5 i 6 (art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych),

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenia terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 6.oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,.

7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (DzU. Z 2016 r poz. 716),

9. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – załącznik nr 4.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” – załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 17 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Katalog, prospekt lub folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego asortymentu.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu faksu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP – przy użyciu faksu albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/05/2017