



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu [®]

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG.ZP.3320.84. 1373219

Zamość, dnia 05 grudnia 2019 r.



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.2, 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmienia treści SIWZ (dotyczy przetargu nieograniczonego na **dostawę podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych**). Poniżej podajemy treść zapytań i wyjaśnienia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 5

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 5 rozdziału III siwz przewodników specjalistycznych o najwyższej sztywności o dostępnej średnicy \varnothing 0,035". Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 19

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza wysokociśnieniowego do strzykawki wysokociśnieniowej o długości 180cm zakończony adapterem rotacyjnym luer-lock i spełniający wszystkie pozostałe parametry

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów wprowadzających udowych o długości 11cm i średnicach 5-10F. POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy Zadania 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie PROWADNIKÓW O POKRYCIU HYDROFILNYM w dwóch długościach 150 oraz 260cm. Dostępne średnice 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Końcówki: prosta, zagięta oraz J. Końcówka o długości 3cm. Prowadniki dostępne w standardowej sztywności.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

AG.ZP.3320.84.19 – wyjaśnienia treści
i zmiana treści SIWZ

tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

Pytanie nr 5 - dotyczy Zadania 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników angiograficznych najwyższej jakości, dostępnych w kilkudziesięciu krzywiznach do wyboru Zamawiającego (między innymi JL/ JR/ PIG/ AL1/ AL2/ AL3/ C1/ MPA3/ JB1/ H3/ FC3/ HN5/ DAV/ KMP/ MPB/ RC1/ RC2/ RDC) o dużym świetle wewnętrznym dla 4Fr - 1.07mm/ dla 5Fr - 1.19mm. Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę. Długości cewników 80 cm – 125 cm. Cewniki kompatybilne są z przewodnikiem 0,035" oraz 0,038".

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania 19

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy wysokociśnieniowych o długości 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7- - dotyczy zadania nr 18

„ Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy zestawów wkładów do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion, czy też do wstrzykiwaczy Mark 5 ProVis i Mark 5 plus?

Wyjaśnienia: Zamawiający dokonuje zmiany Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w taki sposób że w:

- w zadaniu 18 Wkład do strzykawki automatycznej .

jest

„Wkłady pasujące do strzykawki automatycznej **Marc VII ProVis .**

winno być:

„Wkłady pasujące do strzykawki automatycznej **Marc VII Arterion.**

Pytania dotyczące treści wzoru umowy:

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienia: Zgodnie ze Wzorem Umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 8 ust. 1, 2:

- 1) Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**

Wyjaśnienia: Zgodnie ze Wzorem Umowy.

- 2) Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 - 4 w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.**

Wyjaśnienia: Zgodnie ze Wzorem Umowy.

D Y R E K T O R

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek