

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 05.03.2019r.

AG.Z.2150.29.2.2019

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że w ramach zaproszenia do złożenia ofert na dostawę odczynników, testów do Pracowni Bakteriologii oraz testów do badań alergologicznych i autoimmunologicznych wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia analizy wpłynęły pytania :

W zakresie zadania nr I

Pytanie 1 :

„Czy Zamawiający dopuści krążki z antybiotykami pakowane po 4 fiołki w zbiorczym opakowaniu zabezpieczone pochłaniaczem wilgoci i każda fiołka dodatkowo zabezpieczona kapturkiem, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość fiołek?”

Odpowiedź :

Nie

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający w pozycji nr 22,54,57,58 dopuści krążki z antybiotykami pochodzące od innego producenta niż pozostały asortyment krążków z antybiotykami?”

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający w pozycji nr54 dopuści test cefinaza na pasku?”

Odpowiedź :

Tak

W zakresie zadania nr II

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania kolistyny metodą rozcieńczeń w bulionie, konfekcjonowanego po 40 oznaczeń w opakowaniu, z opcją przeliczenia na ilość wymaganą przez Zamawiającego, który zawiera w studzienkach kontrolę wzrostu oraz 11 stężeń antybiotyku w zakresie zalecanym przez EUCAST 0,0625-64mg/l, wraz z bulionem tego samego producenta ?”

Odpowiedź :

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

W zakresie zadania nr III

Pytanie 5 :

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego immunologicznego testu jakościowego służącego do wykrywania karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w koloniach bakteryjnych otrzymanych z hodowli w jednym okienku testowym, testu który posiada czułość i specyficzność 100% w stosunku do metody PCR, a wynik odczytywany jest w czasie 15 minut?”

Odpowiedź :

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524