



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 grudnia 2015 r.

AG.ZP 3320.73. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Zamawiający w zestawieniu wymaganych parametrów granicznych w pkt 1 określił, że łączna wydajność systemu musi być nie mniejsza niż 1375 oznaczeń/godzinę, w tym minimum 1000 oznaczeń/godzinę. Czy wydajność minimalna 1000 oznaczeń/godzinę ma dotyczyć badań fotometrycznych?

Wyjaśnienie: Tak, dotyczy badań fotometrycznych.

2. Dot. Pkt 2 Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatorów: Czy Zamawiający dopuści analizatory używane, wyprodukowane w 2013 roku, po pełnym przeglądzie firmowym z najnowszym oprogramowaniem oraz pełną gwarancją serwisową? Takie rozwiązanie zmniejszy inwestycję firmy i umożliwi zredukować wartość oferty, a co za tym idzie umożliwi obniżyć koszty Zamawiającego związane z zakupem odczynników po znacznie niższych cenach.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. pkt 9 Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatorów: Zamawiający wymaga odczynników gotowych do użycia, lecz dopuszcza 4 odczynniki wymagające aktywowania. Czy pod stwierdzeniem „aktywowanie” należy rozumieć przelewanie, rozpuszczanie, zmieszanie?

Wyjaśnienie: Tak, przez „aktywowanie” należy rozumieć przelewanie, rozpuszczanie, zmieszanie.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie części kalibratorów i kontroli w formie ciekłej a części w formie liofilizowanej?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza część kalibratorów i kontroli w formie ciekłej i liofilizowanej.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 analizatorów wolnostojących o łącznej wydajności 2400 oznaczeń/h bez możliwości połączenia, każdy sterowany z odrębnych stanowisk? Ponieważ zgodnie z SIWZ „połączenie lub rozdzielanie analizatorów przeprowadza się na koszt wykonawcy” w sytuacji kiedy Zamawiający wymagać będzie połączenia analizatorów wykonawca zgodnie SIWZ na swój koszt

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AG.ZP 3320.73.15 -
wyjaśnienie treści siwz



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

zamieni dwa analizatory na jeden sterowany z jednego stanowiska z jednym podajnikiem próbek o wydajności 2000 oznaczeń fotometrycznych oraz 900 ISE/h. Takie rozwiązanie zapewni możliwość udziału w postępowaniu przetargowym większej ilości oferentów, a tym samym zapewni większą konkurencyjność cenową złożonych ofert.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 2 odczynników wymagających przygotowania polegającego na zmieszaniu 2 podjednostek składowych bez konieczności użycia jakichkolwiek przyrządów dozujących?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odczynniki były uzupełniane i dokładane po wprowadzeniu analizatorów w tzw. tryb pracy PAUZA? Analizator na ekranie pokazuje zapotrzebowanie na odczynniki na dany dzień tygodnia wyliczając średnie zużycie testów i porównując ze stanem odczynnikowym na pokładzie aparatu i informuje operatora o ewentualnej konieczności uzupełnienia odczynników na początku dnia pracy. Tym samym konieczność uzupełniania odczynników w czasie dnia pracy praktycznie nie jest wymagana i występuje tylko sporadycznie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów wykonujących oznaczenia w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, w którym łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego jest termostatowana powietrzem? Takie rozwiązanie zwalnia operatora z konieczności okresowego mycia i wymiany wody w łaźni wodnej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwości dostawy analizatorów do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

11. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia glukozy w próbkach pediatrycznych z hemolizatu? Jeśli tak, prosimy o podanie przybliżonej ilości oznaczeń w tym materiale z ogólnej ilości 55 tysięcy w okresie 24 miesięcy?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zamierza wykonywać oznaczeń glukozy z hemolizatu.

12. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do LDH według metody rekomendowanej przez IFCC?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza odczynnik według metody rekomendowanej przez IFCC.

13. W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowywany jest na pokładzie analizatora.

14. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.

Wyjaśnienie: W § 1 wprowadza się ust. 4 o brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

15. Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

16. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

17. Par. 2 ust. 7. Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w niniejszym postanowieniu umowy wykluczało zastosowanie kar umownych.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

18. Par. 3 ust. 6 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie następującego brzmienia niniejszemu postanowieniu umowy: „wykonywania napraw urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego w ciągu dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Kupującego awarii. Czas reakcji serwisowej wynosi godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

19. Par. 5 ust. 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

20. Par. 7 ust. 1 pkt drugi i trzeci. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczania kary umownej na sumę czynszu dzierżawnego?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

21. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez wykonawcę kary umownej”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

22. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

23. Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec