


Odpowiedzi na pytania zadane przez Agencję Naukowo-Techniczną Symico Sp. z o.o. do postępowania LAP.0611.16.2024 dotyczącego „Sprzedaży i dostawy zestawu do nakłucia transseptalnego.”

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 2.

Prosimy o dopuszczenie elektrod spełniających WSZYSTKIE WYMAGANIA SIWZ o długości 110cm (wymagane 115cm). 2 MODELE DO WYBORU: STANDARDOWY ORAZ Z PRZEKRZYWIENIEM „L”:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 1.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie **również** koszulek i igieł do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach opisanych poniżej. Pozytywne odpowiedzi na pytanie poszerzą grono oferentów, co z pewnością wpłynie korzystnie na sytuację ekonomiczną szpitala, jednocześnie zapewniamy, że parametry jakościowe nie odbiegają w żaden sposób od tych opisanych w SIWZ;


KOSZULKA

- Koszulka ZBROJONA 8.0 i 8.5F, 10Fr (zgodnie z SIWZ) o długości: **62 cm (wymagane 63cm) oraz 80 cm (wymagane 81cm).**
- Prowadnik 0,032", 180cm
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru krzywizny koszulek, odpowiadające **SL0**, SL1, SR0, LAMP;

IGŁA

- dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1
- dostępne 3 różne długości igieł
- igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI – DODATKOWA KORZYŚĆ
- dostępna igła ekstra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Zdjęcia produktu poniżej:



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.