



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.40.22

Zamość, dnia 29 września 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa materiału szewnego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 11 poz. 5:

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 11 Pozycja nr 5 są pakowane przez wytwórcę po 10 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy PZP, zostaje zmieniona treść SWZ w zakresie jednostek miary zadania 11 poz. 5. Jednostka miary „sztuka” zostaje zmieniona na „opakowanie”.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w Zadaniu 6, dopuści nici wykonane z przędzy poliestrowej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 8:

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycji 8, dopuści igłę kosmetyczną mikrograwerowaną lub igłę kosmetyczną dwuwkłęsłą?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 8:

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 8 dopuści воск kostny do kontrolowania krwawień po urazach kości o gramaturze 2,5g ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 29 poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 29 w pozycji 1 dopuści воск kostny do kontrolowania krwawień po urazach kości o gramaturze 2,5g ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 16 Pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy

Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że należy przeliczyć wymagane ilości na ilość opakowań handlowych, podać z ilu sztuk składa się opakowanie handlowe i podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 10,11 z Pakietu nr 1 do osobnego Zadania? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1,3,5,6 dopuści szew z igłą 36-37 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w pozycjach 2,7,8 dopuści szew z igłą 26-27 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści szew z igłą 30-31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w pozycji 2,7 dopuści szew długości 70-75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści szew o grubości nici 1-2, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w pozycji nr 2,3,4,6,7 dopuści szew z igłą 36-37 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w pozycji nr 5,8,9,10,11,12 dopuści szew z igłą 30-31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1, 2, 4, 5, 20, 21, 22, 28:

Z uwagi na fakt, iż kryterium oceny w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie cena,

zwaracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek wraz z ofertą na rzecz wezwania do ich złożenia w dalszym toku postępowania.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy urologicznej do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

- wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej;
- przeznaczona do stosowania w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT i TVT;
- dostępna w dwóch długościach- 45cm oraz 60cm;
- szerokość wynosi 1cm +/- 0,1 cm;
- porowatość (70%);
- wielkość porów 4,1mmx1,2mm;
- masa liniowa 0,075g/dm;
- grubość taśmy wynosi 0,54mm;
- gramatura około 67 g/m².
- posiada atraumatyczne brzegi, bezpieczniejsze niż taśma o ostrych krawędziach zabezpieczonych osłonką, która w toku procedury musi być usuwana.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Wstępnie zwymiarowane pętle do wymiany strun ścięgniętych zastawki mitralnej wykonane z niewchłaniających nici monofilamentowych wytwarzanych z ekspandowanego politetrafluoroetyleny (ePTFE), niebarwione i nie zawierające żadnych dodatków.

Protezy ze wstępnie zwymiarowanych pętli wyposażone w zamocowane igły 18 mm.

Każda proteza wyposażona w 2 płytki wykonane z PTFE do mocowania do mięśnia brodawkowatego. Proteza w postaci wstępnie zwymiarowanych pętli zawiera 3 pętle nici zastępujących struny ścięgnięte do mocowania do płata zastawki wraz z igłami i wstępnie zawiązanymi węzłami, oraz 1 parę nici z zamocowaną płytką do mocowania do mięśnia brodawkowatego.

Każda proteza jest umieszczona na podkładkach, które umożliwiają manipulację niemi. Podkładki chronią nici przed zapętlaniem, zgięciem i uszkodzeniem.

Dostępne rozmiary pętli : 12,16,20,24 mm, 5 jałowych saszetek w opakowaniu.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy 26 mm i średnicy ostrza 17 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy 29 mm i

średnicy ostrza 20 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy 32 mm i średnicy ostrza 22 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco – tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwiający 7 krotne przeładowanie ładunku i 8 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek bez chwytnej powierzchni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 szew wykonany z poliglekapronu 25 o czasie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania nr 3, Pozycji nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycjach nr 1 i 2 igłę okrągłą oraz szew o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania nr 3, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 3 igłę kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania nr 20

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 niewchłaniający, syntetyczny szew jednowłóknowy wykonany z izotaktycznego polipropylenu, pakowany na prosto w celu zmniejszenia pamięci włókna po wyjęciu z opakowania, stosowany w chirurgii sercowo-naczyniowej?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania nr 20, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, Pozycji nr 3 igłę srebrną, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania nr 20, Pozycji nr 7 i 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, Pozycjach nr 7 i 9 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania nr 20, Pozycji nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, Pozycji nr 10 igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania nr 23

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23 następujący sposób pakowania: nić chirurgiczna znajduje się w tekturowej saszetce, która została umieszczona w foli-papier, a następnie w opakowaniu zbiorczym, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania nr 23, Pozycji nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23, Pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 2x25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania nr 23, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23, Pozycji nr 5 igłę o długości 50mm oraz nić o długości 1x75cm, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 10, 11

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zadania.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 2 poz. 3, 4, 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzonej), pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 2 poz. 2, 5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą tępą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca czarna”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 3

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające z kwasu glikolowego i kaprolaktanu o okresie wchłaniania 90-120 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 4, poz. 3, 7, 10, 12

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 4 poz. 1-5

Czy Zamawiający opisując igłę jako lekko pogrubioną uzna za spełnienie tego wymogu w przypadku zaferowania przez Wykonawców igły okrągłej mocnej (igła mocna jest grubsza od igły okrągłej standardowej)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 5, 22

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Zadaniach nici syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych bez plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągania.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 7 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,3 x 2,0 mm, gramaturze 55 g/m² +/-10%, grubości 0,55 mm +/-10%, grubości nici 0,15 mm +/-10%, bez barwionych na niebiesko pasów?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 20, 21

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści niewchłaniający syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 23

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici niewchłaniających, plecionych, poliestrowych powlekanych silikonem (bez adnotacji w dokumentach o tym, że rdzeń nici jest opleciony splotami).

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 23, poz. 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem (przostrzonej), pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 26

Czy Zamawiający dopuści materiały szewne pakowane po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość saszetek”?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 36, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z nitką o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 36, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 12 mm, o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 36, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 36, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 12 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 10 i 11:

Czy Zamawiający dopuści szew endoskopowy o długości 52 cm? Taki szew miałby pętlę oraz aplikator, bez igły. Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 1 - 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku oraz ładunków jak wymagane, rozmiar i długość linii cięcia 60mm, długość linii zszywania 65mm, zszywki 3,85mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 3 - 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku oraz ładunków jak wymagane, rozmiar i długość linii cięcia 80mm, długość linii zszywania 85mm, zszywki 4,5mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów skórnych z 35 zszywkami, ze wskaźnikiem ilości zszywek, zszywki ze stali nierdzewnej w rozmiarze 4,5x6,5mm wykonane z drutu o grubości 0,6mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych w rozmiarze odpowiednio 26, 29, 32 lub 34mm z regulacją kompresji/wysokości zszywek w zakresie 1-

2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,0mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr 36 pt. Szwy niewchłaniające - pozycje nr 7-10 tj. szwy rozpuszczalne do odrębnego zadania – zgodnie z nazwą pakietu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy w Zadaniu nr 36 poz. 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 o dł. 15cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy w Zadaniu nr 36 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuści szew 4/0 o długości 50cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy w Zadaniu nr 36 poz. 11 Zamawiający dopuści szew 6/0 o długości: 45cm, z jedną igłą o długości 13mm, typu lancet, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy w Zadaniu nr 36 poz. 13 Zamawiający dopuści szew 6/0 o długości: 60cm, z dwiema igłami o długości: 9mm, typu: „cut taper” jak na rys. ?



Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy w Zadaniu 36 poz. 12 Zamawiający dopuści szew 5/0 o długości 50cm z dwiema igłami o długości 11mm i krzywiźnie 3/8koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 30:

Czy Zamawiający wymaga posiadania dla wszystkich oferowanych wyrobów w zadaniu nr 30 klej tkankowy oraz akcesoria (aplikator w wersji strzykawkowej) ważnych i aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974), w tym Certyfikatu Badania Projektu dla danego produktu klasy III oraz Certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości? Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz zasadami certyfikacji dla wyrobów klasy III wyżej wymienione certyfikaty łącznie stanowią o dopuszczeniu wyrobu medycznego klasy III do obrotu i do używania w Polsce. W myśl przepisu art. 16.1 ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 974) zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów, jeżeli dotyczące ich certyfikaty zgodności utraciły ważność, zostały wycofane lub zawieszono, co nakłada ustawowe obowiązki na

importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych, którzy powinni z należytą starannością zapewnić bezpieczeństwo stosowania wyrobów medycznych, w szczególności nie dostarczać i nie udostępniać wyrobów, które nie spełniają wymagań zasadniczych i ustawowych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga przedstawienia deklaracji wytwórcy (deklaracji zgodności) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikatu jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Pytanie dot. zadania 12 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza do implantacji taśm instrumenty wielorazowego użytku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość 0,32 mm, gramatura 30 g/ m², porowatość średnia 1,51 mm w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści siatkę ukształtowaną anatomicznie z otworem na powróżek, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/ m², wielkość porów średnia 0,95 mm, wykonaną w technologii quadriaxial (obecność włókien skośnych) w rozmiarze 4,5 x 10 cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/ m², wielkość porów 2,98 mm, w rozmiarze zgodnym z SWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 35 poz. 1:

Czy Zamawiający w zad 35 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Stapler skórny z zasobnikiem na 35 zszywek– 360 szt.

- posiada wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolę zużycia i minimalizację strat zszywek
- zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, powlekane teflonem
- rozmiar : wielkość grzbietu 6,5mm, nóżka 4,7mm, grubość 0,60mm
- opakowanie 6szt?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 35 poz. 2:

Czy Zamawiający w zad 35 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem:

Przyrząd do usuwania zszywek – 150 szt.

- oznakowany trwale nazwą producenta i numerem katalogowym na opakowaniu,
- kompatybilny z rozmiarem zszywek?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy par 2 ust. 13:

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy jeśli

zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego

terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od daty jej otrzymania” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu