



Zamość, dnia 21 września 2018 r.

AG.ZP.3320.53.10217.18

dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do **przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.**

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania148:

Czy Zamawiający w pakiecie 148 poz. 1 dopuści łyżki wykonane ze stali nierdzewnej w rozmiarach Miller 00,0, MacIntosh 0, 1, 2,3, 4 spełniając wymogi SIWZ, pakowane w folie-papier ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania150:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 150 poz. 1 cewnika permanentnego poliuretanowego typu SPLIT o średnicy 14 Fr i długości 36 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania150:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 150 poz. 1 cewnika permanentnego poliuretanowego typu SPLIT o średnicy 14 Fr i długości 32 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania150:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 150 poz. 1 cewnika permanentnego poliuretanowego typu SPLIT o średnicy 14 Fr i długości 28 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



Szpital
bez bólu

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 1:

Czy Zamawiający ma na myśli sterylną łopatkę laryngologiczną ?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zawarto w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a'75 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 2000 op. a'75 szt.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno opakowanie z odpowiednim przeliczeniem 150000 sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 56 poz. 1:

Czy Zamawiający ma na myśli szczoteczkę w postaci „miotelki” ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga szczoteczki zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 57 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli opisując wziernik ginekologiczny „bez zaczepu” ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający ma na myśli wziernik ginekologiczny typu Cusco składający się z łyżek, uchwytu i śruby, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb.

Pytanie dot. zadania 119 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, nie będącej wyrobem medycznym posiadającą 23% stawkę VAT?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 126:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 126 zestawu z komorą kolekcyjną 2300 ml – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 145:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 145 opasek mocujących do rurek tracheostomijnych zapinane na rzepy w opakowaniach indywidualnych, nie sterylnych.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie w pozycji 1 oraz 2 okularków do fototerapii o poniższych parametrach:

Okularki ochronne do fototerapii noworodków 1 op.= min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe – ob. głowy 33-38 cm (+/- 2 cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2 cm), mikro 20-25 cm (+/- 2 cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienie skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej okularki zwykłe i dla wcześniaków.

Pytanie dot. zadania 142:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do układu o niżej podanych parametrach:

Układ oddechowy uniwersalny, jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniających wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Przekrój linii wdechowej wydechowej 10 mm. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Opakowanie musi także zawierać komorę samonapełniającą się wodą, wyposażoną w dwa pływaki odpowiedzialne za prawidłowy poziom wody w komorze oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej układ.

Pytanie dot. zadania 143:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce paskowych mocowań pacjenta czapeczek bawełnianych które to przez wiele lat były stosowane na oddziałach w całej Polsce i które obecnie również są w użyciu u Państwa szpitalu. Czapeczki przez wiele tak się sprawdziły zabezpieczając główkę dziecka przed utratą ciepła a przez górną rozpinaną część bez problemu można się dostać do główki dziecka celem wykonania jakichkolwiek badań.

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przedstawiony powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 16:

Na podstawie art. 7 i w związku z art. 22 ust.2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności jednorazowego smoczka wysokiej jakości wykonanego z termoplastycznego elastomeru (TPE), bardzo miękkie, o kształcie prostym, spełniające w 100% wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki spełniające zapisy SIWZ z nakrętką ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza butelki z nakrętką spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie dot. zadania 148:

Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane ze stali nierdzewnej w rozmiarach Miller 00,0, MacInthosh 0, 1, 2, 3, 4 spełniając wymogi SIWZ, pakowane w folie – papier ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 132 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działania przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min.) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo ? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 151 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu 3, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz rozmiar 12FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, mocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 40:

Poz. 2 – proszę o dopuszczenie zaoferowania kieliszków do leków jednorazowego użytku (bez możliwości dezynfekcji). Pozostałe parametry pozostają zgodnie z wymogami.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 40:

Poz. 4 – proszę o dopuszczenie stazy bezlateksowej o długości pojedynczej stazy 47 cm oraz długości całej rolki 1175 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 68:

Proszę o dopuszczenie zaoferowania cewników Foleya o pojemności balona 5-15 ml. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie cewników o pojemności balona 5-10 ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowaną powyżej pojemność balona.

Pytanie dot. zadania 149:

Wykonawca zwraca się o rezygnację z wymogu, polegającego na bezwzględnym określeniu wagi części plastikowej oraz ostrza golarki typu Galant, lub o dopuszczenie zaoferowania golarki, spełniającej wszystkie pozostałe wymogi, o wadze ostrza 0,156 g i pozostałej części – 4,10 g.

Przedmiotowy wymóg jest nieuzasadniony i pozostaje w sprzeczności z zasadami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia, zawartymi w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy.

Golarka medyczna jest wyrobem pomocniczym, pozostającym bez bezpośredniego związku i wpływu na wykonywane procedury medyczne. Drobiazgowie uszczegółowienie parametrów, polegające na określeniu wagi ostrza oraz pozostałej części golarki, podczas gdy nie mają one jakiegokolwiek medycznego znaczenia, jest kuriozalne i zdaje się pełnić rolę wyłącznie swoistego „bloкера” zadania, celem wyeliminowania potencjalnych ofert konkurencyjnych. Bowiem dostępne na rynku tożsame golarki, spełniające inne wskazane w SIWZ kryteria, mają znacznie cieńsze i lżejsze ostrza, co przekłada się na ich elastyczność a, co za tym idzie, precyzję i łatwość użytkowania. Ponadto, na bezpieczeństwo i efektywność funkcjonalną golarki przeważający wpływ wywierają materiał, z jakiego jest wykonana, materiał ostrza i jego pokrycie oraz rodzaj szlif (ostrość), a nie waga ostrza i/lub obudowy wyrobu.

W razie odmowy, żądamy wskazania argumentów merytorycznych – medycznych i funkcjonalnych oraz formalnoprawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów w trakcie wykonywania procedur medycznych z użyciem golarek typu Galant tj. przygotowanie pola operacyjnego w zakresie chirurgii, neurochirurgii, urologii, ginekologii, chirurgii naczyń mamy obowiązek wymagać sprzętu pewnego, bezpiecznego celem zapobiegania uszkodzeniom skóry, które są wrotami dodatkowych zakażeń. Określenie przez firmę „kuriozalne” w odniesieniu do szczegółowych parametrów jest dla nas niezrozumiałe, ponieważ z wieloletniego doświadczenia w używaniu golarek typu Galant wiemy, iż musimy wymagać golarki, która pozwoli bezpiecznie przygotować pacjenta do procedury medycznej.

Pytanie dot. zadania 98 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy metodą Selingera, dwuświatłowy 6F, 7F, 8F dł. 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik „Y”, strzykawka o pojemności 5 ml, skalpel, prowadnica z Nitinolu typu „J” oraz rozszerzacz naczyniowy.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 98 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy metodą Selingera, dwuświatłowy 5F dł. 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik „Y”, strzykawka o pojemności 5 ml, skalpel, prowadnica z Nitinolu typu „J” oraz rozszerzacz naczyniowy.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 141 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy metodą Selingera, dwuświatłowy 5F dł. 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik „Y”, strzykawka o pojemności 5 ml, skalpel, prowadnica z Nitinolu typu „J” oraz rozszerzacz naczyniowy.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 150 pozycje 1-3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwukanałowy do hemodializy permanentny, sterylny z rozwidloną końcówką poliuretanowy 14Fr – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 151 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwukanałowy do hemodializy 12 Fr o długości 20 cm, 25 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 143:

Czy Zamawiający w punkcie 1 dla pakietu 143 wymaga dostarczenia wraz z jednorazowym układem oddechowym do aparatu Inflant Flow, generatora/ przyłącza pacjenta kompatybilnego z urządzeniem Infant Flow w ilości takiej samej jak wspomniany układ oddechowy (150 szt.) ? Czy generator powinien zawierać w komplecie końcówki donosowe w trzech rozmiarach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga generatora z układem. Generator powinien zawierać końcówki donosowe.

Pytanie dot. zadania 143:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację zapisu w punkcie 1 dotyczącym masek. Prosimy o zmianę zapisu na: „Jednorazowy układ oddechowy do aparatu Inflant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher & Paykel model MR 730/850, w komplecie z jednorazową komorą nawilżacza (posiadany nawilżacz Fisher Paykel MR 850 ARU. Argumentujemy usunięcie zapisu dotyczącego masek faktem powtórzenia zaoferowania masek w punkcie 2 „Silikonowe maseczki łączące generator z noworodkiem M – 30 szt.”

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 143:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mocowania generatora (punkt 3 i 4) na główce pacjenta za pomocą czapek w 3 rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w urządzeniach typu Infant Flow.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowane powyżej rozwiązanie.

Pytanie dot. zadania 65**Pozycja 1**

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania:

System do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

System nasz charakteryzuje się wkładami posiadającymi w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króćciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króćciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę przeciwbryzgową. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Pojemniki wielorazowego użytku wykonane są z przezroczystego tworzywa, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażone tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowane co 100 ml.. Pojemniki i wkłady o pojemnościach 2000 ml.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia **zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki** w przypadku wybrania naszej oferty.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 68:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 5 ml dla cewnika CH 14. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 72:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Dufoura trójdrożnego wykonanego ze 100% silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 80, poz.1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w cewniku obustronnie otwartym w zestawie bez zacisku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 80, poz.1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w cewniku obustronnie otwartym z zaciskiem pakowanym oddzielnie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 81, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii w składzie:

- kateter typu J w rozmiarze 9F (dł. 24 lub 34 cm), 10,5F, 12F (dł. 30 cm), 14F (dł. 28 cm) wykonany z poliuretanu alifatycznego;
- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- prowadnik Lunderquista 0,035” o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- rozszerzadła (w zestawie o rozmiarze 9F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki; w zestawie o rozmiarze 10,5F oraz 12F dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki, w zestawie o rozmiarze 14F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki oraz drugie rozszerzadło z rozrywalną koszulką);

W zestawach w rozmiarze CH 9, CH 10,5, CH 12 cewnik jest idealnie dopasowany do drutu, dlatego producent nie przewiduje potrzeby stosowania rozszerzadła z rozrywalną koszulką.

- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem (dla rozmiaru 9F, 10,5F, 12F), zatyczka (dla rozmiaru CH 14).

Zestaw jest pakowany łącznie, jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 81, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii w składzie:

- kateter typu J w rozmiarze 9F (dł.24 lub 34 cm), 10,5F, 12F (dł. 30 cm), 14F (dł. 28 cm) wykonany z poliuretanu alifatycznego;
- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- prowadnik Lunderquista 0,035” o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- rozszerzadła (w zestawie o rozmiarze 9F dwa rozszerzadła, w tym drugie (grubsze) z rozrywalną koszulką; w zestawie o rozmiarze 10,5F oraz 12F trzy rozszerzadła w tym trzecie (grubsze) z rozrywalną koszulką, w zestawie o rozmiarze 14F jedno rozszerzało bez rozrywalnej koszulki oraz drugie rozszerzadło z rozrywalną koszulką);
- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem (dla rozmiaru 9F, 10,5F, 12F), zatyczka (dla rozmiaru CH 14).

Zestaw jest jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 81, poz. 1:

Z uwagi na duże zróżnicowanie produktów uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z zadania nr 81. Wydzielenie umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty pod względem cenowym w zakresie zestawów do nefrostomii.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 81, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem w rozmiarze: CH 8, CH 10, CH12, CH 14 w następującym składzie: rozdzielalna kaniula punkcyjna, cewnik poliuretanowy typu Pigtail, zacisk przesuwany, zatyczka, skalpel. Zestaw jest sterylny, jednorazowego użytku, pakowany łącznie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej zestaw.

Pytanie dot. zadania 71, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły lokalizacyjnej z podwójnym haczykiem o dł. 12 i 15 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej produkt.

Pytanie dot. zadania 67, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odpowiedniej ilości znakomitej pasty uszczelniająco – gojącej do zewnętrznego użytku na skórę wokół stomii, w ekonomicznych opakowaniach jednostkowych o pojemności 100 g – i jaka ilość tub pasty należy wówczas zaproponować ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe j.u. z mankietem w rozmiarze 3, 4, 5 anatomicznie wygięte odpowiadające budowie anatomicznej gardła, kształt maski odlany w całości z mankietem niskociśnieniowym, na korpusie nadrukowany rozmiar maski, waga pacjenta, pojemność strzykawki jaką należy napełnić mankiet, znaczniki głębokości, sterylna, pakowana pojedynczo.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 14 poz, 2:

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 500 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza dren o długości 500 cm.

Pytanie dot. zadania 26:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 53 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o całkowitej długości 200 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 53 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści wyroby sterylne?

Wyjaśnienie:

Tak, mogą być również wyroby sterylne.

Pytanie dot. zadania 53 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści maskę tracheostomijną j.u. sterylną, dla dorosłych z łącznikiem oraz z gumką do mocowania bez drenu tak jak jest to powszechnie stosowane w Placówkach Służby Zdrowia ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 53 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary masek anestetycznych od 0 do 5 do wyboru przy składaniu zamówień ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 68:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley Fr 20 z balonem 10-20 ml ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 73 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 5-10 ml ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 73 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 30 ml ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 74 poz. 1 - 2:

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały powierzchnię „zmrożoną”, która ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu oraz aby posiadały nadrukowany rozmiar tuż pod kolorowym konektorem ?

Wyjaśnienie:

Nie wymaga.

Pytanie dot. zadania 75 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 76:

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 3000 ml (pojemność worka 2600 ml i pojemność komory pomiarowej 400 ml), pakowane pojedynczo, komora pomiarowa skalowana, 2 filtry hydrofobowe, 1 zawór antyzwrotny (konstrukcja oferowanego worka do godzinowej zbiórki moczu nie wymaga, aby w worku zbiorczym była umieszczona zastawka antyzwrotna, ponieważ nie ma możliwości przedostania się moczu z worka do komory), zawór spustowy posiadający dren odporny na załamanie o długości 150 cm, klamra zaciskowa, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, wieszaki do mocowania dodatkowo wzmocnione sznurkiem nie grożą rozerwaniem, gdy worek jest pełny ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 78:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 83 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarach 6-10 i długości 40 cm oraz w rozmiarach 12-20 i długości 60 cm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 83 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia były pakowane na prosto, posiadały powierzchnię „zmrożoną”, pozbawione były szkodliwych fatalnów raz były skalowane od 5 cm do 25 cm ?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

str. 12 z 79

Pytanie dot. zadania 92:

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem, na którym będzie nadrukowany rozmiar rurki, średnica mankieta raz skrócona nazwa producenta ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 97 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe w rozmiarach 32 i 34 bez zatyczki gdyż do tak duże rozmiary jej nie posiadają ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane wyżej zgłębniki.

Pytanie dot. zadania 104 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankieta skalowane co 1 cm w przedziale od 9 cm do 19 cm, tak jak obecnie stosowane u Państwa w Placówce ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 104 poz. 2, 3:

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła rurki ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 105:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki pozbawione były ftalanów, a dopuści rurki wykonane z medycznego PCV z ftalanami, których zawartość jest zgodną z normami UE i ich zawartość w żadnym stopniu nie zagraża życiu i zdrowiu pacjentów ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 129, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści 24-godzinie zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Skład zestawu: szczoteczka do zębów z odsysaniem, bez pokrycia, gąbką z odsysaniem bez pokrycia. Bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej (roztwór chlorcheksydyny).

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 135, pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści marker skórny sterylny bez linijki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza marker skórny sterylny bez linijki.

Pytanie dot. zadania 145, pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści niesterylne, mikrobiologicznie czyste, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 72:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników z elastomeru silikonu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 120 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie ww rękawicy chirurgicznej równoważnej polichloroprenowej o kolorze białym powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej i wewnątrz pokrytej polimerem i silikonem i długości rękawicy min. 300 mm, AQL 0,65. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych potwierdzone raportem badania jednostki niezależnej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 120 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości rękawicy chirurgicznej poliizoprenowej o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrznej polimerowanej i silikonowanej, o kolorze białym, długości 300 mm, AQL 0,65. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych potwierdzone raportem badania jednostki niezależnej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 136 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie ww rękawicy diagnostycznej pudrowanej gładkiej, reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. SIWZ dział II pkt. 10 ppkt.3 - Próbki:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do zadania nr 120 na 10 par, ponieważ jakość oferowanego asortymentu można ocenić na podstawie mniejszej ilości par rękawic a ponadto kryterium jakim kieruje się Zamawiający jest 100% cena. Dlatego nie ma podstaw do składania przez Wykonawcę tak dużej ilości próbek.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmniejsza liczbę żądanych próbek w zadaniu 120 – obowiązuje 5 par wymaganego rozmiaru 6,5.

Pytanie dot. projektu umowy - § 1 ust. 3:

str. 14 z 79

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. Akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna „Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 – dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy”. Zmianie ulega treść § 1 ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie: **„3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie/załączniku do umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. Sprzedawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówionej mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.”**

Pytanie dot. projektu umowy - § 7 ust. 5:

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 5 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Wyjaśnienie:

Ulega zmianie § 7 ust. 5 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie: **„5. Sprzedawcy zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.”**

Pytanie dot. projektu umowy - § 9 ust. 3:

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisy § 9 ust. 3 ppkt 3 poprzez dodanie następującej treści: **„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”**.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 122 poz.1:

str. 15 z 79

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min 3m, kompatybilny z aparatami Erbe ICC/VIO ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 122 poz. 2:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów najwyższej jakości od europejskiego producenta, z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala, który dokona wyboru spośród większej ilości ofert, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania; Elektrody te są uniwersalne i mogą być stosowane w zabiegach u pacjentów dorosłych jak i dzieci. Dodatkowo ich kształt i powierzchnia pozwalają na ulokowanie elektrody np. na przedramieniu. Oferowane przez nas elektrody są wolne od lateksu i są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 milionów sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez państwa w wymogach SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanych wyżej elektrod.

Pytanie dot. zadania 122:

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 2 jako dwóch osobnych zadań.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 112:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 21 zamiast 22 (7 mm zamiast 7,33 mm) ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 148:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazową w rozmiarach: typ Miller od 00 do 1 i typ Macintosh d 2 do 4, spełniającą pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 148:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści rękojeść do laryngoskopu, jednorazową, wykonaną ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, spełniającą pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków

str. 16 z 79

zamówienia.

Pytania dot. zadania 4:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zamknięty system bezigłowy z 3 drenami o średnicy 1 mm o długości całkowitej 13-15 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego z drenem o średnicy 1 mm o długości 8 cm, do stosowania przez 7 dni lub 400 aktywacji ? Oferowany produkt charakteryzuje się mniejszą (lepszą) objętością wypełnienia (0,175 ml) co jest szczególnie istotne w przypadku produktów dla noworodków.

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania dot. zadania 54:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 port naczyniowy z komorą wykonaną z tytanu, z obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu) ?
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 port naczyniowy obwodowy z tytanową komorą i kołnierzem wykonanym z biokompatybilnego acetalu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu) oraz membraną zapewniającą szczelność dla 1500 wkłuć ?
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści port naczyniowy, który w zestawie posiada nakrętkę blokującą koszulkę (zamiast zatrzasku) ?

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania dot. zadania 55:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igłę do portu z drenem i odpinanymi uchwytami w rozmiarze 20G x 19 mm ? Różnica w długości wynika z zaokrągleń przyjętych przez producenta podczas przeliczania jednostek imperialnych na metryczne.
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igłę do portów bez drenu z plastikową główką (bez skrzydełek) w rozmiarze 20G x 19 mm ? Różnica w długości wynika z zaokrągleń przyjętych przez producenta podczas przeliczania jednostek imperialnych na metryczne.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej wyroby.

Pytania dot. zadania 130:

1. Czy Zamawiający w ramach wymogu posiadania atestów odnośnie podawania cytostatyków dopuści posiadanie oświadczenia producenta ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga posiadania atestu dla wyrobu.

2. Czy Zamawiający uzna warunek posiadania zacisku rolkowego z miejscem na kolec za spełniony jeśli zacisk rolkowy posiada wolną przestrzeń, w której można umieścić kolec.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 długość całkowitą zestawu max 200 cm +/- 3

str. 17 z 79

cm ? Jest to produkcyjna tolerancja długości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytania dot. zadania 132:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska w jednostce przepływu opisanego łącznika bezigłowego i czy zamiast 350 ml/h powinno być 350 ml/min.

Wyjaśnienie:

Zaistniała omyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Wiążący, poprawny zapis dotyczący przepływu to 350 ml/min.

Pytanie dot. zadania nr 131 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w trzech rozmiarach (średnica 7G, 10G, 12G) z dodatkową możliwością regulacji wielkości komory w igle biopsyjnej tzw. komora pełna i połowa komory w celu zwiększenia możliwości doboru odpowiedniego rozmiaru igły do wielkości pobieranego wycinka. Warunkiem dopuszczenia powyższych igieł jest bezpłatne użyczenie przez wykonawcę systemu równoważnego do opisanego w SIWZ, który będzie dostarczał szerszych rozwiązań w zakresie wykonania biopsji, podnosząc jakość procedury dla pacjenta i lekarza. W ramach użyczenia zobowiązujemy się do bezpłatnego przeszkolenia użytkownika.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 131 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie znaczników tkankowych do oznaczania miejsca pobrania tkanki w trakcie biopsji mammotomicznej, kompatybilnych z oferowanymi igłami biopsyjnymi. Proponowane znaczniki posiadają najdłuższą widoczność pod kontrolą USG a dodatkowo są trwale widoczne pod zobrazowaniem RTG i MRI. Te zalety mają istotne znaczenie w przypadku dalszego leczenia operacyjnego i kiedy zachodzi konieczność dokładnego zlokalizowania miejsca po biopsji. Warunkiem dopuszczenia powyższych znaczników jest bezpłatne użyczenie przez wykonawcę systemu równoważnego do opisanego w SIWZ, który będzie dostarczał szerszych rozwiązań w zakresie wykonania biopsji, podnosząc jakość procedury dla pacjenta i lekarza. W ramach użyczenia zobowiązujemy się do bezpłatnego przeszkolenia użytkownika.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 30

Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 30:

Czy Zamawiający oczekuje kaniul z 3 paskami kontrastującymi w RTG?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający oczekuje, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 54:

Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: Port niskoprofilowy wykonany w pełni z tytanu (wys. 10 mm) posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany 9mm, waga 8g, cewniki o długości 750mm, poliuretanowe 4,8F (przepływ 18 ml/min), 6,6F (przepływ 30ml/min), wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kątem 90 stopni 22G, 25mm), tunelizator (szydło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 19 – Czujniki SpO₂, poz. 1:

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego zadania co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana polega na **wyłączeniu z zakresu zadania nr 19 pozycji 2**. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 19 po zmianie obejmuje jedną pozycję tj.: „**1. Czujnik SpO₂ dla noworodków jednorazowego użytku, na gąbce z rzepem typu Nellcor – 480 sztuk.**”

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 19 po zmianie – 130,00 złotych. Jednocześnie zamawiający tworzy **nowe zadanie nr 153 z opisem przedmiotu zamówienia o treści:**

„Zadanie nr 153:

Czujnik SpO₂ dla noworodków jednorazowego użytku technologii Masimo do Pulsoksymetrów Masimo Rad – 8 i Rad 97 o końcówce kabla LNCS NeO 3 – 40 kg, dł.46 cm - 100 sztuk.”

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 153 – 30,00 złotych.

Pytanie dot. zadania 102 – Koce do podgrzewania pacjenta, poz. 1-2:

Prosimy o dopuszczenie koców mocowanych za pomocą troków.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków

str. 19 z 79

zamówienia.

Pytanie dot. zadania 122 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej dzielonej o wymiarach 176x122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającej na równe rozproszenie prądu, z hydrożelem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisaną powyżej elektrodę.

Pytanie dot. zadania 94

Czy Zamawiający w zadaniu nr 94 dopuści zestaw do tracheostomii pakowany na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną sterylną rurką? Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający wymaga przedłużacza bezftalanowego, pakowanego w opakowanie papier – folia, sterylnego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 90:

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z podwójnym mankietem jak w opisie, z balonikami znakowanymi rozmiarem rurki?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 91:

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem jak w opisie, z balonikiem znakowanym rozmiarem rurki?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 92:

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną jak w opisie, z balonikiem znakowanym rozmiarem rurki?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 103:

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę jak w opisie, o długości 60 cm i 80 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 104 pozycja 2 i 3:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem jak w opisie, ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła, doskonale widocznego pod laryngoskopem ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 104 pozycja 2 i 3:

Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych z mankietem, z balonikiem znakowanym rozmiarem rurki i średnicą mankietu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 105:

Czy Zamawiający wymaga aby prowadnica była fabrycznie umieszczona w kanale rurki ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 105:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z oznaczeniem nazwy producenta i średnicy rurki na korpusie rurki oraz oznaczeniem rozmiaru rurki na balonie kontrolnym?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy zewnętrznej 8,3 mm ? Różnica wynosząca 0,3 mm mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji produkcyjnej.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 2:

Czy Zamawiający wymaga zestawu gotowego do użycia (końcówka założona na dren) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy zewnętrznej 8,3 mm? Różnica wynosząca 0,3 mm mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji produkcyjnej.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 3:

Czy Zamawiający wymaga zestawu gotowego do użycia (końcówka założona na dren) ?

str. 21 z 79

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy zewnętrznej 8,3 mm? Różnica wynosząca 0,3 mm mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji produkcyjnej.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 4:

Czy Zamawiający wymaga łącznika sterylnego czy niesterylnego ?

Wyjaśnienie:

Niesterylnego.

Pytanie dot. zadania 113 pozycja 5:

Czy Zamawiający wymaga drenów w zwojach 50 m, pakowanych pojedynczo w karton otwierany od góry, umożliwiających łatwe wyjmowanie i docinanie drenów ?

Wyjaśnienie:

Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 145:

Czy Zamawiający wymaga opasek o długości 54 cm (razem z rzepami), o szerokości 3,5 cm w części znajdującej się na karku ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dotyczy zadania 42:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dotyczy zadania 43:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy uzna za wystarczające kodowanie kolorystyczne na dwóch ściankach opakowania przy rozmiarze i przy kodzie produktu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej sposób kodowania kolorystycznego.

Pytanie dotyczy zadania 46:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0.12 mm z biszkoptową teksturą na całej powierzchni plus dodatkowa tekstura na końcówkach palców. Opakowanie a'200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dotyczy zadania 49:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w rozmiarze: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rękawice.

Pytanie dotyczy treści umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest wzór umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dotyczy treści umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 3 pkt 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Jednakże w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Wyjaśnienie:

Wiążący jest wzór umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dotyczy treści umowy:

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 9 ust. 3 pkt 9 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Wyjaśnienie:

Wiążący jest wzór umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 18 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 5-10,5 cm nr 3

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej wyroby.

Pytanie dot. zadania 18 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 6,9-11,7 cm nr 4

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej wyroby.

Pytanie dot. zadania 19

Czy Zamawiający w pakiecie 19 wydzieli pozycje: 1 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana polega na **wyłączeniu z zakresu zadania nr 19 pozycji 2**. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 19 po zmianie obejmuje jedną pozycję tj.: „**1. Czujnik SpO₂ dla noworodków jednorazowego użytku, na gąbce z rzepem typu Nellcor – 480 sztuk.**”

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 19 po zmianie – 130,00 złotych. Jednocześnie zamawiający tworzy **nowe zadanie nr 154 z opisem przedmiotu zamówienia o treści:**

„Zadanie nr 153:

Czujnik SpO₂ dla noworodków jednorazowego użytku technologii Masimo do Pulsoksymetrów Masimo Rad – 8 i Rad 97 o końcówce kabla LNCS NeO 3 – 40 kg, dł.46 cm - 100 sztuk.”

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 153 – 30,00 złotych.

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 21, poz. 7-8:

Prosimy o wydzielenie poz. 7-8 do oddzielnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen raz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 23 poz. 1-2:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową – odpowiednio do pozycji sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną małą skalą co 2 ml, duża skala co 10 ml ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 30 poz. 2:

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen raz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 30 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 33 poz. 1-2:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 38 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 4:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt., pasek o długości 47 cm, długość rolki 11,75 m, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ?

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 41 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego ?

str. 25 z 79

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 53 poz. 1-5:

Czy zamawiający dopuści produkty sterylne ?

Wyjaśnienie:

Tak, zamawiający dopuszcza również produkty sterylne.

Pytanie dot. zadania 53 poz. 3-4:

Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości 200 cm, pozostałe wymagania bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 53 poz. 1-3:

Czy zamawiający wydzielili niniejsze pozycje do osobnego pakietu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 56 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 57 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 75 poz. 1-2:

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 75 poz. 1-2:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 75 poz. 3-4:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 59:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci obwodu oddechowego jednorurowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, waga układu mniejsza o 34% w stosunku do układu rura w rurze czyli waga układu bez akcesoriów nie więcej niż 180 g zmniejszająca napięcie na rurkę intubacyjną, możliwość stosowania dla pacjentów o masie ciała od 1050 g wzwyż. rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 129:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce typu 'burst pouch', 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 122 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową i przyciskami cięcie i koagulacja kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO z kablem o długości 3 m ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 122 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110 cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170 cm². Wymiary 176 x 122 mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej

etykiety. Pakowane po 50 szt. ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 109:

Czy Zamawiający dopuści przetwornik o długości linii płuczącej 160 cm (130 m – 30 cm +/- 5 cm) ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony wykonanej z elastycznego, cienkiego poliuretanu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisaną wyżej osłonę.

Pytanie dot. zadania 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony uchwytu lampy wykonanej z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 43:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach pakowanych po 100 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 43:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga rękawic polimeryzowanych i/lub chlorowanych?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 44:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim, grubość na palcu $0,15 \pm 1$ mm. Pakowane po 100 szt., w rozmiarze XL po 90 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 46:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych niesterylnych o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i

środek ochrony osobistej kategorii III, AQL <1,5, grubość na palcu min. 0,09 mm. Zgodność z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388 oraz EN 374-3 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością umieszczone fabrycznie na opakowaniu. Rękawice posiadające badania na min. 10 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, minimum 8 różnych substancji chemicznych (poza cytostatykami) zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523-1; na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja dotycząca barierowości chemicznej rękawic - minimum 5 substancji chemicznych wraz z określonymi poziomami ochrony, w tym izopropanol; Przebadane na min. 15 cytostatyków, w tym co najmniej Winblastyna i Doxorubicyna (raport załączony do oferty). Oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, EAN 13, rozmiar, data produkcji, geograficzne miejsce pochodzenia, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk lub maks. 200 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 46:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, białych, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 265 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 150 sztuk (XL po 135 sztuk).

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 46:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytych ściennych, pasujące do uchwytów ściennych uniwersalnych. Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rozwiązanie to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic, ale i zakłada konieczność uszkodzenia ścian (przewiercenie uchwytów). Zaproponowana alternatywa, umożliwi natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki.

str. 29 z 79

Pragniemy zaznaczyć również, że rękawic diagnostycznych nie używa się w warunkach sterylnych, a rękawice pobiera się czystą i zdezynfekowaną dłonią. W przypadku nie dopuszczenia alternatywne prosimy o opisanie procedury korzystania z rękawic w Państwa placówce.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 50:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 51:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 119:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki która nie jest wyrobem medycznym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza taką szczoteczkę.

Pytanie dot. zadanie 120:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość max. 0,21 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiający otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 120:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 121:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawic diagnostycznych sterylnych nitrylowych, niebieskich, grubość na palcach 0,13 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455, oznakowane jako

str. 30 z 79

wyrób medyczny Klasy Is. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 9 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy i zasady organiczne, alkohole i aldehydy. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Ifosfamidu, Mitomycyny C i Metotrexatu, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S,M,L, pakowane parami w opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowo-papierowe, opakowanie 50 par.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 123

Poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje osłony o wymiarach min. 13 x 240 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje osłony z kartonikiem ułatwiającym nakładanie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje osłony w rozmiarze 117x203 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje osłony w rozmiarze 117x267 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje osłony w rozmiarze 117x305 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy koła 55 cm po rozciągnięciu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy koła 80 cm po rozciągnięciu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 138

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpydrowych z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych,

zewnątrzną powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dotyczy zapisów siwz:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Wyjaśnienie:

Obowiązują wymagania dotyczące dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 3:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie rozwiązania w postaci maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, przyjmującej ukształtowanie odpowiadające budowie anatomicznej gardła, warunkowo bezpiecznej podczas procedur rezonansu magnetycznego, termoplastycznej o przenikalności dla podtlenku azotu typowej dla PCV i obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu w porównaniu z mankiem silikonowym, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby sztywne opakowanie maski odwzorowywało kształt produktu oraz chroniło wszystkie struktury maski przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania produktu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy maski krtaniowe mają być pozbawione lateksu i DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Prosimy o sprecyzowanie czy rozmiar maski ma być kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadanie 4:**Poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego dla noworodków z 3 drenami o średnicy 0,89 mm, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze (membrana obejmuje w całości górną końcówkę łącznika/konektora).

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego dostępu naczyniowego dla noworodków z jednym drenem o średnicy 0,89 mm, o objętości wypełnienia 0,21 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 49 ml/min, czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze, dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 5:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły 18G - 1,2 x 40 mm, spełniającej pozostałe wymogi swiz.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowany powyżej wyrób.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają cechować się długością nasadki igły min. 23mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 14:**Poz. 1 i 2:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza produkty z zawartością DEHP?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 16:**Poz. 1-3:**

1. Prosimy o dopuszczenie smoczków wykonanych z elastomeru plastycznego z przezroczystą nakrętką, standardowych, spełniających pozostałe wymogi siwz,

str. 33 z 79

pasujących do butelek o standardowym gwincie (średnica 4 cm) , pojemników na siarę, bądź butelek z mlekiem modyfikowanym RTF gotowym do podania.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie smoczków wykonanych z silikonu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 17:

Prosimy o sprecyzowanie czy filiformy do rozszerzadeł mają być z neoplexu, długość filiformów 30cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 21:

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek U40, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz. 1,9,10:

1. Prosimy o dopuszczenie podania ceny za 1 szt strzykawki z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje podanie ceny jednostkowej za 1 opakowanie – zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania zbiorczego nie wpływa na walory użytkowe produktu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Poz.2-5:

1. Prosimy o dopuszczenie podana ceny za 1szt strzykawki z dokładnością do 4 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje podanie ceny jednostkowej za 1 opakowanie – zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać skalę odpowiadającą dokładnie ich nominalnej pojemności bez rozszerzenia tj, dla poj.2ml – skala do 2ml, dla poj. 5ml – skala do 5ml, dla poj.10ml- skala do 10ml, dla poj. 20ml- skala do 20ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą.

Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach max po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania zbiorczego nie wpływa na walory użytkowe produktu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Poz.6:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 20ml sterylnej jednorazowego użytku z gumowym tłokiem, z zakończeniem luer, nietoksycznej, pirogennej, wykonanej z polipropylenu, z minimalną objętością zalegającą, minimalnym przesuwie tłoka, dobrą i niezmywalną skalą co 1,0ml, z zabezpieczeniem przed wysunięciem tłoka, pakowanej pojedynczo.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki typu Żaneta 50/60ml sterylnej , jednorazowego użytku, zakończenie cylindra cewnikowa, szczelne, wykonanej z polietylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, bez zatyczki do końcówki cylindra, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki typu Żaneta 100ml sterylnej, jednorazowego użytku, szczelne, zakończenie cylindra cewnikowe+ reduktor typu luer, wykonane z polietylenu, minimalna objętość zalegająca, czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.9:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki do tuberkuliny TBC z igła w rozm. 0,45x10mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.10:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki do tuberkuliny TBC z igła w rozm. 0,5x16mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej wyroby.

Poz.6, 9 i 10:

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać na cylindrze nadrukowane logo producenta i nazwę własną typu strzykawki co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 23:**Poz. 1 i 2:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane na cylindrze logo producenta i nazwę własną typu strzykawki w celu łatwej identyfikacji produktu bez opakowania jednostkowego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. W związku z wymogiem kompatybilności zaoferowanych strzykawek z pompami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem „kompatybilności z pompami” Zamawiający rozumie strzykawki wymienione w instrukcji użycia posiadanych pomp strzykawkowych oraz wpisane ich menu, co gwarantuje prawidłową podaż leków?

Wyjaśnienie:

Kompatybilne – zgodne, pasujące spełniające wymagania SIWZ.

3. W związku z wymogiem kompatybilności zaoferowanych strzykawek z pompami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy o sprecyzowanie posiadanych typów/modeli pomp strzykawkowych, co pozwoli na dobór właściwej strzykawki.

Wyjaśnienie:

Rodzaje pomp podano w SIWZ.

Pytania dot. zadania 24:**Poz.1:**

1. Prosimy o dopuszczenie podania ceny za 1 szt strzykawki z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje podanie ceny jednostkowej za 1 opakowanie – zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w op. max po 120szt z podaniem ceny za 1 szt w formularzu cenowym z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania zbiorczego nie wpływa na walory użytkowe produktu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania strzykawek pakowanych po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym. Obowiązuje podanie ceny jednostkowej za 1 oferowanie opakowanie – zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o pojemności 3ml, 5ml, 10ml, 20ml i 50/60ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej strzykawki.

4. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać na cylindrze nadrukowane logo producenta i nazwę własną typu strzykawki co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta o możliwości stosowania zaoferowanych strzykawek z cytostatykami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytania dot. zadania 25:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy przyrząd ma posiadać filtr 0,2 μ zapewniający sterylną wentylację?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany w część chwytaną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 26:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł kompatybilnych z penami wszystkim ich producentów dostępnych na rynku z potwierdzeniem w/w faktu certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:**Poz.1 i 2:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do wkłuc podpajęczynówkowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 30:**Poz.1:**

1. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być sterylizowane radiacyjnie?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy kaniule mają posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferownia kaniul dożylnych wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, bez pasków rtg z możliwością diagnozowania za pomocą aparatu usg.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe koreczków z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytania dot. zadania 31:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „kaniule dożylnie bezpieczne do wkłuc obwodowych” Zamawiający oczekuje kaniul zabezpieczonej osłonką kapilarną o gładkich krawędziach eliminującą przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły, w pełni zamykającej ostrze i światło igły?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „zaworem zatraskowym łatwo domykającym się” Zamawiający rozumie koreczek portu bocznego samodomykającego się; Tzn. nie wymagający użycia znacznej siły, tym samym chroniąc przed uciskiem naczynia. Brak korka samodomykającego może m.in. zwiększyć ryzyko podrażnienia ścian naczynia, w których znajduje się cewnik, a w konsekwencji zwiększyć ryzyko zapalenia żyły na skutek urazu mechanicznego?

Wyjaśnienia:

Tak, zamawiający oczekuje takich kaniul.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem „kontrastująca w rtg” Zamawiający oczekuje kaniule dożylnie wyposażone w min.5 pasków rtg pozwalających na kontrolę położenia cewnika?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 31 i 32:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej 2 kursów doształcających o różnej tematyce związanej z bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym, zarejestrowanych w

str. 38 z 79

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga kursów doszkalających.

Pytania dot. zadania 34:

Poz. 1 i 2:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być sterylizowane promieniami beta?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kranik ma być wyposażony w trójramienne pokrętko w kolorze białym co pozwala na jego precyzyjną obsługę?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy kraniki mają być wyposażone w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, co gwarantuje jego precyzyjną obsługę?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.2:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy kranik z drenem 7cm ma być wyposażony z dodatkowy bezigłowy port do iniekcji do pozwala na bezpieczne dostrzykiwanie leku bez konieczności rozłączania całej linii? Ze względów epidemiologicznych takie rozwiązanie jest najbardziej optymalnym, zabezpieczającym przed zainfekowaniem linii oraz daje pełną szczelność systemu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby przedłużacz w kranikach był wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksyloowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 36:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania i inhalacji z możliwością przechodzenia O₂ przez całą objętość wody znajdującej się w komorze pojemnika z dyfuzorami dostarczającymi O₂.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia dwukomorowego pojemnika o poj. 500 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 41:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w plastikną kankę z jednym otworem centralnym (bez otworów bocznych)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi.

Pytanie dot. zadania 53:**Poz. 1-3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na etykiecie opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram i opis elementów danego produktu ułatwiający jego identyfikację?

Wyjaśnienie:

Nie.

Poz.4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli maskę tracheostomijną aerozolołą?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy w środowisku MRI – informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 59:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, anestetycznego, rozciągliwego, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwe w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlaksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej produkt.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu, na etykiecie ma być umieszczony piktogram wizualizujący wszystkie elementy zestawu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej produkt.

3/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie użycia potwierdzonym w instrukcji umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej produkt.

Pytanie dot. zadania 66:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy sondy mają być wykonane z miękkiej gumy?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy sondy sengstakena, tak jak obecnie stosowane, mają być sterylizowane tlenkiem etylenu?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy sondy sengstakena, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać porty do napełniania balonów z zastawkami, co ułatwia aplikację sondy?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

4. Prosimy o sprecyzowanie czy sondy mają się cechować długością min. 115cm?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 68:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przezroczyste, co pozwala na kontrolę barwy gromadzonej wydzieliny?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik ma posiadać w oryginalnym opakowaniu producenta strzykawkę pierwotnie wypełnioną 10% roztworem gliceryny, służącą do wypełniania balonu i dającą gwarancję, iż balon nie opróżni się samoistnie w trakcie użytkowania?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 90dni z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym przez producenta?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 69:

Prosimy o dopuszczenie zestawu w rozmiarach 8 i 10F z rozrywalną igłą, łącznikiem do worka na mocz i szpulką do umocowania cewnika.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 72:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy cewnika mają posiadać balon 50 oraz 80 ml każdorazowo do wyboru przez składaniu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pokryte silikonem, co ułatwia jego aplikację?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników dufour trójdrożnych wykonanych z medycznego PCV z balonem 50ml lub 80ml każdorazowo do wyboru przez składaniu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 73:

Poz.2:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników z balonem o pojemności 10ml, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley z balonem o pojemności 5-10ml w opakowaniu folia/folia, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 75:

Poz.2:

Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma być wyposażony w port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu, co pozwala na pobranie próbki oczu bez konieczności rozłączania worka i cewnika?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytania dot. zadania 76:

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez zawór antyzwrotny pomiędzy komorą pomiarową a drenem Zamawiający rozumie obecność zaworu w łączniku drewnu do cewnika foley co w sposób optymalny zapobiega cofaniu się moczu do pacjenta i minimalizuje ryzyko zakażeń wstępujących układu moczowego, tak jak w obecnie dostarczanych zestawach ?

Wyjaśnienie:

Tak.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek w łączniku do cewnika foley ma być płaski, wraz z dodatkowym elementem ułatwiającym kontrolę obecności moczu i procesu pobierania próbki?

Wyjaśnienie:

Nie ma znaczenia.

Pytania dot. zadania 78:

1. Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 18G 1,2 x25 mm.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie zaferownia igły tępej specjalnie dedykowanej do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leku bez otworu bocznego w rozm. 1,2 x 40mm.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy igła ma być wyposażona w filtr 5 mikronów gwarantujący eliminację drobin szkła i zanieczyszczeń?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 80:

1. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki powinny posiadać skalowanie co 1cm i linię pozycjonującą?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma być „pre-connected”, tzn. cewnik ma być fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 81:

Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania zestawu do nefrotomii w składzie: cewnik wykonany z poliuretanu, dł 300mm, z zagięciem typu J, zakończenie z balonem 2-2,5ml bezlateksowym, koniec odnerkowy pokryty hydrożelem na dł 90mm, łącznik do worka na mocz, igła 2-częściowa 18G 20cm, prowadnica Lunderquista 80cm z miękkim bezpiecznym końcem typu J, w rozm. 8 ch i 10ch.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, zakończenie cewnika typu J – bez balonu. W zestawie: metalowy ostry trokar rozrywany, fiksator- tulejka silikonowa, worek na mocz o pojemności 2000ml rozmiary cewnika 8F, 11F oraz 14F.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 82:

Poz.1,2 i 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe mają być wyposażone w nylonowy lub metalowy mandryn do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo przy składanym zamówieniu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.1-4:

Prosimy o dopuszczenie cewników o długości min.70cm.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 83:

Poz. 1

1.Czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania o długości ok.40cm w rozm 6,8 i 10ch, długości 60cm dla pozostałych rozmiarów.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3.Prosimy o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym cewnika ma się znajdować oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać karbowaną wewnętrzną stronę lejka -kończówki od strony próżni pasującej do zestawów ssących w blokach operacyjnych, co zapewnia szczelne połączenie i zapobiega zsunięciu się cewnika z łącznika dreny ssącego i kontaminacji?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5.Czy cewniki mają posiadać oznaczenie rozmiaru numerycznie nadrukowane na konektorze cewnika oraz na opakowaniu cewnika , co pozwala na identyfikację cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.2:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1cm co pozwala na kontrolę głębokości ich położenia?

Wyjaśnienie:

Tak.

2.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do karmienia mają być pozbawione ftalanów, bezpieczne dla noworodków, z możliwością używania do 30 dni (zarejestrowane w klasie 2b)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

3.Czy cewniki mają być pakowane prosto, nie zwijane?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 84:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętnicznej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętnicznej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem , z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP)

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 85:

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby podwójnie obrotowe łączniki kątowe były wyposażone w dodatkowy system uszczelniający w postaci silikonowych pierścieni uszczelniających od strony pacjenta i obwodu oddechowego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla ułatwienia identyfikacji produktu opakowanie jednostkowe ma posiadać piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 89:

1.Prosimy o dopuszczenie rampy trójkranikowej z 4 zaworami bezigłowymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2.Prosimy o dopuszczenie rampy trójkranikowej z 6 zaworami bezigłowymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3.Prosimy o wyjaśnienie czy rampa ma być wykonana z polisulfonu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 96:

Poz. 1,2

1/Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowanie zestawu do odsysania wydzieliny w systemie modułowym składającego się ze sterylnej cewnika oraz osobnego biologicznie czystego adaptera z możliwością stosowania do 7 dni potwierdzoną w instrukcji użycia.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 101:

str. 45 z 79

Poz. 1

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego dla dorosłych, biologicznie czystego, minimalna objętość oddechowana 120 ml, port kapno z zatyczką na uwięzi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci o min. skuteczności nawilżania 24 H₂O/l H₂O oraz niskiej wadze tj 6 g.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 104:

Poz. 1

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z termoplastycznego PVC o właściwościach podobnych silikonowaniu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji: dla rozmiarów 2,0 - 3,0 na wysokości 1 cm, 2 cm i 3 cm od zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5 - 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz. 2,3

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z termoplastycznego PVC o właściwościach podobnych silikonowaniu, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, z centymetrową podziałką pełniącą jednocześnie funkcję znacznika skracania rurki.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz. 1-3

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm ułatwiające optymalny wybór rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz wygięta i wyprofilowana do wewnątrz rurki minimalizując ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 105:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej wykonanej z termoplastycznego PVC o właściwościach podobnych silikonowaniu, wolnej od DEHP,

oznaczenie producenta i średnicy rurki na korpusie rurki oraz średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy linia RTG ma przebiegać od zakończenia mankietu uszczelniającego do końca rurki, podczas gdy widoczne w RTG metalowe zbrojenie umożliwia widoczność korpusu rurki do mankietu uszczelniającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 110:

1.Prosimy o dopuszczenie cewnika sterylizowanego radiacyjnie.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik ma posiadać min.4 otwory boczne drenujące?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3.Czy średnica otworów bocznych drenującym ma nie przekraczać 5mm, co zapewnia optymalny drenaż?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadanie 113:

Poz.1-3:W związku z treścią artykułu 30.1 ustawy PZP prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez stwierdzenie: „wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości” rozumiał twardość wyrażoną w międzynarodowej skali Shore A wyn. 74 ± 1 ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Poz.5:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy $7,7\text{mm} \pm 0,2\text{mm}$ oraz $9\text{mm} \pm 0,2\text{mm}$.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 118:

1.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga również ostrza nr 11 w wersji 11P?

Wyjaśnienie:

Nie.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne zewnętrznie owinięte folią?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytania dot. zadania 129:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie:

2 osobne opakowania zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydy w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator

1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator .

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 130:

Poz. 1

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego zestawu do infuzji dożylnych leków cytostatycznych o długości maksymalnie 220 cm, z specjalnym systemem do szybkiego ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu, komora kroplowa elastyczna, ergonomiczna z filtrem 15 mikronów, linia pracująca w systemie zamkniętym tzn. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza oraz zabezpiecza przed wyciekami płynu, na końcu drenu łącznik obrotowy i zatyczka hydrofobowa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej zestaw.

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby linie posiadały skrzydełka nad komorą kroplową, zintegrowane z filtrem hydrofobowym w górnej części komory celem łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytania dot. zadania 132:

1.Czy zawór bezigłowy ma posiadać zdejmowalny specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie czy membrana ma być zbudowana z przeziernego silikonu, a jej powierzchnia zapewniać kontakt strzykawki wyłącznie z silikonem?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 133:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na etykiecie opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram i opis elementów danego produktu ułatwiający jego identyfikację?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytania dot. zadania 148:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu światłowodowego wykonanych ze stali nierdzewnej, w opakowaniu folia-folia lub folia-papier, łyżki pochodzą od różnych producentów, spełniające wymogi normy ISO7376 zatem kompatybilne z rękojeściami z zielonej specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z pakietu 148 co umożliwi złożenie korzystnych propozycji cenowych większej liczbie oferentów.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 59:

Czy Zamawiający w pakiecie 59 poz 1 dopuści obwód oddechowy polipropylenowe rozciągliwe 60/180 cm, trójkąt z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 101:

Czy Zamawiający w pakiecie 101 pozycji 1 ma na myśli filtry oddechowe o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej minimum $> 99,999\%$? Określenie minimalnego parametru skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej daje pewność Zamawiającemu, iż będzie stosował produkt bezpieczny dla pacjenta i daje rzetelną możliwość porównania filtrów o podobnych parametrach. Pragniemy podkreślić, iż na rynku polskim jest bardzo dużo dostępnych filtrów, które nie spełniają tego postawowego kryterium. Im wyższa filtracja tym większe bezpieczeństwo pacjenta.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 101:

Czy Zamawiający w pakiecie 101 pozycji 1 ma na myśli filtry oddechowe, sterylne, pakowane folia-papier, otwierane po linii zgrzewu ? Pragniemy podkreślić, iż są na rynku filtry pakowane wyłącznie w folie cylofanowe, które charakteryzują się nietrwałością oraz powodują problemy z rozpieczętowaniem filtra. Ponadto rozwiązanie jest takie stosowane w wielu firmach wiodących w zakresie tego produktu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 101:

Czy Zamawiający w pakiecie 101 pozycji 1 ma na myśli filtry oddechowe o utracie nawilżania minimum 6 mg H₂O/l przy V_t 500 ml? Zamawiający określił parametr nawilżania, który jest kluczowy przy wdechu pacjenta, natomiast by sprawdzić czy filtr działa skutecznie w obie strony (wdech-wydech pacjenta), potrzebne jest określenie minimalnego poziomu utraty nawilżania. Określenie daje pewność Zamawiającemu, iż będzie stosował produkt bezpieczny dla pacjenta i daje rzetelną możliwość porównania filtrów o podobnych parametrach. Pragniemy podkreślić , iż nie jest to parametr odcinający a jedynie określający minimum jakie powinien mieć filtr przy był skuteczny i bezpieczny dla pacjenta.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 62

Czy Zamawiający w Zadaniu 62 w pozycji 1 dopuści cewnik od długości 40cm, z podziałką widoczną w promieniach RTG, skalowany w odstępach około 5cm z trokarem ostrym w kształcie stożka, wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, nietoksyczny, sterylny ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70:

Czy Zamawiający w Zadaniu 70 w pozycji 1 oczekuje zaoferowania bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej składającego się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), posiadającego cewnik wykonany z poliuretanu widoczny w rtg, rozmiar 8Ch i długości 12.5cm , z jednokierunkowym zaworem wentylowym umożliwiającym przepływ powietrza i płynu wyłącznie w kierunku zewnętrznym co zapobiega przedostaniu się powietrza do jamy ciała., z automatycznym zaworem kulkowym zamykającym światło cewnika podczas wysuwania igły, z zaworem trójdrożnym zapewniającym wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, w zestawie strzykawka luer lock 60ml i worek do drenażu 2000ml ?

Wyjaśnienie:

Nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 76

Czy Zamawiający w Zadaniu 76 w pozycji 1 dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej w systemie zamkniętym sterylny, pakowany pojedynczo, skład zestawu:

- skalowana komora pomiarowa o poj. 500ml
- worek zbiorczy o poj. 2000 ml
- napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewnia optymalną równowagę ciśnień w worku i poprawia przepływ moczu
- zawór opróżniający z przyciskiem – umożliwia obsługę jedną ręką dla szybkiego i łatwego opróżniania worka
- dren odporny na załamywanie o dł. 120 cm
- kłamra zaciskowa
- bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- boczne paski mocujące ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 83:

Czy Zamawiający w Zadaniu 83 w pozycji 2 dopuści cewniki do karmienia w rozmiarze 6.5 i 8 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 113:

Czy Zamawiający w Zadaniu 113 w pozycjach od 1 do 3 dopuści dreny o średnicy wewnętrznej 7mm przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 113:

Czy Zamawiający w Zadaniu 113 w pozycji 5 dopuści dreny o średnicy wewnętrznej 5 lub 6 lub 7 mm do wyboru przez Zamawiającego ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 126:

Czy Zamawiający w Zadaniu 126 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej i jam opłucnych o parametrach:

- pakowany sterylnie, 3 – komorowy,
- komora kolekcyjna 2300 ml
- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości,
- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna , wysokie wartości podciśnienia można neutralizować za pomocą ręcznego zaworu odbarczającego podciśnienia,
- automatyczny zawór zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w kierunku dodatnim,
- wodna komora regulacji ciśnienia,
- półprzezroczysty, elastyczny dren,
- zestaw przystosowany do zawieszenia na ramie łóżka i postawienia na podłodze,
- port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu,
- port dostępowy do pobierania próbek drenowanego płynu,
- zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt płynu w komorze wodnej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 42 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta? Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 123 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę foliową na przewody wraz z jedną taśmą do mocowania? Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 123 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści foliową sterylną osłonę z gumką o średnicy koła 43 cm?
Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 123 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści foliową sterylną osłonę z gumką o średnicy koła 68 cm?
Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 123 poz.4:

Czy Zamawiający dopuści foliową sterylną osłonę z gumką o średnicy koła 91 cm?
Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 123 poz.4:

Czy Zamawiający dopuści foliową sterylną osłonę z gumką o średnicy koła 92 cm?
Reszta zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

2. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 10 ust. 3 pkt 3) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy stosowne zapisy wynikające z w/w przepisów zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maskę krtaniową firmy LMA posiadającą manometr wskazujący skuteczne i bezpieczne wypełnienia mankietu zamiast balonika a rozmiar maski jest idealnie widoczny, bo przy łączniku 15mm, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytania dot. zadania 36:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wodę jałową typu RespiFlo o pojemności 340 ml, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wodę jałową typu RespiFlo o pojemności 650 ml, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 59:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości układ oddechowy firmy RUSCH do aparatu do znieczulenia bez obrotowego portu, biologicznie czysty, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 69:

Czy Zamawiający w zad 69 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do nefrostomii znanego amerykańskiego producenta w jego nomenklaturze określany jako dwustopniowy w rozmiarach 8Ch, 10Ch w skład którego wchodzi:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LuerLock
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 72:

Czy Zamawiający w zad 72 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewnik Dufoura wykonany z PCV? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 81:

Czy Zamawiający wydzieli z zad 81 poz 1 i utworzy oddzielne zadanie? Wydzielenie pozwoli naszej firmie na złożenie oferty na zestaw amerykańskiego producenta najwyższej jakości, konkurencyjny cenowo.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 81:

Czy Zamawiający w zad 81 poz 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do nefrostomii znanego amerykańskiego producenta, w skład którego wchodzi:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł ok 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LuerLock
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 82:

Czy Zamawiający w zad 82 wyrazi zgodę na złożenie oferty na katetery moczowodowe o dł. 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 91:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę tracheotomijną firmy RUSCH posiadającą balonik bez mylnych znaczeń, wszystkie oznaczenia są na rurce oraz łączniku, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 92:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę tracheotomijną firmy RUSCH wykonaną z termoplastycznego PCV, posiadającą balonik bez oznaczenia rodzaju mankietu, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 92:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę tracheotomijną firmy RUSCH wykonaną z termoplastycznego PCV, posiadającą balonik bez oznaczenia rodzaju mankietu, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 93:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurki Guedel firmy RUSCH w

str. 54 z 79

ujednoliconych rozmiarach ISO czyli nr 2 o długości 7 cm, nr 3 o długości 8 cm, nr 4 o długości 9 cm, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 94:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw do tracheostomii przezskórnej firmy RUSCH oparty na użyciu śruby wraz z pełnym zestawem do jej wprowadzenia (skalpel, prowadnica strzykawka, igła z koszulką, prowadnica do rurki tracheotomijnej wraz z rurką z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej, wszystko zapakowane jałowo gotowe do użycia, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 95:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę tracheotomijną firmy RUSCH lepszą, bo w pełni silikonową, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. Zadania 98:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości cewniki centralne firmy ARROW, o średnicy 7F oraz 8F, wraz ze strzykawką z otworem w tłoku o pojemności 5 ml, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości cewniki centralne firmy ARROW, o średnicy 5F, wraz ze strzykawką z otworem w tłoku o pojemności 5 ml, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienia:

Tak.

Pytanie dot. zadania 99:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości układy oddechowe firmy RUSCH w wersji biologicznie czystej, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 104:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 wysokiej jakości rurkę intubacyjną RUSCH wykonaną z termoplastycznego PCV wyjątkowo nietraumatyczną i bezpieczną, posiadającą podziałkę centymetrową 6 - 17 cm w zależności od rozmiaru, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 wysokiej jakości rurkę intubacyjną RUSCH wykonaną z termoplastycznego PCV, bez mylnych oznaczeń na baloniku, posiadającą jeden pełny znacznik głębokości, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 wysokiej jakości rurkę intubacyjną RUSCH wykonaną z termoplastycznego PCV, bez mylnych oznaczeń na baloniku, posiadającą jeden pełny znacznik głębokości, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 105:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę intubacyjną RUSCH wykonaną z termoplastycznego PCV, bez oznaczenia średnicy mankietu na baloniku, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 107:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ARROW, o parametrach: zestaw z cewnikiem zbrojonym metalowym opłotem 19Ga widoczny w promieniach rtg, o długość 900 mm, igłą TOUHY 17 Ga 9,84 cm, łącznikiem SNAP-LOCK, strzykawką niskooporową 10 ml, filtrem 0,2 mikrona?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 116:

Czy Zamawiający w zad 116 wyrazi zgodę na złożenie oferty na sterylne klipsy laparoskopowe tytanowe Horizon w rozmiarze M/L, znanego amerykańskiego producenta firmę Weck/Teleflex wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy klipsownicy laparoskopowych we wskazanej przez Zamawiającego ilości; W opakowaniu 120 sztuk?

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy 3 (trzech) klipsownicy laparoskopowych.

Pytanie dot. zadania 137:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę intubacyjną RUSCH z zabezpieczeniem w postaci folii srebrnej antylaserowej, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 141:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości cewniki centralne firmy ARROW, o średnicy 22Ga, wraz ze strzykawką o pojemności 5 ml, bez Y, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 145:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości biologicznie czystą opaskę do rurek tracheostomijnych RUSCH, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania 148:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości łyżkę laryngoskopową RUSCH posiadającą wytrzymałą stopę stalową z tworzywem koloru zielonego, z osłonięciem światłowodu w części dystalnej dla lepszego skupienia światła, z zatraskiem wypustkowym, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości rękojeść RUSCH wykonana z bardzo wytrzymałego stopu plastiku w kolorze zielonym dla dobrej identyfikacji standardu ISO 7376 z poprzecznymi naturalnymi frezami na palce dłoni dla lepszego uchwytu, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 150:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw do hemodializy ARROW, wykonany z karbotanu, o średnicy 15F oraz długości (od końca cewnika do mufki) od 19 do 50 cm w pięciu rozmiarach, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 151:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw do hemodializy ARROW, o średnicy 12F oraz długości 16 i 24 cm, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. par. 2 ust. 5 wzoru umowy:

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zwrot możliwy jest wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z standardowym mankietem, a tym samym odstąpi od wymogu, aby mankiet był o obniżonej przenikalności podtlenku azotu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z 3 drenami o całkowitej długości 12,50cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z 1 drenem o długości całkowitej 14cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z możliwością użycia 7dni lub 140 aktywacji, przestrzeń martwa 0,3 ml, przepływ 76ml/min?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za oferowane opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 21, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opakowanie o wielkości innej niż określona w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 21, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 0,5ml.

Pytanie dot. zadania 21, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5x16mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 24, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50ml pakowane a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 50ml pakowane a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie dot. zadania 24, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 50ml pakowane a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem liczby oferowanych opakowań w górę.

Pytanie dot. zadania 25, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 50ml pakowane a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie dot. zadania 26:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 27, pozycja 2:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 30, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości F.E.P. ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 30, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'250sztuk, z przeliczeniem, zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości P.T.F.E, ze standardowym koreczkiem portu bocznego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 33, pozycja 1-2:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 38:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'144sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań.

str. 59 z 79

W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 40, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 40, pozycja 4:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania staz bezlateksowych w min. 2 kolorach?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 42:

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na końcach palców co zapewnia dobry chwyt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 49:

Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne teksturowane tylko na palcach, dostępne w rozmiarach M i L pakowane a'25par, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie dot. zadania 50:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane indywidualnie z oznaczeniem L,R (Left, Right), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 51:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane indywidualnie z oznaczeniem L,R (Left, Right), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 57:

Czy Zamawiający dopuści wziernik typu Cusko ze szpilką blokującą?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 59:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów, 2 rozciągliwe rury o długości 160cm (rozciągliwe w zakresie 60-160cm), dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm (rozciągliwa w

str. 60 z 79

zakresie 40-100cm), bezlateksowy worek o pojemności 3l, uniwersalne połączenie 15F/22F, kolanko z portem luer-lock?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 66:

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena 2 kanałową?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 72:

Czy Zamawiający dopuści 3-drożny cewnik Dufoura wykonany z 100% silikon?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 72:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufoura Ch 18 z balonem 40ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 73, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 5-10ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 73, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 30ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 78:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 83, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach Ch 6-10 o długości 40cm oraz Ch 12-20 o długości 60cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 92:

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne wykonane z niesilikonowanego PCV?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 97, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z zatyczką pakowaną osobno?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zgłębniki żołądkowe z zatyczką pakowaną osobno.

Pytanie dot. zadania 101, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści filtr przeciwbakteryjny o objętości oddechowej 300-1500ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 101, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24mg/h₂O/l przy Vt 500ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 104, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z niesilikonowanego PCV?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Zadanie 104, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 105:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone wykonane z niesilikonowanego PCV?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 105:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone proste pakowane razem z przewodnicą, skalowane, co 2cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 105:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby rurki pozbawione były ftalanów.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 107:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę.
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami

str. 62 z 79

bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).

- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy.
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkluciu.
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem.
- Łącznik do cewnika epiduralnego.
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała.
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta.
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej zestaw.

Pytanie dot. zadania 112, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z 100% silikon z otworami?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 112, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach 21 i 24?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 112, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z 100% silikon?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 112, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach 24, 27 i 30?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 119:

Czy Zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne niesterylne?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 120:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o zwiększonej elastyczności, sterylne, bezpydrowe, bezlateksowe, w kolorze brązowym, obustronnie polimerowane, zastosowana innowacyjna technologia Profeel DHD zapewniająca jednolite polimerowanie umożliwia zakładanie rękawic nawet na wilgotne dłonie, powierzchnia zewnętrzna posiadająca specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, AQL 0,65, długość rękawicy minimum 280mm do minimum 296mm w zależności od rozmiaru?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 132:

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy na 100 aktywacji?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 135, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści marker z linijką?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 136:

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadającą zewnętrzną powierzchnię gładką?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzona skalą 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/22 ml, 50/60 ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisaną wyżej strzykawkę.

Pytanie dot. zadania 24:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na strzykawki 20 ml pakowana po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie dot. zadania 24:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na strzykawki 50 ml pakowana po 25 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 50 ml pakowane po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie dot. zadania 21 (oznaczenie w piśmie Wykonawcy: „Zadanie 27 poz.1”):

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny U-100/1 ml z igłą w rozmiarze 0,33 x 13. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 21 (oznaczenie w piśmie Wykonawcy: „**Zadanie 27 poz.2-5**”):

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach strzykawki z rozszerzoną skalą 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane wyżej strzykawki.

Pytanie dot. zadania 21 (oznaczenie w piśmie Wykonawcy: „**Zadanie 27 poz.5**”):

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na strzykawki pakowana po 80 szt z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym i zaokrągleniem „w górę” ilości opakowań do liczby całkowitej.

Pytanie dot. zadania 21 (oznaczenie w piśmie Wykonawcy: „**Zadanie 27 poz.8**”):

Czy Zamawiający wymaga strzykawki typu „Żaneta” 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie strzykawki ale nie wymaga.

Pytanie dot. zadania 21 (oznaczenie w piśmie Wykonawcy: „**Zadanie 27 poz.10**”):

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,5 x 16 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 23 poz.1, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie strzykawki, która jest wykonana mieszanie (polipropylen +polietylen). Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 25 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelek z zaworem bezigłowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 30 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 31 poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 32:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 32:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP 24 G x 19 mm o przepływie 22 ml/min, 26 G 19 mm o przepływie 15 ml/min.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. Zadania 35 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 79:

Czy Zamawiający dopuści Zawór do pobierania leków

Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną Posiada filtr powietrza 0,2 μ i odpowietrznik. Pomaga zachować sterylność leku w fiolce Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych

Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania. Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 89:

Czy Zamawiający dopuści rampę z 5

kranikami trwale zintegrowanymi na płycie.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 132:

Czy Zamawiający łącznik bezigłowy o przepływie 312 ml/h. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamkniętego systemu bezigłowego z drenem o średnicy 1,1mm i długości całkowitej 8cm (z korkiem 9,5 cm)?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot.zadania 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamkniętego systemu bezigłowego z drenem o średnicy 1,1mm i długości całkowitej 8cm (z korkiem 9,5 cm), przestrzenią martwą 0,15 ml, szybkością przepływu 167 ml/min, ilością aktywacji 500?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, umożliwi to złożenie korzystniejszych cenowo ofert?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadanie nr 24, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 50 ml za sztukę, w opakowaniach a'85 szt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania nr 26, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, umożliwi to złożenie korzystniejszych cenowo ofert?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania nr 27, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych dł. 90mm+/- 2mm?

str. 67 z 79

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożyłne wykonane z FEP?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 78, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, umożliwi to złożenie korzystniejszych cenowo ofert?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania w ofercie cenowej ceny jednostkowej za jedno oferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk na liczbę opakowań. W przypadku uzyskania wielkości z ułamkiem liczbę oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę. Należy również określić ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Linii przedłużającej potrójna o zmniejszonej objętości wypełniania z neutralnymi łącznikami bezigłowymi Onelink oraz z zastawkami zapobiegającymi cofaniu się płynu do łącznika, o łącznej długości 19,4 cm i objętości wypełnienia 1,3 ml. Łączniki na stałe połączone z linia przedłużającą. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdalny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie Łącznika bezigłowego z obojętnym przemieszczaniem płynu na pojedynczej przedłużce o łącznej długości 21,6 cm, ze zmniejszoną objętości wypełnienia 0,30 ml. Łącznik spojony z linia przedłużającą. Na adapterze ze złączem męskim Luer-Lock przesuwany kołnierzyk. Na przewodzie i zacisku ślizgowym widnieje oznaczenie 325 psi/2241 kPa, co stanowi potwierdzenie zgodności urządzenia z wlewem wspomaganym. Wyrób zdalny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 79:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 79 poz. 1 przyrządu z połączeniem bezigłowym typu Clearlink do przygotowywania i podawania leków z fiolek z gumowymi korkami z zastawką uruchamianą przez złącze typu Luer – Lock/Luer, która może być używana do 100 razy w ciągu 96 godzin. Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolek z hydrofobowym i lipofobowym odpowietrznikiem. Złącze typu

str. 68 z 79

Luer - Lock/Luer przezroczyste z płaską powierzchnią umożliwiającą dezynfekcję. Przyrząd zaopatrzony w filtr 0,2 mm bez lateksu i bez PVC. Objętość napełniania wstępnego: 0,3 ml, długość: 6,3 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania 132:

Czy Zamawiający w zadaniu 132 poz.1 dopuści łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10 ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08 ml. Zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Przystosowanym do podłączenia z końcówkami luer – lock i luer – slip, pakowany pojedynczo.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 54:

W związku z tym, iż Zamawiający w okresie od 10.11.2017 do chwili obecnej korzysta z portów Wykonawcy, oraz nie miał żadnych uwag do tego produktu, zwracamy się z uprzejmą prośbą aby Zamawiający również w tym przetargu dopuścił porty niskoprofilowe oferowane tak jak poprzednio o parametrach nieznacznie się różniących od opisanych w SIWZ:

Poz 1.

Niskoprofilowy port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym 6,6 F

- Port niskoprofilowy (wysokość 10,8 mm, masa 9,5 g)
- komora portu wykonana z tytanu
- kołnierz wykonany z tytanu, kształt kołnierza pozwalający na łatwe zidentyfikowanie portu przez skórę i nie powodujący silnego napięcia skóry
- Trzy otwory do przeszycia portu
- przeznaczony do badań MRI (przy natężeniu pola statycznego 3 T)
- silikonowa membrana portu o średnicy 10,2 mm zapewniająca szczelność dla min.1000 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie ponad obrys kołnierza
- cewnik poliuretanowy, o rozmiarze 6,6 F, o średnicy wew. 1,0 mm, śr. zewn. 2,2 mm, o dł. 55 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta
- wygodne, szybkie połączenie cewnika z portem (zatrask cewnika na stałe połączony z komorą portu)

Zestaw wprowadzający zawierający co najmniej:

- prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J,
- cienkościenną igłę punkcyjną 18 G
- rozszerzadło z koszulką rozrywalną wyposażoną w wygodny uchwyt ze skrzydełkami, nakrętkę blokującą koszulkę i znacznik położenia końca prowadnicy
- narzędzie do tunelizacji
- prostą igłę Hubera do przepłukania zestawu: rozmiar 20-22 G, dł. 19- 25 mm
- zakrzywioną igłę Hubera do krótkiej infuzji rozmiar 20-22 G,, dł. 19-25 mm
- tępą stalową igłę do wypełniania cewnika
- 2 strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml
- hak do unoszenia żyły
- korki z zatraskiem na igły Hubera zabezpieczające przed zakłuciem (3 szt.)

str. 69 z 79

- w wyposażeniu igła Hubera do długich infuzji, z odpinanym uchwytem, poduszką dla pacjenta i zaciskiem do przerw w infuzji, z zabezpieczeniem przed zakłuciem aktywującym się w trakcie wyciągania igły, rozmiar 20-22 G, dł. 19-25 mm, dren o dł. min. 20 cm

W opakowaniu instrukcja obsługi oraz informator dla pacjenta zawierający identyfikator

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

poz. 2

Port naczyniowy obwodowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym 6,6 F.

- niskoprofilowy (wysokość 10,8 mm) o kształcie wydłużonym (trójkątnym) łatwym do zidentyfikowania przez skórę

- komora portu wykonana z tytanu, o objętości wypełnienia do 0,4 ml

- kołnierz wykonany z tytanu

- trzy otwory do przeszycia portu

- silikonowa membrana zapewniająca szczelność dla 1000 wkłuć

- cewnik poliuretanowy, o rozmiarze 6,6 F, o średnicy wew. 1 mm , śr. Zewn. 2,2 mm, o dł. min. 55 cm, objętość wypełnienia 0,4 ml, z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, wygodne , szybkie połączenie cewnika z portem (zatrask cewnika połączony z komorą)

Zestaw wprowadzający zawierający co najmniej:

- prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J,

- cienką igłę punkcyjną

- koszulką rozrywalną wyposażoną w wygodny uchwyt (zatrask)

- narzędzia do tunelizacji

- prostą igłę Hubera do przepłukania zestawu: rozmiar 20-22 G, dł. 19- 25 mm

- zakrzywioną igłę Hubera do krótkiej infuzji rozmiar 20-22 G,, dł. 19-25 mm

- tępą stalową igłę do wypełniania cewnika

- 2 strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml

- hak do unoszenia żyły

- w wyposażeniu igła Hubera do długich infuzji, z odpinanym uchwytem, poduszką dla pacjenta i zaciskiem do przerw w infuzji, rozmiar 20-22 G, dł. 19-25 mm, dren o dł. min. 20 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, żeby okulary do fototerapii wykonane były z miękkiego opatentowanego materiału bez lateksu, materiału przyjaznego dla skóry dziecka, zawierające specjalną osłonę na oczy, która chroni je przed szkodliwym działaniem światła podczas fototerapii? Okulary idealnie dopasowane, założone na główkę dziecka nie przemieszczają się i pozostają bezpiecznie w tym samym miejscu, dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie Y, okulary składające się z jednej części. Pasują do każdego kształtu głowy, dzięki elastycznym mocowaniom na rzep, znajdującym się na potylicy.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 18:

Czy Zamawiający oczekuje, żeby mankiety wykonane były z miękkiego łatwego w czyszczeniu materiału winylowego nie zawierającego lateksu kauczukowego ani DEHP, dzięki czemu są bezpieczniejsze do stosowania u małych pacjentów? Mankiety

str. 70 z 79

kodowane kolorystycznie – zawierające wzory ze zwierzętami w zależności od rozmiaru. Duży, widoczny nadruk umożliwia szybkie i łatwe zidentyfikowanie właściwego mankietu dla właściwego pacjenta, pozwalając na uzyskanie dokładniejszych pomiarów. Mankiety zgodne z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP, co umożliwia natychmiastowy poprawny dobór rozmiaru. Na mankiecie umieszczona jest data produkcji. Mankiety klinicznie zwalidowane pod kątem dokładności pomiarów, co pomaga lekarzom w podejmowaniu decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób, ale nie wymaga.

Pytanie dot. zadania nr 18:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego typu urządzenia będą wykorzystywane mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków.

Wyjaśnienie:

Do kardiomonitorów mindray i Viridia M3.

Pytanie dot. zadania nr 18:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki typ końcówek muszą posiadać jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków, czy są to mankiety jednotubowe, czy dwutubowe?

Wyjaśnienie:

Są to mankiety jednotubowe.

Pytanie dot. zadania nr 19:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 2 z pakietu 19, w celu złożenia atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty cenowej.

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana polega na **wyłączeniu z zakresu zadania nr 19 pozycji 2**. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 19 po zmianie obejmuje jedną pozycję tj.: „**1. Czujnik SpO₂ dla noworodków jednorazowego użytku, na gąbce z rzepem typu Nellcor – 480 sztuk.**”

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 19 po zmianie – 130,00 złotych. Jednocześnie zamawiający tworzy **nowe zadanie nr 153 z opisem przedmiotu zamówienia o treści:**

„Zadanie nr 153:

Czujnik SpO₂ dla noworodków jednorazowego użytku technologii Masimo do Pulsoksymetrów Masimo Rad – 8 i Rad 97 o końcówce kabla LNCS NeO 3 – 40 kg, dł.46 cm - 100 sztuk.”

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 153 – 30,00 złotych.

Pytanie dot. zadania nr 19 pozycja 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby czujnik SpO₂ dla noworodków był w technologii Masimo SET, technologii zawartej w trzech elementach systemu, czyli w urządzeniu, kablu i czujniku?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania nr 109:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia bez wbudowanego portu testowego - zaoferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane i nie wymagają dodatkowego testowania.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania nr 59:

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych, anestetyczny, rozciągliwy, jednorazowy, z rurami karbowanymi, o dł. rur 42-200 cm, wykonany z PP, z workiem oddechowym 2l bezlateksowym, z łącznikiem prostym, ze złączem rur 22mm, złączem trójkąta Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, ze średnicą rur 22mm, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty, bez PCV i ftalanów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

2. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych, anestetyczny, rozciągliwy, jednorazowy, z rurami karbowanymi, o dł. rur 42-200 cm, wykonany z PP, z workiem oddechowym 2l bezlateksowym, z łącznikiem prostym, ze złączem rur 22mm, złączem trójkąta Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, ze średnicą rur 22mm, pakowany pojedynczo, sterylny, bez PCV i ftalanów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania nr 96:

Czy Zamawiający wymaga aby systemy do zamkniętego odsysania stanowiły zintegrowaną, jednolitą całość bez możliwości odłączenia łącznika od cewnika?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania nr 99 poz. 1:

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennett, Bird, w którego skład zestawu wchodzi 2 rury karbowane, wykonane z PCV, o długości 1,8, fi 22mm, z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny, pakowany pojedynczo (papier folia) w jednym zestawie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennett, Bird, w którego skład zestawu wchodzi 2 rury karbowane, wykonane z PCV, o długości 1,8, fi 22mm, z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo (papier folia) w jednym zestawie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 99 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Engstrom, Bennett składający się z 2 rur karbowanych wykonanych z PCV, o dł. min 1,5m, fi 15mm z łącznikiem Y, mikrobiologicznie czysty, pakowany (papier folia) pojedynczo jednym w zestawie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. zadania nr 99 poz. 3:

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000, w którego skład zestawu wchodzi 2 rury gładkie z PCV, o dł. 1,6 m, fi 22mm, z łącznikiem Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, i linią do monitorowania gazów anestetycznych, z kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty, pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000, w którego skład zestawu wchodzi 2 rury gładkie z PCV, o dł. 1,6 m, fi 22mm, z łącznikiem Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, i linią do monitorowania gazów anestetycznych, z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny, pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 129:

Czy Zamawiający dopuści zestaw 24 godzinny z chlorheksydyną w komplecie składający się z 3 jednorazowych szaszetek w skład, których wchodzi: szczoteczka z możliwością odsysania, 2 aplikatory czyszcząco-odsysające, 3 gąbki do pielęgnacji jamy ustnej, 3 pojemniki na chlorheksydynę, 3 szaszetki z chlorheksydyną?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 142:

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla noworodków jednorazowego użytku do respiratora BearCub 750, do wysokich przepływów (powyżej 4 l) z komorą do nawilzacza MR850, mikrobiologicznie czysty, pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisany wyżej wyrób.

Pytanie dot. zadania nr 126:

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 126 Zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym
- dodatkowy worek na wydzielinę o pojemności 1000 ml (łącznie pojemność zestawu 2000 ml)
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolność

- zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu
- minitor przecieku powietrza
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. SIWZ:

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z treścią SIWZ (str. 12) zamawiający wymaga by pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej, w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, było przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą.

Pytanie dot. § 2 ust. 6 wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. zaprzestanie produkcji, braku importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego) Sprzedający niezwłocznie zaproponuje Kupującemu zamienny wyrób o niegorszych parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 7, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 4 ust.1”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. § 7 ust. 1 wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: „Trzykrotne kolejne niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne, istotne powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 130 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga łącznika bezigłowego służącego do podawania koncentratu leku cytostatycznego do worka viaflo kompatybilnego z zestawem do przetoczeń, pasującego do końcówki strzykawki typu luer – lock zabezpieczonego koreczkiem oraz wyposażonego w system zabezpieczający przed wysunięciem z portu worka ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wyrobu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 59:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy rozciągliwy do dł. 180 cm z dodatkową rurą do worka o dł. 90 cm, sterylny lub dopuści jako równoważny obwód oddechowy rozciągliwy do dł. 200 cm z dodatkową rurą do worka o dł. 150 cm, czysty mikrobiologicznie ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy dł. 200 cm z dodatkową rurą do worka 150 cm, pozostałe składowe elementy jak w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 85:

Czy Zamawiający wymaga łączniki wolne od ftalanów ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 93 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej rurki ustno – gardłowej o rozmiarze 3/80 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wymienioną wyżej rurkę.

Pytanie dot. zadania nr 93 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej rurki ustno – gardłowej o rozmiarze 4/90 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wymienioną wyżej rurkę.

Pytanie dot. zadania nr 93 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej rurki ustno – gardłowej o rozmiarze 5/100 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wymieniona wyżej rurkę.

Pytanie dot. zadania nr 144:

Czy Zamawiający wymaga maski wolne od ftalanów ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 19 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 34 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem 10 cm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania nr 59:

Czy Zamawiający dopuści obwód rozciągalny do 180 cm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 96:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania przeznaczony do stosowania 72h, przy wymianie samego cewnika co 24h, bez konieczności odłączania systemu od obwodu oddechowego (wymienne cewniki w komplecie) tak, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 104:

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane w całości z medycznego PCV, bez zawartości silikonu ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania nr 105:

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane w całości z medycznego PCV, bez zawartości silikonu ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. formularza cenowego:

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „siwz” a w szczególności dotyczące „Formularza cenowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do powołanej siwz, wnosimy o wyjaśnienie, Czy Zamawiający wymaga bezwzględnie aby wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie w kolumnie „Numer katalogowy” podał wszystkie numery katalogowego lub numery katalogowe wytwórcy, dla wszystkich oferowanych elementów przedmiotu oferty ?

Mając na względzie powyższe wnosimy o wyjaśnienie czy w przypadku pozytywnego wyjaśnienia z pkt. jak wyżej, czy powołane numery katalogowe, będą stanowiły podstawę do zbadania zgodności wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”, z oferowanymi wyrobami przez Wykonawcę ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wymaga wskazania numeru katalogowego oferowanych wyrobów, w przypadku, gdy numery katalogowe zostały nadane danemu produktowi. Numery

str. 76 z 79

katalogowe posłużą jako dodatkowy element opisu w zamówieniu na przedmiot umowy składanym w trakcie realizacji zawartej umowy.

Podstawę oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowić będą dokumenty określone w pkt. 1-8 str. 8-9 SIWZ

Pytanie dot. zadania nr 115:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 115 na klipsy do klipsownicy laparoskopowej, duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia, pasujące do klipsownicy znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 42, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie rękawic, które nie są polimerowane od strony roboczej, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 44, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne nitylowe do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, kształt uniwersalny, kolor niebieski, rolowany mankiet, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na palców, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 280 mm, grubość na palcu 0,15 – 0,16 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Posiadający certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu S, M, L.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 136, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie rękawic, o gładkiej powierzchni, pozostałe parametry bez zmian

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający w zadaniu 7 dopuści sterylne butelki o pojemności 80 ml z nakrętką, pakowane pojedynczo lub zbiorczo w małych higienicznych opakowaniach po 24 szt., spełniające pozostałe cechy zawarte w SIWZ?

Zaoferowane butelki są przedmiotem postępowań przetargowych we wszystkich placówkach medycznych w Polsce, posiadają dokumenty dopuszczające /deklaracje zgodności potwierdzające przeznaczenie do użytku szpitalnego, posiadają deklarację potwierdzającą brak użycia tlenu etylenu w procesie produkcji prowadzącej do sterylności zgodnie z Farmakopeą Europejską, są przeznaczone do zbierania, p[rzechowywania, mrożenia, pasteryzacji pokarmu kobiecego. Oferowane butelki nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających na butelki jednorazowe sterylne? Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 211) nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów noworodkom i niemowlętom. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz. 876 Rozdział 1 Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje – wyposażenie wyrobu medycznego (nawet jeżeli Zamawiający chciałby zastosować zaproponowane butelki do smoczków, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi mp. Mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) – artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Ponadto Dz. U. Z 2015 r. poz. 1918 w całości odnosząca się wyłącznie do wyrobów medycznych, zwraca uwagę na kwestie związane z zasadnością nadawaniu statusu wyrobów medycznych. W związku z tym, że wiele produktów obecnie posiadających status wyrobu medycznego zyskały ten status niesłusznie/ omyłkowo, na co zwraca szczególną uwagę Prezes URPL w pozycji 1918 i jest ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, zostały wprowadzone zamiany zaostrzające zasady dopuszczania i stosowania, ale wyłącznie wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami, ale nie w stosunku do wszystkiego co jest dopuszczone do obrotu szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 42:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 42 wysokiej klasy rękawic diagnostycznych nitylowych, obustronnie polimeryzowanych, zarówno od strony roboczej jak i od strony wewnętrznej rękawicy, co ułatwia zakładanie rękawic, spełniających pozostałe wymagania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rękawice.

Pytanie dot. zadania 42:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 42 rękawic diagnostycznych nitylowych, w kolorze fioletowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rękawice.

Pytanie dot. zadania 49:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 49 rękawic sekcyjnych, długich w rozmiarach M (7,0) i L (8,0) lub 7,5 – 8,0 i 8,5 – 9.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza rękawice w rozmiarach M (7,0) i L (8,0).

Pytanie dot. zadania 120:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 120 rękawic chirurgicznych, sterylnych bezpydrowych, bezlateksowych, syntetycznych, neoprenowych, kolor beżowy, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem (poliuretanem), powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, pokryta polimerem, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych

str. 78 z 79

potwierdzone raportem niezależnym, poziom szczelności AQL 0,65 z informacją na opakowaniu, długość rękawicy min. 295 mm, na opakowaniu jednostkowym informacja o substancjach chemicznych i cytostatykach.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 136:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 136 rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych pakowanych w opakowaniu z rozmiarem na opakowaniu zróżnicowanym kolorystycznie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rękawice.

Pytanie dot. zadania 136:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 136 rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych o powierzchni gładkiej matowej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zapisów SIWZ:

Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zapisów SIWZ:

Prosimy o zmniejszenie ilości próbek dla zadań nr 42 i 43 do jednego opakowania z dowolnego rozmiaru np. M. Ponieważ w przetargu kryterium oceny jest cena 100%, brak oceny jakości wymaganie dostarczenia próbek po 1 op. z każdego rozmiaru tj. XS – XL jest niezasadne. Prosimy także o zmniejszenie ilości próbek dla zadania nr 120 do 3 – 5 par z wymaganego rozmiaru 6,5.

Wyjaśnienie:

W zakresie ilości próbek w zadaniach nr 42 i nr 43 obowiązują wymagania określone w SIWZ. W zadaniu nr 120 zamawiający zmniejsza liczbę żądanych próbek – obowiązuje 5 par wymaganego rozmiaru 6,5.

Zamawiający zmienia także:

- termin wnoszenia wadium - na dzień 11 października 2018r. do godz. 11:00,
- termin składania ofert – na dzień 11 października 2018r. godz. 11:00,
- termin otwarcia ofert – na dzień 11 października godz. 12:00.
- treść oznakowania koperty z ofertą następująco: „Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Zadanie nr ... Nie otwierać przed 11 października 2018r. godz. 12:00.”

*Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec*