



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.4.23

Zamość, dnia 21 lutego 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu do elektrofizjologii**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod zgodnych z opisem SIWZ, w rozmiarach 4/5/6Fr do wyboru oraz 6 krzywiznach, o długości roboczej 120 cm (wymagane 115cm) o oliwkach wykonanych ze stopu platynowo-irydowego (lepsza wizualizacja niż stal nierdzewna) bez wersji wypukłej lecz gładkich, ATRAUMATYCZNYCH pierścieni. Pragniemy podkreślić, iż w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko 1 firma na rynku, co wpływa niekorzystnie na status ekonomiczny szpitala ze środków publicznych.



Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod zgodnych z opisem SIWZ, w rozmiarach 4/5/6Fr do wyboru oraz 6 krzywiznach, o długości roboczej 120cm (wymagane 115cm) o oliwkach wykonanych ze stopu platynowo-irydowego (lepsza wizualizacja niż stal nierdzewna) bez wersji wypukłej lecz gładkich, ATRAUMATYCZNYCH pierścieni. Pragniemy podkreślić, iż w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko 1 firma na rynku, co wpływa niekorzystnie na status ekonomiczny szpitala ze środków publicznych.



Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Prosimy o dopuszczenie elektrod HALO, gdzie oferujemy jedną zmianę – długość 110cm zamiast 115cm:

Parametry wymagane:

–długość 110cm, 6 –7 Fr


–1 kabel (lub komplet kabli) na 5 elektrod

–stopniowana redukcja sztywności między prostym szafem a sterowalną końcówką

Parametry oceniane:

–manewrowość, sprężystość i pamięć kształtu 1 –3 pkt

Dodatkowo, oferujemy w ramach zadania elektrody HALO-L, które ułatwiają wprowadzenie końcówki.



UNIKATOWA KRZYWIZNA „L” Z ZAGIĘTYM SHAFTEM

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 jednokierunkowego cewnika elektrofizjologicznego diagnostycznego do mapowania zatoki wieńcowej o długości 110 cm (wymagane 115cm) o 5 krzywiznach dedykowanych zatece w tym unikatowym modelu 3D:

- 3D – Doskonała krzywizna dla dojścia z żyły głównej dolnej
- Unikatowa konstrukcja dla bardzo sprawnego dostępu do zatoki
- Plus: Uniknięcie obrzęków często występującego podczas dojścia podobojczykowego
- Do wyboru dwa warianty elektrody (mały do małych zatok oraz standardowy)




Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. zadania 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek zbrojonych transseptalnych oraz igieł, spełniających kluczowe wymagania SIWZ, koszulki o 4 krzywiznach przedstawionych poniżej (gdzie T0 jest odpowiednikiem SL0):



- igła EXTRA SHARP -ZE STALI NIERDZEWNEJ zakończona wygodną rączką pcvdo manipulacji, jest kompatybilna z zestawem (dilatator i koszulka)
- dilatator kompatybilny z zestawem
- przewodnik 0,025" dł.150 cm w zestawie
- cewniki (zestawy wprowadzające do nakłucia przegrody) –trzy długości: koszulka 60 cm/ 63cmi 80cm do wyboru dla średnic 8Fr oraz 8.5Fr oraz 1 krzywizna uniwersalna dla 10Fr;
- do wyboru: średnice koszulek 7F, 8F, 8.5F i 10F –dla 8.0Fr oraz 8.5Fr -4 krzywizny do wyboru (w tym krzywizna SL0)



Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulki transseptalnej dwukierunkowej, symetrycznej o długości 77 cm bez dilatatora w zestawie?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z prześcieradłem do okrycia chorego o wymiarach 240cm x340cm wzmocnioną z dwoma otworami wypełnionymi folią chirurgiczną o średnicy 12cm z przezroczystą folią do ochrony panelu sterowniczego po prawej stronie prześcieradła?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną foliową na aparaturę medyczną o rozmiarze 105cm x105 cm w stanie rozciągniętym (w miejsce osłony o wymiarach 85/90 cm)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną foliową na aparaturę medyczną o rozmiarze 105cm x105 cm w stanie rozciągniętym (w miejsce osłony o wymiarach 90/100 cm)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miseczką 0,8l (zamiast 0,7l)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 12 jednokierunkowego cewnika elektrofizjologicznego diagnostycznego o długości 110 cm (wymagane 115cm) o 5 krzywiznach do wyboru. Kluczowe parametry zgodne z SIWZ, różnica jedynie w długości elektrody.

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego sterowalnego 4-polowego o średnicy 6F i długości 110cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust 7)

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 3)

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 9 ust. 1, 2 oraz § 6 ust. 1, 2, 3:

§ 9

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku, o którym mowa w § 1 ust. 7 w wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku;

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto opóźnionej części dostawy;

3) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 6 - 7, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją;

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1

§ 6

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10%

wartości brutto opóźnionej dostawy.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur w formacie pliku elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym poprzez platformę PEF brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Pytanie dot. wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 oraz § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu