



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^Q


22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 26 czerwca 2019 r.



AG.ZP 3320.53.19

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę mostów, kolumn, paneli zasilających**. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

Dot. Zadanie 1 – mosty i kolumny sufitowe, zasilające.

1. Prosimy o informację czy do miejsca instalacji urządzeń zostaną doprowadzone media wymagane do ich podłączenia tj. gazy medyczne, instalacje elektryczne, oraz instalacje sieci komputerowej.

Wyjaśnienie: Tak.

2. Dotyczy kolumny sufitowej dla stanowiska intensywnej terapii w izolatce punkt 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści kolumnę z zasięgiem ramion mierzonym od osi obrotu wysięgnika do osi głowicy zasilającej równym 125 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

3. Dotyczy kolumny sufitowej dla stanowiska intensywnej terapii w izolatce punkt 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści kolumnę z zasięgiem ramion mierzonym od osi obrotu wysięgnika do osi głowicy zasilającej równym 150 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Andrzej Szewczuk



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

