

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu** (A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30.11.2016 r.

AG.Z.2150.26.3.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi neurochirurgicznych wielorazowego użytku wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Dotyczy: III Zestaw do dysektomii.

Pytanie 1: Czy Zamawiający w pozycji nr.37 dopuści do zaoferowania równoważny kompletny rozwieracz Scoville-Richter, dł. ramion 14 cm, rozwarcie 12,5 cm, o wymiarach łopatek 60x50 (4 zęby) i 60x37mm (3 zęby)?

Odpowiedź do pytania 1: TAK, pod warunkiem minimalnej długości ramion 17 cm.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIENIA
KARCINIOMIA
PIERSI



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524