

Zamość, dnia 3 kwietnia 2020 r.



AG.ZP.3320.26. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę podstawowego sprzętu angiograficznego do sali hybrydowej oraz sprzętu do przeprowadzenia procedury trombektomii mechanicznej**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w poz. 3 mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych w rozmiarach 0,017"; 0,021"; 0,029"? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny długi zestaw wprowadzający o długości 24 cm, dostępny w średnicach 6, 7 i 8F, zbrojony metalowym spiralnym opłotem, z portem bocznym i zastawką hemostatyczną w zestawie z dylatatorem bez przewodnika i igły?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie mikroprowadników do zabiegów endowaskularnych o średnicy 0,014"

- typ prosty,
- w dwóch długościach – 190 cm oraz 300 cm.
- mikroprowadniki zbrojone z hydrofilnym pokryciem
- tip 3cm - bardzo dobrze widoczny w skopii

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 4 cewników diagnostycznych ze znacznikami odległości o następujących długościach 65 cm, 90 cm, 100 cm oraz szafu wykonanego z nylonu i pebaxu bez zbrojenia, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu