



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 17 stycznia 2023 r.

DZP.3320.3.2023

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia na **wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bloku H na potrzeby Stacji Dializ**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. PFU pkt 2:

„Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga systemu uzdatniania wody z funkcją dezynfekcji termicznej opartą na zbiorniku gorącej wody, co jest na chwilę obecną najnowocześniejszym oraz najbardziej oszczędnym systemem (oszczędność energii elektrycznej oraz wody) dostępnym na rynku Polskim?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza system uzdatniania wody z funkcją dezynfekcji termicznej opartej na zbiorniku gorącej wody.

Pytanie 2 dot. PFU pkt 16:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego systemu uzdatniania wody bez funkcji pracy w trybie awaryjnym, lub z ewentualną możliwością automatycznego przełączenia bez ingerencji obsługi w przypadku awarii przy zastosowaniu RO2”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 dot. PFU pkt 17:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie odwróconej osmozy, które proces dezynfekcji termicznej jest zwalidowany normą PN-EN-ISO 15883?

Dezynfekcja termiczna w oparciu o koncepcję A0 jest **najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną** metodą sprzętu medycznego. Osiągnięcie wartości A0 daje **gwarancję skuteczności dezynfekcji** i tym samym zapobiega powstawania biofilmu. Stąd urządzenie nie wymaga chwilowego przyspieszenia prędkości przepływu w pętli podczas dezynfekcji trybu nocnego. Wymagane rozwiązanie jest stosowane w urządzeniach, w których zaobserwowano nieskuteczność procesu dezynfekcji.”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 4 dot. Pfu pkt 20 i 21:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowania systemu bez zbiornika wody uzdatnionej oraz elementów z nim związanych. Zbiornik na wodę czystą jest niekompatybilny

z nowoczesnym systemem dezynfekcji termicznej pętli oraz niesie za sobą ryzyko rozwoju bakterii oraz drobnoustroii w wodzie, która nie jest już dalej filtrowana i może mieć bezpośredni wpływ na rozwój biofilmu w pętli dystrybucyjnej?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Adam Fimiarcz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu