



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2016-07-25



URS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMienia  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AOT-İK 2121.1.78.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na świadczenie usług serwisowych dla aparatu do badań naczyniowych OEC 9800 z monitorem podglądowym firmy GE Medical Systems

wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych aparatu rentgenowskiego do badań naczyniowych OEC 9800 produkcji GE Healthcare na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta aparatu rentgenowskiego do badań naczyniowych OEC 9800 ?

Wymóg ten jest zgodny i zalecany w art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 107, poz. 679, i Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz.657). Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi na sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych (art. 7 ustawy PZP ) dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

*Odpowiedź:* Zamawiający nie wprowadza zmian do opisu przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do § 3 p.1. Umowy podpunktu dopuszczającego gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia do 144 godzin w dni robocze w przypadku potrzeby wymiany części zamiennych wymagających sprowadzenia spoza UE. Wykonawca gwarantuje iż udział tego typu napraw w sumarycznej liczbie napraw wykonanych w trakcie trwania kontraktu serwisowego nie przekroczy 20%.

*Odpowiedź:* Zamawiający wyraża zgodę

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek*