



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 31 grudnia 2015r.

AG.ZP.3320.69. .15

## Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny Y-connectory spełniające wymogi specyfikacji nie będące jednak w kształcie myshell lite?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu stentów w zakresie średnic 2,35 – 4,0 mm oraz długościach 9 mm – 38 mm dla wszystkich rozmiarów, o ciśnieniu nominalnym 9 atm., RBP 14 atm (dla 3,5 – 4 mm)? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu cewników balonowych do trudnych i ciasnych zmian z pominięciem średnicy 1,75 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. zadania 17:**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty w w/w zadaniu na cewniki balonowe do bardzo trudnych i ciasnych zmian o nieznacznie zmienionych parametrach:

- średnice 1,25 – 4,0 mm w zakresie 2,0 – 3,0 mm rozstaw co 0,25 mm
- ciśnienie nominalne 6 atm dla średnic 2,0 – 4,0 mm oraz 10 atm dla średnic 1,25 – 1,5 mm
- ciśnienie RBP 14 atm dla średnic 2,0 – 4,0 mm oraz 18 atm dla średnic 1,25 – 1,5 mm
- crossing profil dla średnicy 1,25 mm wynoszący 0,023”?

Pozostałe parametry i wymagania zgodne z wymaganiami SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu cewników balonowych



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

wysokociśnieniowych o trójwarstwowej budowie o ciśnieniu RBP 22 atm (2,0 do 4,0 mm) / 20 atm (4,5 do 5,0 mm), bez strzykawki w zastawie? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 23:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej z zestawem wprowadzającym z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową oraz 2 przewodniki (0,025” oraz 0,035”)? Wszystkie balony wyposażone w dodatkową koszulkę rozrywalną typu peel – away. Wszystkie rozmiary balonów współpracujące z koszulkami naczyniowymi w rozmiarze 7F. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną. Dostępne 5 pojemności cewników balonowych: 20 cc, 25 cc, 30 cc, 35 cc, 40 cc. Cewniki posiadają 2 markery cieniujące na końcach balonu, widoczne w skopii. Długość całkowita części roboczej cewnika 70 cm. Cewnik balonowy kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pompami do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej. W zestawie także instrukcja obsługi w języku polskim. Cewniki te wykorzystywane są z powodzeniem w pracowniach kardiochirurgii oraz kardiologii interwencyjnej zarówno w Polsce jak i zagranicą.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 23:**

Czy dla pakietu 23 zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z banku, w zamian za dostawę w terminie 2 dni robocze?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 23:**

Czy zamawiający będzie wymagać cewnika o budowie typu Co-lumen, która usztywnia shaft bez konieczności posiadania zbrojenia, dla lepszego manewrowania cewnikiem w naczyniu?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 26:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do trombectomii aspiracyjnej o średnicy zewnętrznej dla 6F – 0,043” i długości cewnika aspiracyjnego dla 6 i 7F – 136,5 cm, z jednym markerem w części dystalnej shaftu?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 26:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników do trombectomii wieńcowej posiadających dwa markery rozlokowane na szafcie cewnika: 1. umieszczony 3 mm od końcówki cewnika, 2. marker umieszczony 25 cm od końcówki cewnika.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 28:**

Czy Zamawiający w tytule „cewnik do ffi” ma na myśli przewodnik, który został opisany w warunkach technicznych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 29:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu cewników balonowych uwalniający paklitaksel o ciśnieniu nominalnym 6 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 29:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w w/w zadaniu na cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antybiotyczny o ciśnieniu nominalnym 6 atm? Pozostałe parametry i wymagania zgodne z wymaganiami SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 30:**

Czy Zamawiający w punkcie „sanki umożliwiające wykonanie mechanicznego Pull-Back” wymaga urządzenia do pullbacku sond elektronicznych czy mechanicznych?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga dostarczania urządzenia typu Pull Back zarówno do sond mechanicznych jak i elektronicznych.

**Pytanie dot. zadania 31:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie introducerów promieniowych o dł. 11 cm. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości o bardzo atraumatycznym przejściu z pokryciem hydrofilnym, z powodzeniem użytkowanym przez Pracownie Hemodynamiki, Chirurgii Naczyniowej na terenie Polski. Prowadnik o grubości 0,021” - wymagane 0,018”. Chcielibyśmy podkreślić, że tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy zespołu operacyjnego. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 31:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie introducerów promieniowych o dł. 10 i 25 cm. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu bez pokrycia hydrofilnego – wymóg SIWZ. Z powodzeniem jest on użytkowany przez Pracownie Hemodynamiki, Chirurgii Naczyniowej na terenie Polski. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 34:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużki do prowadników do PTCA o długości 165 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pierwszego zdania §5 ust. 1 na następujący „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni (...)”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 na następujący: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, w wyjątkiem ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku zmianie ulega jedynie cena brutto, a netto pozostaje bez zmian”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §8 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują jako nieistniejące.”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 ust. 3 tiret 3 na następujący: „- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie części sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części sprzętu mającego być przedmiotem Banku.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany §9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie części sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.”.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §7 ust. 2 i §12 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek