



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18.12.2015 r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.10.7.2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wózków , stojaków i taboretów wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego (rastomatu) ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w poręcze boczne z możliwością ich odejmowania ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w koła o średnicy 150 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych , którego długość całkowita wynosi 2090 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2040 mm ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 500 do 910 mm ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją

segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 35 st. ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości 2110 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o regulacji wysokości w zakresie 600-920 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac ze zdejmowanym do dezynfekcji pokrowcem z rozciągliwego materiału łatwego do utrzymania czystości ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z poręczami bocznymi oraz uchwytami wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 14

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z kołami o średnicy 150 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm ?

Odpowiedź

Pytanie Nr 16

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów o wymiarach zewnętrznych 2050x730 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 18

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów o bezpiecznym obciążeniu 250 kg ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 19

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 20

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka do przewożenia chorych posiadającego możliwość pochylenia leża do pozycji Trendelenburga w zakresie do 20 st. oraz anty-Trendelenburga w zakresie 12 st. ?

Odpowiedź

TAK