



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30.05.2016r.

AG.Z.2150.44.4.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę strzykawk, rurek tracheostomijnych i rękawic wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

#### Zadanie 5

„ Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były polimerowane od strony roboczej, reszta parametrów bez zmian ?”

### Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu

### Pytanie 2:

#### Zadanie 2

„ Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z PCV silikonowanego, z balonikiem kontrolnym zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankieta uszczelniającego, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelniającym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, posiada dwie tasiemki do mocowania, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co 0,5mm ?”

### Odpowiedź na pytanie 2:

Tak, dopuszcza.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek