



Zamość, dnia 24 stycznia 2019 r.

AG.ZP.3320.66. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawu do prób wysiłkowych i badań ergospirometrycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

#### Pytanie 1 dotyczy pozycji 40 tabeli

Zamawiający wymaga, aby pomiar O<sub>2</sub> odbywał się analizatorem wyposażonym w wymienny czujnik elektrochemiczny o żywotności 12 miesięcy, a jednocześnie wymaga analizatora CO<sub>2</sub> z czujnikiem działającym o metodę absorpcji podczerwieni, którego żywotność jest dłuższa niż 5 lat. Proponujemy lepsze rozwiązanie, a mianowicie czujnik O<sub>2</sub> laserowy o żywotności również min. 5 lat, tzn. wymiana co rok lub dwa nie jest potrzebna. Koszty eksploatacyjne naszego rozwiązania są zdecydowanie niższe. Czy Zamawiający rzeczywiście chce ograniczyć swoje możliwości wyboru ergospirometru do jednego sposobu pomiaru O<sub>2</sub>, tylko za pomocą czujnika elektromechanicznego, którego żywotność wynosi 12 miesięcy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ergospirometru z laserowym czujnikiem O<sub>2</sub> o żywotności ponad 5 lat?

#### Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

#### Pytanie 2 dotyczy pozycji 41 tabeli

Zamawiający wymaga, aby wymiana czujnika tlenu mogła być wykonywana bezprzedziałowy, bez użytkownika. W przypadku zastosowania czujnika laserowego o żywotności ponad 5 lat, jego ewentualna wymiana musi być przeprowadzona przez autoryzowany serwis. Czy w przypadku zgody Zamawiającego na zaoferowanie takiego czujnika, Zamawiający odstąpi od tego wymagania?

#### Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

*Lek. med. Andrzej Mielcarek*

*Dyrektor*

*Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECHNIENIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524



Rzeczpospolita  
Polska



