



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

AG.ZP.3320.68.11350.19

Zamość, dnia 8 października 2019 r.



Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie 2

Czy Zamawiający zechce dopuścić:

Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka, pokrywany silikonem, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn. System uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10F. Wymagane długości 6,8,12 cm (wg potrzeb zamawiającego).

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów w zestawach o średnicy 10,2 Fr

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów o długości 6, 8 i 12 cm

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów o długości 6, 10 i 12 cm

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentów w zestawach o średnicy 10,2 Fr.

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

6. Zadanie 3

Czy Zamawiający w pozycji a i b dopuści zaferowanie zestawów o długości 155-200 cm

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

7. Zadanie 3

Czy Zamawiający w pozycji c i d dopuści zaoferowanie zestawów o długości 170 cm

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny, nitinolowy do jelita grubego z rękojeścią mechaniczną typu zsuwana osłona oraz zrezygnuje z zapisu o chowaniu stentu do koszulki?

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

9. Zadanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o chowaniu stentu do koszulki?

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

10. Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o średnicy 10,5 Fr ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

11. Zadanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o chowaniu stentu do koszulki? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

12. Zadanie 1

Prosimy o dopuszczenie w **zadaniu 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do jelita grubego z markerami radiologicznymi tylko na końcach protezy. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

13. Zadanie 3

Prosimy o dopuszczenie w **zadaniu 3 w pozycji a i b**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednofazowych systemów do wprowadzania stentów o długości 205 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

14. Zadanie 3

Prosimy o dopuszczenie w **zadaniu 3 w pozycji c i d**, w miejsce pierwotnych parametrów, popychaczy o długości 170 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

15. Zadanie 3

W przypadku dopuszczenia prosimy o zmianę kryteriów oceny w ocenianych parametrach.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

16. Zadanie 4

Prosimy o dopuszczenie w **zadaniu 4 w pozycji a**, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic do ERCP bez skali od 5 do 25 cm i bez systemu markerów, z końcem prostym dla rozmiaru 0,025 oraz końcem prostym i zagiętym

dla rozmiaru 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

17. Zadanie 4

Prosimy o wykreślenie z parametrów ocenianych „system markerów co 5 cm”.

Wyjaśnienia: Zamawiający wykreśla parametr oceniany „system markerów co 5 cm” w ramach kryterium oceny jakości.

18. Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 5 w pozycji a**, w miejsce pierwotnych parametrów, sztywnych poszerzań do dróg żółciowych z cewnikiem 8.4 i 9.6 F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

19. Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 5 w pozycji b**, w miejsce pierwotnych parametrów, sztywnych poszerzań do dróg żółciowych o średnicy 8.4Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

20. Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 5 w pozycji c**, w miejsce pierwotnych parametrów, sztywnych poszerzań do dróg trzustkowych w rozmiarze 6.9Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.