



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.51.21

Zamość, dnia 5 listopada 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących komorowych DDD BiV MRI z kompletem elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w przedsionku i stymulacji 100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w prawej i lewej komorze?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących DDD BiV bez elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w przedsionku i stymulacji 100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w prawej i lewej komorze?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1 i 2:

„Czy Zamawiający w parametrze ocenianym: „czas pracy:
- >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms;
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms”
ma na myśli 100% stymulacji BiV plus 20% przedsionka?”

Wyjaśnienie: Tak 100% BiV.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający uzna za równoważne za 4 typy stymulacji antyarytmicznej zaoferowanie kardiowerterów ICD jednojamowych DF-1 z elektrodą z dwoma typami stymulacji antyarytmicznej (burst i ramp), ale z szeroką możliwością programowania scan decrement w każdej z nich (burst scan i ramp scan)?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany

konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający uzna za równoważne za 4 typy stymulacji antyarytmicznej zaoferowanie kardiowerterów ICD jednojamowych DF-4 MRI z elektrodą z dwoma typami stymulacji antyarytmicznej (burst i ramp), ale z szeroką możliwością programowania scan decrement w każdej z nich (burst scan i ramp scan)?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający przez automatyczny przełącznik MRI rozumie posiadanie przez urządzenie sensora, który wyczuwa wysokie pole magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI w momencie wycucia pola oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy ustanie działanie pola MRI na implant?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5:

„Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

„Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający przez automatyczny czujnik MRI rozumie posiadanie przez urządzenie sensora, który wyczuwa wysokie pole magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI w momencie wycucia pola oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy ustanie działanie pola MRI na implant?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy zamawiający dopuści Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 z elektrodami RA i DF-1, bez możliwości programowanie elektrody LV unipolarnie?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7-8:

„Czy Zamawiający w parametrze ocenianym: „czas pracy:
- >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms;
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms”
ma na myśli 100% stymulacji BiV?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

„Co Zamawiający ma na myśli elektrodę sterydową DF-4 jednokoilową MRI z aktywną fiksacją bipolarną o konstrukcji tip plus ring do sensingu i stymulacji, bez elektrycznego połączenia ringu z koilem defibrylacyjnym?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

„Czy zamawiający dopuści Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD MRI DF-4 z elektrodami RA i DF-4 ale bez możliwości programowanie elektrody LV unipolarnie?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe czteropolowe o średnicy 5,3Fr, w części dystalnej 3,9Fr i średnicach 5,1 Fr z możliwością stymulacji w konfiguracji 16 wektorów, elektrody posiadają krótki wektor zmniejszający ryzyko stymulacji nerwu przeponowego, elektrody posiadają 3 krzywizny jedną z nich jest kształt litery S?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 14:

„Czy zamawiający dopuści elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory czteropolowe, sterydowe, over the wire posiadające aktywną fiksację?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody 6F?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 29:

„Czy elektrody do czasowej stymulacji serca z części nr 29 powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 29:

„Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.”

Wyjaśnienie: Uniwersalne zakończone pinami.

Pytanie dot. zadania 29:

„Czy przedmiotem zamówienia powinny być elektrody do czasowej stymulacji serca pozwalające zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór nie posiadającego funkcji rate drop? Stymulator posiada funkcje rate fading (rate smoothing) oraz bezprzewodową komunikację z programatorem, śródklatkowy pomiar płynów i jest przystosowany do badania MRI full body scan z automatycznym trybem MRI.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 37:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5-7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 38:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5-7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §3 ust. 2)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu