



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 marca 2016 r.

AG.ZP.3320.15. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Elektrofizjologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 6:

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 6 zestawów do nakłucia transseptalnego o następujących parametrach wymaganych:

- igła z mandrynem typu BRK
- koszulka z dylatorem o średnicy 8, 9, 10F i długości 63 i 74 cm o krzywiznie typu Mullins
- przewodnik 0,038" 180 cm kompatybilny z koszulką Mullins.

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy w związku z faktem, że zestawy do zabiegów elektrofizjologii składane są na indywidualne życzenie zamawiającego a proces sterylizacji produktu musi wynosić min. 3 tygodnie zwracamy się do zamawiającego z prośbą o możliwość dostarczania próbek zestawów w wersji niesterylnej co również umożliwi zamawiającemu potwierdzić, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w specyfikacji asortymentowo – cenowej (jakość nie jest kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania próbek zestawów w wersji niesterylnej.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §7 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWASZCZANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

podatku VAT? (§12 ust. 3).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedotrzymanego w terminie sprzętu mającego być przedmiotem Banku.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmioty zamówienia zadania 8.

Zamiast opisu: „Parametry wymagane: - cewniki do wprowadzania elektrody ablacyjnej, przynajmniej 4 krzywizny do wyboru, średnica wewn. kompatybilna z cewnikiem 7F.”

jest: „Parametry wymagane: - koszulki wprowadzające umożliwiające wprowadzenie elektrody ablacyjnej, przynajmniej 4 krzywizny koszulki do wyboru, średnica wewn. koszulki kompatybilna z cewnikiem ablacyjnym 7F.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek