



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.52.22

Zamość, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa mammografu cyfrowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

Pytanie dotyczy wyjaśnień Zamawiającego opublikowanych w dniu 23.08.2022 r. na stronie 8 i na stronie 9 i odnoszącej się do pytania odnośnie wymogu pkt 70 (załącznik nr 1 do SWZ):

„Osłony radiologiczne:

- półfartuch ochronny – 2szt.
- osłona piersi do mammografii – 2szt.
- osłony na gonady – 2szt.

Kolor i rozmiary do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty”

W odpowiedzi tej Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich osłon z równoważnikiem osłabienia promieniowania 0,25 mm Pb, wykonanych z ultralekkiego materiału bezołowiowego. Wymóg ten jest możliwy do zrealizowania dla półfartucha i dla osłony piersi do mammografii. Osłony na gonady tak jak w pytaniu było zaznaczone, niezależnie od rodzaju materiału, są wykonywane z równoważnikiem osłabienia promieniowania 1,0 mm Pb. Prosimy o zgodę na dostawę osłon na gonady z równoważnikiem osłabienia promieniowania 1,0 mm Pb, wykonanych z ultralekkiego materiału bezołowiowego. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Poniżej treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.08.2022 r. , która nadal naszym zdaniem wymaga doprecyzowania:

„(...) Pytanie dot. Formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” pkt. 70 (Osłony radiologiczne...)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakiego materiału powinny być wykonane osłony (ołowiowego/ciężki, czy bezołowiowego/lekki) oraz jaki powinien być współczynnik Pb, ponieważ te dwa parametry mają wpływ na wycenę osłon.

Osłona na piersi może być wykonana przy równoważniku 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb i 0,5 mm

Osłony na gonady - Produkty dostępne są w równoważnikach 1,0 mm Pb

Półfartuch:

- lekki – 0,25 mm Pb na całej powierzchni,
- ciężki – 0,35 lub 0,5 mm Pb

Wyjaśnienie: Materiał bezołowiowy ultralekki, odporność 0,25 mm Pb. (...) „

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że półfartuch i osłona dla piersi ma być wykonany z ultralekkiego materiału o ochronności 0,25 mm Pb, ochrona na gonady ma być o równoważniku ochronności 1 mm Pb niezależnie z jakiego materiału.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu