



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 października 2017 r.

AG.ZP.3320.67. .17

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego z możliwością przezprzelykowej oceny układu krążenia. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. tabeli parametrów technicznych: Pkt. 22 Regulacja bramki w zakresie min. 1-18 mm:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat o zakresie regulacji bramki dopplerowskiej w granicach min. 1 - 16 mm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. wzoru umowy Par. 6 ust. 6 pkt 2):**

Z uwagi na fakt, że w dniu składania oferty Wykonawca nie może przewidzieć wysokości odszkodowania, którego będzie domagał się Zamawiający z tytułu utraconych korzyści na skutek wystąpienia wady, prosimy o usunięcie tego zapisu lub podanie przybliżonych kosztów jakie Wykonawca powinien uwzględnić w celu poprawnego skalkulowania oferty.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

### **Pytanie dot. wzoru umowy Par. 6 ust. 13:**

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być też zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i bezpieczeństwa pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc. W związku z powyższym, wnioskujemy o wykreślenie punktu.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

### **Pytanie dot. wzoru umowy Par. 7 ust. 4, 5 i 6:**

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy przypadek naruszenia o których mowa w par. 9 i 10 umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UROWYŻNIANIE  
KARMENIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie dot. wzoru umowy Par. 2 ust. 4 pkt 6):**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy katalogu akcesoriów w języku polskim.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy katalogu akcesoriów w języku polskim.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek