



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 sierpnia 2018 r.

AG.ZP.3320.48. .18

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ablacji i elektrofizjologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie:**

Do pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 110 cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie:**

Do pakietu 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie:**

Do pakietu 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego o długości 110 cm, pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie dot. zadania 13:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod diagnostycznych 10 polowych sterowalnych o parametrach przedstawionych poniżej:

- długość 110 cm, 5-6 Fr
- spacing 2-8-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-2-2 mm
- kilka rodzajów krzywizn, w tym krzywizny dedykowane do CS

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie dot. zadania 15:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach:

**KOSZULKA**

- Koszulka 8, 8.5F i 10F, długość 62 cm oraz 80 cm
- Prowadnik 0,032", 180cm
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru 4 krzywizny koszulki, w tym odpowiadająca SR0

**IGŁA**

- dostępne 2 różne krzywizny: BRK, BRK1



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl


NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- dostępne 3 różne długości
  - igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI
  - dostępna igła ekstra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody
- Zdjęcia produktu poniżej:



**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.


**Pytanie dot. zadania 18:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu koszulki transseptalnej dwukierunkowej symetrycznej o parametrach opisanych poniżej:

Introducer sterowalny:

- introducer sterowalny dwukierunkowy z zastawką od amerykańskiego producenta. Jako jedyny produkt tego typu na rynku koszulka dostępna jest w rozmiarach 8,5F; 10F i 12F przy 3 krzywiznach do wyboru: 17mm, 22mm oraz 50mm
- dylator - prosty lub zagięty pod kątem 50°
- Zwiększona widoczność końcówki w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki
- Koszulka z powłoką hydrofobową, umożliwiającą łatwe wprowadzanie
- Technologia Flexsteer™ - koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
- Ergonomiczny uchwyt z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie
- Efektywna praca z przewodnikami w rozmiarach 0.014 – 0,038”
- Rozmiary koszulki: 61cm, 67cm, 71cm, 73cm, 77cm

Możliwość wyboru introducera z mechanizmem obrotowym lub pokrętelem – zdjęcie produktu poniżej:



**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Czy w zakresie Zadania 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o długości 100 cm i 109 cm w zależności od krzywizny elektrody?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy w zakresie Zadania 13 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod 8 i 10 polowych o dostępnych odległościach między pierścieniami 2 mm, 5 mm, 2-10-2 mm, 2-5-2 mm, 2-6-2 mm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 (wzór umowy nr 1 oraz nr 2) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 5ust. 3- wzór umowy nr 1 oraz nr 2)?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8ust. 1, 2 wzoru umowy nr 1 oraz 2:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 - 4 w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 ust. 1 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §2 ust. 1 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek