



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 kwietnia 2017 r.

AG.ZP.3320.36.04533.17

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

### Pytanie dot. zadania 12, poz. 1

Z uwagi na dotychczasową współpracę z Zamawiającym w zakresie Zadania 12, poz. 1 -Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu noży jednorazowych prostych, 15 stopni, które nie są matowe.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### Pytanie dot. zadania 12, poz. 2

Z uwagi na dotychczasową współpracę z Zamawiającym w zakresie Zadania 12, poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu noży jednorazowych o kalibracji 2.5 mm oraz 2,65mm (dotychczas używany przez Zamawiającego), dwie fazy, zakrzywione które nie są matowe.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 soczewkę wewnątrzgąłkową aferyczną, bezaberycyjną, akrylową, hydrofilną o następujących parametrach:

Średnica optyczna – 6 mm,

Zakres mocy: 0D do 10.D co 1.0D, 10D do 30D co 0.5D,

Średnica całkowita: 11 mm od 0,0D do 15.0D; 10.7 mm od 15.5D do 22.0D; 10.5 mm od 22.5D do 30.0D;

Kształt: cztery hapteny, ostra tylna krawędź na pełnym obwodzie 360° części optycznej, < 5 uM. Znacznik położenia soczewki na części optycznej,

Uwodnienie 26%;

Indeks refrakcji: 1,46

Angulacja: 0°.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### Pytanie dot. zadania 16:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 16 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolkach 1.5 ml za odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

str. 1 z 9

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.36.17



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 12 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści w noże 2,4 mm, podwójnie ostrzone, matowe ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4 % o lepkości 30 000 mPas, masie cząsteczkowej 1,1 – 2,0 mln Daltonów, pH: 6,8 – 7,4 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający dopuści preparat o objętości 1,1 ml pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak, z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości oferowanych ampułkostrzykawek, z zaokrągleniem w górę.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o parametrze 300 – 350 Osm/kg · os molarność ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o masie cząsteczkowej ok. 3,0 Mda ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu nr 1 soczewki do implantacji przez cięcie 2,2 mm w zakresie do +25 D i przez cięcie 2,8 mm dla dioptry +25.5 i powyżej, pojedyncza ostra krawędź na obwodzie części optycznej soczewki. Pozostałe charakterystyki zgodne z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu nr 12 noże jednorazowe, o kalibracji 2.4 mm, lub 2.8 mm (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), typu slit clear cornea, dwustronnie ostrzone, matowe, ostrzone metodą wytrawiania elektrochemicznego ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w zadaniu nr 14 preparat wiskoelastyczny:

- lepkość: 30 000 – 60 000 mPa/s,
- masa cząsteczkowa: 3,0 mln Daltonów,
- pH: 7,0 – 7,8

Pozostałe charakterystyki zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 15:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w zadaniu nr 15 preparat wiskoelastyczny kombinowany: kohezyjny + dyspersyjny zawierający:

Część kohezyjna: ampułkostrzykawka soli sodowej hialuronianu o stężeniu 1,5% (o

str. 2 z 9

objętości 1 ml)

Część dyspersyjna: ampułkostrzykawka zawierająca mieszaninę 2% soli sodowej hialuronianu i 2% siarczanu chondroityny (o objętości 1 ml).

Każda ampułkostrzykawka zapakowana w oddzielne jałowe opakowanie jednostkowe. Minimalne opakowanie handlowe zawiera 10 zestawów wiskoelastyków (to jest dziesięć jałowych opakowań jednostkowych soli sodowej hialuronianu i 10 jałowych opakowań jednostkowych mieszaniny soli sodowej hialuronianu i siarczanu chondroityny). Taki sposób pakowania oraz duża pojemność każdej ampułkostrzykawki pozwala zarówno na łączne (technika Soft Shell) jak i rozdzielne stosowanie każdego z wiskoelastyków, w zależności od potrzeb danego przypadku chirurgicznego.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 16:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 Barwnik błękit trypanu o stężeniu 0,6 mg/ml, w fiolkach zawierających 1 ml barwnika. Minimalne opakowanie handlowe (pudełko) zawiera 5 sterylnych oddzielnie pakowanych opakowań jednostkowych (fiolek z barwnikiem) ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 / § 4 /:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie wymaganego terminu uzupełnienia „banku” soczewek przez Sprzedawcę. Proponowany termin to 3 dni robocze licząc od daty złożenia Sprzedającemu zapotrzebowania w postaci powiadomienia o wykorzystaniu soczewek.

**Wyjaśnienie:**

Treść § 4 ust. 1 wzoru umowy nr 1 ulega doprecyzowaniu w następujący sposób: „1.Dostawa mająca na celu uzupełnienie „banku” w soczewki zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty złożenia Sprzedającemu zapotrzebowania na piśmie lub za pośrednictwem faksu określającego asortyment i ilość soczewek o które uzupełniany jest „bank” (dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>).

**Pytanie dot. wzoru umowy / § 12, ust. 3 pkt. 3 /:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. projektu umowy, tak by zmianie ulegała cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Proponowana zmiana nie stanowi dla Wykonawcy zysku, a jedynie jest wyrazem odprowadzenia należnego podatku. Przy obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyka związanego ze zmianą stawki VAT, a tym samym skalkulować odpowiednio ceny. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. załącznika nr 1, Oferta Wykonawcy, pkt. 8 a), b):**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ww. punktu wg poniższej propozycji:

„a) [ ] jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem

b)[ ] nie jestem mikro, małym, lub średnim przedsiębiorstwem”

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść formularza „Oferta Wykonawcy” – integralnej części SIWZ.

**Pytanie**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie ?

str. 3 z 9

**Wyjaśnienie:****Ulega zmianie treść § 1 ust. 3 wzorów nr 1 nr 2 i otrzymują brzmienie:**

**§ 1 ust. 3 wzoru umowy nr 1:** „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny umownej określonej w § 6 ust. 1 umowy.”

**§ 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2:** „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny umownej określonej w § 3 ust. 1 umowy. Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy.”

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz, żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzorów umów nr 1 i nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy nr 1 do 0,1% wartości brutto wyrobów będących przedmiotem „banku” za każdy roboczy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy nr 1 (§ 12 ust. 3 pkt. 3)) modyfikacji, zgodnie z którą w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną ?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 wzoru umowy nr 2 do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy nr 2 (§ 9 ust. 3 pkt. 3)) modyfikacji, zgodnie z którą w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną ?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 1 soczewki posiadającej po 2 otwory w każdej z dwóch części haptycznych oraz angulację  $9^\circ$  ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 soczewkę wieloogniskową jednoczęściową, zwijalną, asferyczną, aktywnie dyfrakcyjną, bez apodyzowanej optyki, materiał – akryl hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnią hydrofobową, długość całkowita 11 mm, średnica optyczna 6 mm, angulacja  $0^\circ$ , haptyki płytkowe, część optyczna dwuwypukła, ostra krawędź na całym obwodzie, negatywna aberracja sferyczna, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, dodatek do bliży +3,75D, posiadającą filtr UV, bez filtra światła niebieskiego, stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 1,8 mm ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 soczewkę wieloogniskową (trójogniskową) jednoczęściową, zwijalną asferyczną, aktywnie dyfrakcyjną na całej średnicy optycznej, addycja do odległości pośrednich + 1,5D, addycja do bliży + 3,0D, materiał – akryl hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnią hydrofobową, długość całkowita 11 mm, średnica optyczna 6 mm, angulacja  $0^\circ$ , haptyki płytkowe, część optyczna dwuwypukła, ostra krawędź na całym obwodzie, negatywna aberracja sferyczna, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, posiadającą filtr UV oraz filtra światła fioletowego, stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 1,8 mm ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 11:**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z zadania 11 pozycji 2 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 11 w pozycji 1 mikrogąbki trójkątne celulozowe z plastikowym uchwytem ?

**Wyjaśnienie:** Mikrospingi - tak.

**Pytanie dot. zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 14 preparat wiskoelastyczny o pH 6,8 – 7,6 ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 13**

Czy Zamawiający dopuści również o parametrach wymienionych poniżej: Sterylny nóż z uchwytem trzonkowym, trapezoidalny, z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce, jednostronnie ostrzony, posiada powierzchnię antyodblaskową. Szerokość 1,6 mm – 1,8 mm. Ostrze posiada dwa znaczniki. Jeden na szerokości 1,6 mm, a drugi na szerokości 1,8 mm.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 13**

Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający dopuści noże SLIT obustronnie ostrzone o kalibracji 2,4 mm ze znacznikami: 1.5 mm i 2.0 mm ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 14**

Czy w pakiecie nr 14 Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o pojemności 1,1 ml, lepkości: 200.000 mPas, osmolarności: 300-350 mOsm/kg i masie cząsteczkowej 3 mln Da ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga soczewki o poziomie addycji do bliży +2,5D i 3,0D ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści różną stałą A sugerowaną jako optymalną do soczewek zależnie od poziomu addycji do bliży ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 5 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 7 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 7 w Rozdziale I SIWZ**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozszerzonego zakresu mocy o dioptraż cylindryczny + 1,0 D.

**Wyjaśnienie:** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 9 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści mikroimplant o długości 2,64 mm ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, 5 i 7 w Rozdziale I SIWZ:**

str. 6 z 9

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści, w przypadku złożenia oferty na zadanie 4, 5 i 7 przez jednego wykonawcę, możliwość zaoferowania 1 indzektora wielorazowego (zamiast 3 sztuk), który jest kompatybilny do wszczepu soczewek określonych w zadaniu 4, 5 i 7 ?

**Wyjaśnienie:** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy nr 2 w zakresie zadania nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy soczewek z zadania nr 5 do 3 tygodni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego ?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1ust. 3 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, lecz nie mniejszym niż o 20%, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny umownej określonej w § 3 ust. 1 umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia do 20% mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową.”

Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia powinien być wskazany w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Brak wskazania minimalnego wolumenu, jaki zobowiązuje się zrealizować kupujący, na poziomie przynajmniej 80% uniemożliwia wykonawcom racjonalne oszacowanie ceny ofertowej i złożenie oferty.

**Wyjaśnienie: Ulega zmianie treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2 i otrzymuje brzmienie:** „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny umownej określonej w § 3 ust. 1 umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy.”

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 2 ust. 6-8 wzoru umowy oraz o przyjęcie § 2 ust. 9 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu u innego Wykonawcy. Jeżeli cena zakupu będzie wyższa od ceny zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający.”

Uzasadnienie: Sprzedający nie może być zgodnie z prawem zobowiązany do innego świadczenia niż to, które było przedmiotem jego oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy brak produktu występuje z przyczyn niezależnych od sprzedającego. W takiej sytuacji, zgodnie z prawem, sprzedający nie ma obowiązku świadczenia do czasu ustania przyczyny braku produktu, a jeśli brak ten ma charakter trwały – zobowiązanie sprzedającego wygasa.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 Wzoru umowy w brzmieniu: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki VAT – w takiej sytuacji cena brutto ulegnie automatycznej waloryzacji przy zachowaniu niezminionej ceny netto. Podwyższenie cen w stosunku do oferty w innym przypadku niż określony w zdaniu poprzednim upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Obniżenie cen może nastąpić w każdym przypadku.”

oraz usunięcie § 9 ust. 3 pkt. 3 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Oferta wykonawcy opracowywana jest na bazie ceny netto. Również wartość zamówienia, zgodnie z art. 32 PZP, wyraża się w wartości netto. Z tego powodu cena brutto powinna ulegać automatycznej zmianie stosownie do zmiany obowiązującej stawki VAT i to zarówno w górę jak i w dół. W przeciwnym razie może okazać się, że Sprzedający będzie realizował zamówienie na innych zasadach niż te, które stanowiły podstawę opracowania jego oferty.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

#### **Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

#### **Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o nadanie § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy następującego brzmienia: „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5% tej wartości.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”

Uzasadnienie: Kara umowna winna być obliczana w stosunku do wartości netto umowy, to bowiem cena netto jest z ekonomicznego punktu widzenia wyłącznym ekwiwalentem świadczenia sprzedającego. Kwota VAT składająca się na cenę brutto jest zaś wyłącznie podatkiem. Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez kupującego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się kupującego kosztem sprzedającego. Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 5%, a więc na poziomie stawki kary, jaka kupujący zobowiązany byłby zapłacić w przypadku niewykonania umowy w ogóle. W razie uzasadnionej potrzeby kupujący i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

#### **Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Przyznanie jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego prawa do jednostronnego rozwiązania tego stosunku jest daleko idącym uprawnieniem kształtującym, które powinno być ograniczone jedynie do wyjątkowych (uzasadnionych) i ściśle określonych wypadków, zwłaszcza, gdy zastrzeżone zostało tylko na korzyść jednej ze stron umowy. § 7 ust. 1 przyznaje kupującemu prawo do odstąpienia od umowy

w sposób tak szeroki i nieokreślony, iż należy uznać go za sprzeczny z naturą stosunku zobowiązaniowego i zasadami współżycia społecznego.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu: „Sprzedający zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia mu, na jego koszt, reklamowanego towaru przez Kupującego. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Sprzedającego.”

Uzasadnienie: Sprzedający nie może ustosunkować się co do zasadności reklamacji, dopóki nie będzie mógł naocznie zbadać produktu, któremu Kupujący zarzuca wadliwość.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 6 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Jeśli zgodnie z prawem oraz zgodnie z umową sprzedający dysponuje określonym czasem na ustosunkowanie się do reklamacji i może w tym okresie dokonać wymiany wadliwego produktu, to kupującemu nie może równoległe przysługiwać prawo do realizacji w tym okresie zakupu zastępczego. Sprzeciwiałoby się to bowiem zupełnie zasadom rękojmi i gwarancji.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 10 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Zgodnie z prawem umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony. Nie może ona zatem być rozwiązana przez kupującego z przyczyn zależnych wyłącznie od zamawiającego oraz przyszłych i niepewnych.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Bernarda Petryk