



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 czerwca 2017 r.

AG.ZP.3320.60. .17

Dotyczy : Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu endoskopowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania nr 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 4b, w miejsce pierwotnych parametrów cewników do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną, długość cewnika 15 i 25 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że długości zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są wiążące. Jednocześnie informuje, że dopuszczamy możliwość zaoferowania cewników o długości 25 cm.

Pytanie 2 dot. zadania nr 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 2d, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do okluzji dróg długości 200cm, średnica cewnika 6,6F, średnica balonu stopniowana 12-15-18-20 mm, możliwość pracy z przewodnicą 0,035.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 3 dot. zadania nr 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 3c możliwości zaoferowania przewodnic do ERCP posiadających średnicę 0,025 i 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 dot. zadania nr 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 3d możliwości zaoferowania przewodnic do ERCP posiadających tylko średnicę 0,018.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 dot. warunków umowy § 2 ust.6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanego przedmiotu, po wcześniejszym pisemnym



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

wezwanu do należytej realizacji umowy.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 dot. warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczała wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczenia zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeśli koszt zakupu będzie wyższy do kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający, dotyczy to także pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy w sytuacji, o której mowa w ust.2.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 dot. warunków umowy § 4 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wymienione ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8 dot. warunków umowy 4 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący :

„ W przypadku wzrostu w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem umowy, z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynika w/w wzrost, cena jednostkowa brutto ulega podwyższeniu w stopniu gwarantującym utrzymanie cen jednostkowych netto na dotychczasowym poziomie. W celu potwierdzenia powyższej okoliczności strony umowy sporządzają stosowny aneks do umowy.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9 dot. warunków umowy § 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy.). Ewentualna czynności prawna mające na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupujący. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10 dot. warunków umowy § 7 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 5% na 2% ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

Pytanie 11 dot. warunków umowy § 8 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości , asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy , daje podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12 dot. warunków umowy § 10 ust. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13 dot. zadania nr 23

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o długości roboczej 160 cm i 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 14 dot.. zadania nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych owalnych pętli do polipektomii o średnicach: 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm? Dodatkowo oferowane pętle posiadają funkcję płynnej rotacji. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 15 dot. pakietu 23

Czy zamawiający wymaga kleszczy biopsyjnych, jednorazowych, powlekanych teflonem, z markerami, bez igły, łyżeczka owalna, średnica 2,3 mm trójpierścieniowa rękojeść; długość robocza 180 cm i 230 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 16 dot. zadania nr 1

Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1 i 2 Zadanie nr 1 (część a i b) osobno, parametry narzędzi zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 17 dot. zadania nr 12

Czy zamawiający w pozycji 2 Zadania nr 12 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion 8-9 mm, kat. rozwarcia 135 i 90(stopni)

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 18 dot. zadania nr 14

Czy zamawiający dopuści zaferowania przewodnic ze znacznikami w formie pasków dwukolorowych zamiast znacznika X, powierzchnia fałdowana dla zmniejszenia oporów podczas przemieszczania przewodnicy, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 19 dot. zadania nr 23

Czy zamawiający dopuści zaferowanie szczypiec biopsyjnych o średnicy 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 20 dot. zadania nr 24

Czy zamawiający dopuści zaferowanie pętli o średnicach 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 22 mm, 25 mm i 32 mm, długość 2400 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 21 dot. zadania nr 27

Czy zamawiający dopuści zaferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 4 mm i 6 mm, średnica, do kanału roboczego 2,8 mm, długopisowa dwustopniowa blokada igły, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 22 dot. zadania nr 30

Czy zamawiający dopuści zaferowanie stentu samorozprężalnego z jedną wersją gęstości oczek, w wersji niepokrywanej, pokrywanej w części środkowej i pokrywanej całkowicie (wersja pokrywana całkowicie, z możliwością usunięcia) o długości 4,5,6,7,8,9,10cm, system wprowadzający o długości 185 cm, ze znacznikiem endoskopowym, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 23 dot. wzoru umowy

Czy zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust.3 zadanie pierwsze poprzez nadanie mu brzmienia: „3. w przypadku wzrostu w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem umowy, z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynika w/w wzrost, cena jednostkowa netto nie ulega zmianie, zmienia się cena brutto stosownie do wzrostu stawki podatku.” oraz skreślenia zadania trzeciego?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 24 dot. wzoru umowy,

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust.3 lit. c) poprzez wykreślenie słów: „, pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenie ceny jednostkowej brutto.”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 25 dot. zadania nr 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczotek jednorazowych do czyszczenia kanałów endoskopowych długość włosa 5 mm, długość szczotki 260 cm, max. długość kanału endoskopowego 240 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 26 dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczotek jednorazowych do czyszczenia kanałów endoskopowych długość włosa 5 mm, długość szczotki 200cm max. długość kanału endoskopu 160 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 27 dot. zadania nr 26

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 26 wkładów jednorazowych o pojemności 2 litrów lub 3 litrów, wkłady posiadają zwrotne zabezpieczenie przed cofaniem wydzieliny, filtr antybakteryjny, schodkowy kątowy łącznik zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 28 dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Sprzedający niezwłocznie zaproponuje Kupującemu zmiany wyrób o nie gorszych parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust.1”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29 § 4 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w ustępu na: „Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego? **Przy czym cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega jedynie wartość brutto.** Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 30 § 8 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: „Trzykrotne *kolejne* niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie

dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z *wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie.*

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 23

Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o średnicy 2,4 mm?

Wyjaśnienie:

Nie.

*lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*