



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.8.22

Zamość, dnia 15 marca 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu do ablacji**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie dot. zadania 1:**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łączników odpowiadających generatorowi RF, który jest kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem 3D ? ”

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 4:**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łączników odpowiadających generatorowi RF, który jest kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem 3D ? ”

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 7:**

„Czy Zamawiający wymaga, żeby oferowane cewniki ablacyjne balonowe do krioablacji były kompatybilne z kriokonsolą model 106E2 będącą w posiadaniu Zamawiającego?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, że oferowane cewniki ablacyjne balonowe do krioablacji powinny być kompatybilne z kriokonsolą model 106E2 będącą w posiadaniu Zamawiającego lub też Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników ablacyjnych balonowych do krioablacji kompatybilnych z inną konsolą pod warunkiem dostarczenia, na czas trwania umowy, tej konsoli.

**Pytanie dot. zadania 9:**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania drenów odpowiadających pompie irygacyjnej nowej generacji – kompatybilnej z posiadanym przez Szpital systemem 3D ? ”

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 11:**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewników o stałej i zmiennej średnicy pętli – z dostępnością wersji 20-polowej i 10-polowej cewnika ? ”

**Wyjaśnienie:** Tak.

Małgorzata Popławska  
/-/  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu