



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 20.10.2022r.

AIK 2123.1.9.2022

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na „Sprzedaż tomografu komputerowego LightSpeed VCT wpłynęło pytanie.

*Poniżej treść pytania i odpowiedź*

Pytanie nr 1:

W związku z publikacją ogłoszenia jw., zwracamy się z prośbą o podanie modelu detektora przedmiotowego tomografu komputerowego. Informacja ta jest nam potrzebna w celu kalkulacji ceny naszej oferty. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.10.2022 r. lub dopuszczenie składania ofert drogą elektroniczną.

Odpowiedź:

Ad 1. Detektor scyntylicyjny o liczbie 58 368 izotropowych elementów detekcyjnych ułożonych w 64 rzędy po 912 elementów o współczynniku jakości detekcji 1,003 oraz z niskoszumowym modułem akwizycji sygnałów, konwersji i transmisji danych z szybkością 16 obrazów/s. Pokrycie tkankowe detektora wynosi 40 mm.

Ad 2. Szpital przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 25.10.2022 r. godzina 11.00**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu

*Adam Fimiarez*