



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.89.22

Zamość, dnia 27 stycznia 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie resynchronizujące z elektrodami Bipolarnymi do przedsionka i komory, ale bez elektrody bipolarnej lewokomorowej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 3:

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 4:

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które posiadają automatyczną możliwość zmiany konfiguracji polarności w ostatnim dostarczonym szoku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 5:

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 5:

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 6:

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które posiadają automatyczną możliwość zmiany konfiguracji polarności w ostatnim dostarczonym szoku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada rozbudowane IEGM co najmniej 17 min., w tym dodatkowo posiada możliwość zapisu IEGM wyzwalanego na żądanie pacjenta, zapis ten trwa 3 minuty.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompletem elektrod, tj. z elektrodą przedsionkową, defibrylacyjną, ale bez elektrody lewokomorowej bipolarnej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

- 1 x fartuch chirurgiczny z dodatkowym wzmocnieniem, rozmiar L;
- 1 x serweta wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału, wysoce wytrzymałego na rozerwanie w stanie suchym i mokrym. Rozmiar serwety 220cm x 340cm, z dwoma otworami 8 /16 cm (folia na brzegach) otoczonymi dodatkowym padem chłonnym o wymiarach 90cm x 175cm, folia na pulpit obustronna 60cm x 340cm;
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 160cm x 150cm (owinięcie zestawu);
- 1 x osłona foliowa na sprzęt medyczny 95 x 85 cm ze ściągaczem;

- 2 x miska plastikowa 500 ml;
- 4 x ręcznik celulozowy;
- 1 x kieszeń na narzędzia 46 x 40 cm;
- 1 x skalpel z trzonkiem nr 11;

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z prześcieradłem do okrycia chorego o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma otworami eliptycznymi o wym. 12cm x 15cm wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczone warstwą chłonna o wym. 50cm x 80cm (serweta nie posiada obustronnej folii przezroczystej)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z prześcieradłem do okrycia chorego o wym. 225cm x 320cm z dwoma otworami o śr. 12cm wypełnionymi folią chirurgiczną (w odległości 75cm od górnej krawędzi serwety) otoczone warstwą chłonną o wym. 70cm x 70cm z obustronną folią przezroczystą na panel sterowania stołem na całej długości serwety?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłą iniekcyjną 0,6 x 40mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 30:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 30:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 30:

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie: Końcówki uniwersalne typu pin.

Pytanie dot. zadanie 30:

Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 49:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli uchwyt z elektrodą szpatułkową, a do tego elektrodę neutralną zawartą w komplecie – 540 kpl.?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadanie 49:

Dot. elektroda jednorazowa neutralna: Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 164 x 117 mm z powierzchnią aktywną 107 cm²?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadanie 49:

Dot. elektroda jednorazowa neutralna: Prosimy o odstąpienia od wymogu pierścienia ekwipotencjalnego.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga uchwytu bipolarnego (do instrumentu laparoskopowego), a nie uchwytu monopolarnego.

Wyjaśnienie: Nie dotyczy – Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia nie wykonuje laparoskopii.

Pytanie dot. zadanie 50:

Jeśli Zamawiający wymaga uchwytu bipolarnego prosimy o wskazanie modelu instrumentu laparoskopowego.

Wyjaśnienie: Nie dotyczy – Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia nie wykonuje laparoskopii.

Pytanie dot. zadanie 50:

Czy w zadaniu nr 50 wymagają Państwo zaoferowania uchwytu monopolarnego czy bipolarnego?

Instrumenty bipolarne są bardzo specjalistycznymi instrumentami – jeśli wymagają Państwo dostarczenia uchwytów bipolarnych, prosimy o dokładne określenie ich parametrów.

Jeśli wymagają Państwo dostarczenia pincet bipolarnych – prosimy o podanie ich podstawowych wymiarów, tj. długość, typ - prosta/zagięta/bagnetowa, rozmiar końcówek oraz informacji czy ma być to sprzęt jednorazowy sterylny, czy wielorazowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga pęsety bipolarnej prostej dl. 12 cm, końcówki zaokrąglone 1 mm + przewód do pęsety dl. min. 3 m.

Pytanie dot. zadanie 51:

Czy w zadaniu nr 51 dopuszczają Państwo elektrody bez kabla z wyprowadzeniem na klips, wraz z pewną ilością wielorazowych kabli do przyłączania do diatermii? Jeśli tak, prosimy o określenie ilość kabli przyłączeniowych do tych elektrod.

W uzasadnieniu informujemy, że są dostępne elektrody jednorazowe zintegrowane z kablami, ale jest to rozwiązanie wielokrotnie droższe od elektrod z wyprowadzeniem na klips, ponadto z uwagi na wydłużające się terminy dostaw tych produktów związane z przerwami łańcuchów dostaw w światowej gospodarce, jest bardzo trudno, na dzień dzisiejszy zagwarantować terminowość dostaw tych produktów.

Wyjaśnienie: Tak mogą być elektrody bez kabla plus trzy kable wielorazowe.

Pytanie dot. zadanie 51:

Prosimy o dopuszczenie elektrody z przewodem 3 m.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 1 znajdującego się w Załączniku nr 3 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 4 zd. 1 następującego brzmienia: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 1 znajdującego się w Załączniku nr 3 do SWZ poprzez dodanie w § 3 ust. 1 zd. 3 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się nie pobierać z Banku sprzętu, któremu upłynął termin ważności.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 1 znajdującego się w Załączniku nr 3 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 3 o następującej treści: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokona kontroli terminu ważności asortymentu oddanego w depozyt.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust 7)

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uwzględnia postulatów Wykonawcy dotyczących zmian projektowanych postanowień umowy. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 3)

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uwzględnia postulatów Wykonawcy dotyczących zmian projektowanych postanowień umowy. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 9 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku, o którym mowa w § 1 ust. 7 w wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku;

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto opóźnionej części dostawy;

3) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 6 - 7, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień

zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją;

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uwzględnia postulatów Wykonawcy dotyczących zmian projektowanych postanowień umowy. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania.

Pytanie dot. wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6-7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uwzględnia postulatów Wykonawcy dotyczących zmian projektowanych postanowień umowy. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu