



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 kwietnia 2016 r.

AG.ZP.3320.27.03865.16

dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

### Pytanie 1 dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, wieloogniskowa, dyfrakcyjna, tylnokomorowa, posiadająca 9 pierścieni,
- dodatek do bliży + 3,5D
- stopień uwodnienia 26%
- filtr UV i filtr światła niebieskiego
- konstrukcja – jednoczęściowa, 2 pełne haptyki,
- średnica całkowita 12,50 mm
- średnica optyczna 6,0 mm
- właściwości asferyczne, bezaberacyjne
- zabezpieczenie przeciw PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery – wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)
- angulacja 0°
- stała A 118,4
- moduł Younga od 46,02 do 48,00 Mpa
- cięcie <2,5
- implantacja – injector jednorazowy z cardrijem 2.2
- dioptraż od 10 – 30D (co 0,5D) – optyka dwuwypukła
- współczynnik refrakcji 1,46

**Wyjaśnienie:** Nie.

### Pytanie 2 dot. zadania 8:

Czy Zamawiający wymaga pełnych haptenów ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### Pytanie 3 dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 soczewkę hydrofilną z powierzchnią



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UROWYŻNIANIE  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

hydrofobową o module Younga 62 i zakresie mocy optycznej od 0.0 do 40.0 D w tym od 0.0 do 10.0 co 1.0D, od 10.0 do 30.0 co 0.5D i od 30.0 do 40 co 1.0D, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen netto dla soczewki i systemu implementacyjnego, których suma będzie równa „cenie jednostkowej” zaproponowanej w formularzu cenowym ?

**Wyjaśnienie:** Tak, pod warunkiem fakturowania takiej samej ilości soczewek i elementów systemu implementacyjnego, tj. tworzących określoną ilość kompletów.

**Pytanie 5 dot. zadania 5:**

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Jednoczęściowa, zwijalna, materiał akryl hydrofobowy, stopień uwodnienia w zakresie 3-4%, część haptyczna 12,5 mm, część optyczna 6 mm, ostra krawędź na obwodzie części optycznej 360 stopni, zakres mocy optycznej + 6,00D do 30,0D co 0,5D, moc cylindra 1,25D, 2,00D, 2,75D, filtr UV, dołączony jednorazowy injector 2,2 mm + kartridż, stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 2,2 mm ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 6 dot. zadania 8:**

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Jednoczęściowa, asferyczna, akrylowa, hydrofobowa, kompatybilna z laserem YAG, średnica całkowita 13 mm, średnica optyczna 6 mm, ukątowanie części haptycznej 0 stopni, uwodnienie < 1%. Zakres mocy optycznej od 0,00D do + 40,0D. Dołączony jednorazowy injector + kartridż do cięcia 2,4 mm. Dwuwypukła część optyczna i mocujące części haptyczne, z kwadratową krawędzią, filtr UV ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 7 dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy soczewek z zadania nr 4 do 3 tygodni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje termin dostawy określony w SIWZ, tj. nie dłuższy niż 7 dni licząc od daty otrzymania zamówienia przez Sprzedającego.

**Pytanie 8:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT ?

**Wyjaśnienie :** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 1 ust.3 wzorów umów nr 1 i nr 2, który otrzymuje brzmienie: „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości

określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny określonej w § 5 ust. 1 umowy (wzór umowy nr 1)/ nie może przekroczyć łącznej ceny określonej w § 3 ust. 1 (wzór umowy nr 2). Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny określonej w § 5 ust. 1 umowy (wzór umowy nr 1) / ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy” (wzór umowy nr 2).

**Pytanie 10 dot. wzoru umowy nr 1:**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w § 2 dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek (Zadanie nr 1, 2, 8):

1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.
2. „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”
3. „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed data jej przeprowadzenia.”
4. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”
5. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 4 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1- integralnej części SIWZ.

**Pytanie 11 dot. zapisów wzoru umowy nr 1:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych dotyczących wzoru umowy nr 1 w § 8 pkt. 1 i 2 z 0,2% na 0,1% oraz w pkt. 3 z 5% na 3% ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 12 dot. zapisów wzoru umowy nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy nr 1 w § 11 ust. 3 pkt. 3 zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 13 dot. zapisów wzoru umowy nr 2:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych dotyczących wzoru umowy nr 2 w § 6 pkt. 1 z 0,2% na 0,1% oraz w pkt. 2 z 5% na 3% ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 14 dot. zapisów wzoru umowy nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy nr 2 w § 9 ust. 3 pkt. 3 zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 15 dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści soczewkę o średnicy całkowitej 13,0 mm,

średnicy optycznej 6,0 mm, zakresie mocy optycznej od 0,0D do + 33,0D ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie 16 dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści soczewkę wieloogniskową:

- optyka refrakcyjno – dyfrakcyjna,
- materiał: akryl hydrofilny (25%) z powierzchnią hydrofobową,
- część haptyczna 11,00 mm
- zakres mocy optycznej = 0,0D do + 32,0D (dostępne co 0,5D)
- filtr UV,
- pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 17 dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści soczewkę toryczną:

- stopień uwodnienia 1 - 4%
- zakres mocy optycznej = + 10,0D do + 30,0D (dostępne co 0,5D)
- moc cylindra = 1,5D, 2,25D, 3,0D
- nie posiadającą markera do oznaczania osi cylindra na rogówce
- pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 18 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści soczewkę wewnątrzgąłkową zwijalną (tylnokomorową), jednoczęściową, asferyczną, posiadającą dwie części haptyczne, w których znajduje się po 1 podłużnym otworze, średnicy całkowitej soczewki 12,5 mm i średnicy części optycznej 6,5 mm dostępnej w dioptrażu od – 10,0D do +9,0D; średnicy całkowitej soczewki 12 mm i średnicy optycznej 6 mm w dioptrażu od + 10,0D do + 40,0D ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 19 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wymaga soczewki o zakresie mocy od – 10,0D do + 40,0D ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 20 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści soczewki w zakresie od – 10,0D do + 10,0D w przyrostach co 1,0D, od +10,0D do +30,0D w przyrostach co 0,5D, od +30,0D do + 40,0D w przyrostach co 1,0D ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 21 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wymaga soczewki hydrofilnej o stopniu uwodnienia 26% ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 22 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści soczewkę bez parametru modułu Younga ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 23 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści soczewkę z optyką asferyczną jako soczewkę z lepszą optyką dla oka pacjenta, nie powodującą aberracji chromatycznych?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 24 dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści soczewkę o angulacji haptyków 10 stopni ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 25 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga soczewki o poziomie addycji do bliży + 2,5D i +3,0D ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie 26 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 lub wyższego ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 27 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści różną stałą A sugerowaną jako optymalną do soczewek zależnie od poziomu addycji do bliży ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie 28 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 4 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 lub wyższego ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 29 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 5 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 lub wyższego ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 30 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 5 w Rozdziale I SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozszerzonego zakresu mocy o dioptraż cylindryczny + 1,0D.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie 31 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 6 w Rozdziale I SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści mikroimplant o długości 2,64 mm ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie 32 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3, 4 i 5 w Rozdziale I SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści, w przypadku złożenia oferty na zadanie 3, 4 oraz 5 przez jednego wykonawcę, możliwość zaoferowania 1 indzektora wielorazowego (zamiast 3 sztuk), który jest kompatybilny do wszczepu soczewek określonych w zadaniu 3, 4 i 5 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 33 dot. zał. nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5):**

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu podania siedzib wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Ustawa o zamówieniach publicznych oraz przepisy wykonawcze nie nakładają takiego wymogu na wykonawców. Grupa kapitałowa,

do której należy nasza firma zawiera kilkaset podmiotów z całego świata, co powoduje, że ilość dokumentacji jest bardzo obszerna.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wymaga złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP.

**Pytanie 34 dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu 60 dniowego terminu płatności od daty otrzymania faktury VAT na termin 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 35 dot. zapisów §1 ust. 3 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby §1 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny określonej w §3 ust. 1 umowy. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny określonej w §3 ust. 1 umowy.” Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Kupującego zrealizowany powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Sprzedający nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Kupujący zamówi przykładowo tylko 5% towaru, a zrezygnuje z 95%. W związku z powyższym zwracam się o doprecyzowanie zapisów projektu umowy zgodnie z propozycją. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem jego wielkości umożliwi Sprzedającym prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązują zapisy wprowadzone zmianą określoną w wyjaśnieniach do pytania 9 na str. 2-3 niniejszego pisma.

**Pytanie 36 dot. zapisów § 2 ust. 1 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby § 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. Kupujący będzie określał odrębnymi zamówieniami na piśmie lub faksem asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy oraz termin dostawy – nie dłuższy niż 7 dni i nie krótszy niż 24 godziny licząc od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego”. Postanowienia zostało doprecyzowane tak aby ograniczyć prawo Kupującego do składania zamówień np. z dwugodzinnym terminem dostawy – taki termin byłby niemożliwy do zrealizowania – należy również zwrócić uwagę, że w przypadku niedostarczenia towaru w terminie przez Sprzedającego, Kupujący może nałożyć na Sprzedającego karę umowną.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 37 dot. zapisów §2 ust. 4 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby ze wzoru umowy usunąć § 2 ust. 4. Postępowanie

reklamacyjne, którego częścią będzie zwrot towaru zostało zawarte w § 7 ust. 2 wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 38 dot. zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego” Dniem zapłaty powinien być dzień uznania rachunku Sprzedającego jako wierzyciela.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 39 dot. zapisów §7 ust. 1 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby §7 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Trzykrotne niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego poprzez nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym”. Postanowienie zostało tak zmienione aby storzyć katalog zamknięty sytuacji, których zaistnienie da prawo Kupującemu do rozwiązania umowy. Tym samym Strony unikną wątpliwości interpretacyjnych w zakresie oceny czy Kupujący mógł rozwiązać umowę czy też nie. Z postanowienia usunięto także niejasne odwołanie do § 6 umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 40 dot. zapisów § 7 ust. 2 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby § 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Kupujący w terminie 5 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady, powiadomi o tym pisemnie Sprzedającego, a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Sprzedającego, na koszt Sprzedającego wadliwy towar. Sprzedający uzupełni braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 2 dni roboczych odeśle do Kupującego towar wolny od wad”. Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego – stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana towaru na wolny od wad. Ponadto Sprzedający może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma reklamowany towar.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 41 dot. zapisów § 9 ust. 2 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby § 9 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem, z wyłączeniem zmiany stawki podatku VAT wskazanej w § 9 ust. 2 pkt. 3) umowy, gdzie zmiana następuje automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego zmieniającego stawkę”. Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy – Strony unikną konieczności zawierania aneksu w przypadku zmiany przepisów.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 42 dot. zapisów § 9 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby § 9 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku zmianie ulega cena brutto”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby obciążać Sprzedającego kosztami poniesienia zmiany stawki podatku VAT.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 43 dot. zapisów § 12 wzoru umowy nr 2:**

Zwracamy się z prośbą aby § 12 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw – w granicach wskazanych w § 1 ust. 3 umowy, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy”. Postanowienie zostało doprecyzowane w zakresie obowiązku zamówienia określonej ilości towaru w związku z propozycją zmiany brzmienia § 1 ust. 3 wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 44 dot. zadania 8:**

Czy mając na uwadze, że moduł Younga „...określać może chirurgowi potencjalną podatność soczewki na składanie jej, komfort w trakcie manewru wszczepiania oraz bezpieczeństwo w trakcie procesu rozwijania się soczewki w oku. Może być też jednym z czynników prognostycznych stabilności wszczepu w oku, jego oporności na siły retrakcji torebki soczewki.” Ponadto biorąc pod uwagę opinię dr n. med. Jacka Szendzielorza: “w praktyce oznacza to, że im wyższa wartość modułu Young’a, tym bardziej sztywna, trudniejsza do zwinięcia soczewka wewnątrzgałkowa. Sztywny materiał (moduł Young’a > 50 N/mm<sup>2</sup>), użyty do produkcji soczewki jest czynnikiem zwiększającym ryzyko dla pacjenta.”, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu soczewki o niższym niż wskazany w SIWZ module Younga - 30N/mm<sup>2</sup>, tym samym lepszej, przede wszystkim bezpieczniejszej w użyciu dla pacjenta, charkteryzującej się poniższymi parametrami:

soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, sferyczna z jednorazowym zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°; dioptraż od -10.0 D do +45.0 D (od 6.0 do 30.0 D co 0.5D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiający w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1,46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0. Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Moduł Younga 30 N/mm<sup>2</sup>. Jednorazowy system do implantacji składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu. Kompatybilna z laserem Nd: YAG.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 45 dot. wzoru umowy nr 1 / § 11, ust. 3 pkt. 3 /:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafów wg poniższej propozycji: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto przy zachowaniu ceny netto”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ.

**Pytanie 46 dot. wzoru umowy nr 1 / zadanie nr 8 /:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wymaganego terminu uzupełnienia depozytu soczewek.

**Wyjaśnienie:** Wymagany termin uzupełnienia depozytu soczewek – nie dłuższy niż 7 dni licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego zamówienia Kupującego określającego asortyment i ilość dostaw do uzupełnienia depozytu soczewek.

**Pytanie 47 dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka zwijalna hydrofobowa jednoczęściowa, wielogniskowa
- stopień uwodnienia poniżej 2,0%
- optyka asferyczna
- filtr promieniowania UV
- średnica optyczna 6,0 mm, całkowita 13,0 mm
- moc od +5,0D do +34,0D (co 0,5D)
- współczynnik refrakcji 1,47
- matowa, ciągła 360 stopni ostra tylna krawędź przeciwdziałająca PCO
- 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki
- soczewka niezależna od średnicy źrenicy
- oferowana soczewka dostępna jest z następującymi dodatkami do bliży: 2,75; 3,25; 4,00

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 48 dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dodatkowo dopuści soczewki:

- o optyce dyfrakcyjnej na całej powierzchni soczewki
- bez filtra światła niebieskiego.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 49 dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka zwijalna hydrofobowa jednoczęściowa
- stopień uwodnienia poniżej 2,0%
- filtr promieniowania UV
- optyka asferyczna
- soczewka zapewnia widzenie wysokiej jakości w ciągłym zakresie odległości odpowiadającym 1.5 dioptrii
- średnica optyczna 6,0 mm, całkowita 13,0 mm
- moc od +5,0D do +34,0D (co 0,5D)
- współczynnik refrakcji 1,47
- matowa, ciągła 360 stopni ostra tylna krawędź przeciwdziałająca PCO
- 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki
- optyka dyfrakcyjna złożona z 9 pierścieni na tylnej powierzchni soczewki
- działanie soczewki niezależne od średnicy źrenicy

- soczewka korygująca aberrację chromatyczną
- stała A = 119,3 dla biometrii optycznej
- stała A = 118,8 dla biometrii ultradźwiękowej

Dodatkowo ww. soczewka zapewnia widzenie o bardzo wysokiej jakości od 66 cm do dali, przy minimalizacji niepożądanych efektów optycznych.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 50 dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka zwijalna hydrofobowa jednoczęściowa, do korekcji astygmatyzmu
- stopień uwodnienia poniżej 2%
- filtr promieniowania UV
- optyka asferyczna
- pisaki do markowania oka
- moc cylindra:

Model	ZTC 100	ZTC 150	ZTC 225	ZTC 300	ZTC 375	ZTC 450	ZTC 525	ZTC 600	ZTC 700	ZTC 800
Moc cylindra w płaszczyźnie IOL	1,00D	1,50D	2,25D	3,00D	3,75D	4,50D	5,25D	6,00D	7,00D	8,00D

- średnica optyczna 6,0 mm, całkowita 13,0 mm
- moc sfery od +5,0D do +34,0D (co 0,5D)
- współczynnik refrakcji 1,47
- matowa, ciągła 360 stopni ostra tylna krawędź przeciwdziałająca PCO
- 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie 51 dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo soczewkę bez filtra światła niebieskiego ?

Soczewka ta posiada także dodatkowo moce cylindra inne niż wymagane: 1.0D; 7.0D; 8.0D.

**Wyjaśnienie:** Nie.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec