



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04 sierpnia 2016 r.

AG.ZP.3320.46. .16



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę jednorazowego sprzętu diagnostycznego i stentów uwalniających leki dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania nr 4

Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie zadania 4, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek promieniowych o długości 13 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 2 dot. zadania nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łączników wysokociśnieniowych spełniających wszystkie wymagania SIWZ o długości 150 cm.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 3 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne znanego producenta, używane w wielu pracowniach hemodynamicznych na terenie RP, dostępne w średnicach 4,5 i 6 F, o dużej średnicy wewnętrznej dla 6 F – 0,057", dostępne w wielu krzywiznach, również z krzywizną przeznaczoną do dostępu promieniowego TIG, opcjonalnie w wersji z otworami bocznymi, oferowane dla wybranych krzywizn w długościach 100, 110 i 130 cm dla wybranych krzywizn m.in. JL 4, JR 4, PIG TAIL, z krzywizną MPA dostępna w średnicy 5 i 6 F? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją przetargową?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 4 dot. zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne przeznaczone do dostępu promieniowego, kompatybilne z przewodnikiem 0,038", bez markerów w odcinku 10-20 cm od końcówki cewnika?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 5 dot. zadania nr 10

Ponieważ nie ma na rynku przetworników Aboott (obecnie firmy ICU Medical), które spełniają podane przez Zamawiającego parametry, jako autoryzowany dystrybutor prosimy o dopuszczenie przetworników ICU Medical (dawny Aboot) bez wbudowanego portu testowego – zaferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane nie wymagają dodatkowego testowania oraz spełniają pozostałe wymogi SIWZ.?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 6 dot. zadania nr 10

Czy pod pojęciem wysokiej odporności na zakłócenia Zamawiający ma na myśli nieliniowość i histerezę < 1,5%?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 7 dot. zadania nr 10

Czy pod pojęciem szczelności połączeń na linii ciśnieniowej Zamawiający oczekuje linii infuzyjnej trwale połączonej z przetwornikiem?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 8 dot. SIWZ i wzoru umowy.

Czy dla pakietów 2, 3 i 10 Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z banku, w zamian za dostawy w terminie 2 dni robocze?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 9 dot. SIWZ i wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pierwszego zdania § 5 ust. 1 wzoru umowy 2 na następujący: „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni (..)”??

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10 dot. SIWZ i wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 2 wzoru umowy 2 na następujący: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku zmianie ulega jedynie cena brutto, a netto pozostanie bez zmian”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Pytanie 11 dot. SIWZ i wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 wzoru umowy 2 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12 dot. SIWZ i wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 12 ust. 3 c wzoru umowy 2 na następujący: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13 dot. zadania nr 27.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wyceny jako osobne pozycje prześcieradła do transportu oraz podkładu chłonnego?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 14 dot. zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne cewniki kalibracyjne o długościach 70, 100 cm z 21 platynowymi opaskami (segment 20 cm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 15 dot. zadania nr 5.

Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści długość koszulki 12 cm, igła prosta 20 g, przewodnik prosty 0,025” w zestawie?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 16 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej długości 12 cm z przewodnikiem prostym 0,025” i 0,021”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 17 dot. zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu – opaski uciskowej do tętnicy

promieniowej typu „Zegarek” (wg rys. 2 – rysunek w dokumentacji postępowania)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w SIWZ w zadaniu nr 10 wymagał przetwornika do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną a nie zestawu – opaski uciskowej do tętnicy promieniowej typu „zegarek”. W zadaniu nr 10 wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 18 dot. zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 cewnika bezkoszulkowego do PTCA o średnicy wewnętrznej 0,081” dla rozmiaru 7,5 F zamiast 0,080 „ dla 7,0 F; pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak.

*lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*