



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.5.21

Zamość, dnia 26 lutego 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz USG okulistycznego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

„Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem przewodowym, wyposażonym w membranowe przyciski opatrzone czytelnymi piktogramami?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

„Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z odejmowanymi materacami o grubości 60mm, wykonanymi z pianki poliuretanowej, pokrytej skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, materace o właściwościach przeciwoleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu”, materace są szyte ale dodatkowo zabezpieczone klejem.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

„Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej, pokrytej lakierem proszkowym, poliestrowo-epoksydowym. Podstawa posiada tworzywową osłonę z ABS.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

„W związku z wymogiem dostarczenia wraz z aparatem usg drukarki, dla której stawka vat wynosi 23% czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza Oferta Wykonawcy, aby uwzględnił odpowiednią stawkę vat dla drukarki?”

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, wszelkie druki stanowiące załączniki do SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza Oferta Wykonawcy, aby uwzględnił odpowiednią stawkę VAT dla drukarki.

Pytanie dot. zadania 1:

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy stołu zabiegowego do maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy ze względu na proces produkcyjny i instalacyjny?”

Wyjaśnienie: Nie.



Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy dla Zadania nr 2 ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia - Zamawiający odstąpi od:

- instalacji i uruchomienia (umowa §2 pkt. 3)
 - konieczności szkolenia z zakresu obsługi (bardzo prosty niewymagający tłumaczenia sposób obsługi)
 - przeprowadzenia przeglądu technicznego
- oraz wykreśli z umowy §7 pkt. 4 i §9 pkt. 2 i 3”

Wyjaśnienie: Zał. nr 3 do SWZ – wzór umowy – stanowi projektowane zapisy umowy, która to umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. W związku z zakresem wymagań Zamawiającego określonym w zał. nr 1 do SWZ dla zadania 2 z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie zadania 2 zostaną usunięte zapisy dot. instalacji i uruchomienia, szkolenia z zakresu obsługi oraz przeprowadzenia przeglądu technicznego.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści kasetę szkieł ze szklami:

· Zakres szkieł sferycznych:

39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25
- 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50
- 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00
- 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00

· zakres szkieł cylindrycznych:

20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25
- 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50

· zakres szkieł pryzmatycznych:

14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0

· akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkło, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany z rączką, szkło o wartości 0D”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania Stół zabiegowy:

„Czy Zamawiający w pkt 2 dopuści podstawę jezdną z dwoma hamowanymi oddzielnie osiami wyposażonymi w pojedyncze koła?”

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania Stół zabiegowy:

„Czy Zamawiający w pkt 5 dopuści regulację elektrohydrauliczną?”

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania Stół zabiegowy:

„Czy Zamawiający w pkt 10 dopuści pozycję Trendelburga min 10°?”

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania Stół zabiegowy:

„Czy Zamawiający w pkt 12 dopuści stół z zamontowanym na stałe podglówkiem bez możliwości jego zdemontowania?”

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania Stół zabiegowy:

„Czy w pkt 12 Zamawiający ma na myśli możliwość całkowitego zdemontowania podglówka czy chodzi tylko o możliwość zdemontowania podpory głowy zamontowanej na podglówku?”

Wyjaśnienie: Możliwość demontowania podpory głowy – podglówka.

Pytanie dot. zadania Stół zabiegowy:

„Czy Zamawiający w pkt 15 dopuści stół z przenikalnym dla promieni RTG tylko segmentem nóg? Istnieje możliwość odwrotnego ułożenia pacjenta na stole (klatka piersiowa na segmente nóg).”

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu