



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 18 lutego 2021 r.

AT.Z.2150.29.1.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia oferty na dostawę odczynników do oznaczania przeciwciał anty Sars-Cov-2 wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

#### Pytanie 1:

„Dotyczy Załącznika nr 2 do zaproszenia – Oferta cenowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej poprzez dodanie odpowiedniej ilości wierszy uwzględniającej wszystkie niezbędne wyroby/produkty?”

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

#### Pytanie 2:

„Dotyczy Załącznika nr 2 do zaproszenia – Oferta cenowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej poprzez dodanie kolumn „ilość opakowań”, „cena netto za opakowanie” oraz „cena brutto za opakowanie? Uzasadnienie: Wykonawca nie sprzedaje testów na sztuki a na opakowania.”

#### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

#### Pytanie 3:

„Dotyczy Załącznika nr 2 do zaproszenia – Oferta cenowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej poprzez dodanie kolumny „nr katalogowy”?”

#### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający oczekuje odczynnika do oznaczania przeciwciał anty Sars-Cov-2, który w ulotce producenta opisany jest jako metoda ilościowa?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga zapisu w ulotce, że test jest ilościowy.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia, żeby zaoferowana metoda była zmieniana przez producenta zgodnie z zaleceniami WHO wg. międzynarodowego standardu WHO i miała możliwość podawania wyniku w BAU/ml ?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

„Czy Zamawiający wskaże oczekiwany zakres pomiarowy testu? Biorąc pod uwagę wysoki poziom przeciwciał występujący u osób zaszczepionych, szeroki zakres pomiarowy testu pozwoli uniknąć wykonywania licznych powtórzeń, co pozwoli uzyskać niższą cenę za wydany wynik? Wartość międzynarodowego standardu WHO wynosi 1 000 BAU/ml. Dlatego wykonawca powinien mieć możliwość oznaczenia takiego miana przeciwciał w pierwszym oznaczeniu.”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyznaczył zakresu liniowości testu.

Pytanie 7:

„Czy Zamawiający dopuści kontrole wykonywane na trzech poziomach oraz kalibrator 6 - punktowy? Taki materiał kontrolny i kalibrator wykorzystuje firma Abbott i brak zgody wykluczy naszą firmę z postępowania. Kalibracja testu SARS-CoV-2 IgG wykonywana jest stosunkowo rzadko (przy zmianie serii odczynnika) i nie wpływa to na podwyższenie ceny za wydany wynik.”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany test posiadał korelację z testem neutralizacji na poziomie 100%? Dzięki temu Zamawiający zyskuje pewność, że test oznacza przeciwciała, które mają zdolność naturalizacji wirusa.”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza.

Małgorzata Popławska  
/-/  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu