



AG.ZP 3320.18 .09032.19

Zamość, dnia 08 sierpnia 2019r.



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę narzędzi chirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozwieracz typu Henderson ostry, 4-4 zęby, szerokość 23 mm, długość całkowita 180 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zadania 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści imadło typu De-Bakey do szwów 4/0 – 6/0 miniprofil (cienkie), utwardzana wkładka robocza, ząbkowana krzyżowo, z zamkiem, ze złożonymi uchami, długość 21 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza długość 20,5 – 21 cm.

Pytanie 3 dot. zadania 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści imadło typu De- Bakey do szwów poniżej 4/0, utwardzana wkładka robocza, ząbkowana krzyżowo, z zamkiem (zapadka), ze złożonymi uchami, długość 23 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza długość 23 – 24 cm.

Pytanie 4 dot. zadania 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści imadło typu De- Bakey do szwów 4/0-6/0 miniprofil (cienkie), utwardzana wkładka robocza, ząbkowana krzyżowo, z zamkiem (zapadka), ze złożonymi uchami, długość 23 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

Pytanie 5 dot. zadania 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Metzenbaum, z twardą wkładką tnącą do preparacji, końce tępo-tępe, zagięte, ucha złożone, długość 20 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza długość 20-20,5 cm.

Pytanie 6 dot. zadania 18 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Metzenbaum, z twardą wkładką tnącą, końce tępo-tępe, proste długość 20 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza długość 20-20,5 cm.

Pytanie 7 dot. zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. zadania 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 dot. zadania 5 poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 5 poz. 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dot. zadania 5 poz. 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot. zadania 5 poz. 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna GROSS MAIER, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dot. zadania 5 poz. 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak wym 26x16, 23x16, 30x16 i 27x16 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dot. zadania 5 poz. 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, miska wym. 110x70x55 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dot. zadania 16 poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 16 dot. zadania 17 poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17 dot. zadania 17 poz. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 18 dot. zadania 18 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna BOZEMAN Wertheim, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 19 dot. zadania 18 poz. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot. zadania 18 poz. 7 i 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 21 dot. zadania 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 poz. 1 imadło mikrochirurgiczne o dł. 20,5 cm (krótsze o 0,5 cm) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dot. zadania 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 poz. 2 imadło mikrochirurgiczne dedykowane do nici 6/0 – 8/0 o dł. 20,5 cm, ze szczekami pokrytymi węglikiem spiekany, który przy tej wielkości nici jest trwalsze i lepiej utrzymuje igłę?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dot. zadania 17 poz. 1 i 2.

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła mikrochirurgicznego o dł. 190 mm lub 230 mm ze szczekami pokrytymi węglikiem spiekany spełniającego pozostałe wymogi opisu?.

Wyjaśnienie:

Odpowiedzi były pozytywne.

Pytanie 24 dot. zadania 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 w poz. 5 nożyczki Hegemann o dł. 190 mm (1 cm dłuższe) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dot. zadania 17 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 w poz. 6 nożyczki Hegemann o dł. 190 mm spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dot. zadania 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 w poz. 3 nożyczki o dł. 16 cm (1 cm dłuższe) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dot. zadania 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 w poz. 7 imadło o dł. 23 cm (krótsze o 1 cm) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dot. zadania 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 w poz. 8 imadło o dł. 23 cm (krótsze o 1 cm) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dot. zadania 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 w poz. 9 imadło o dł. 20 cm (krótsze o 0,5 cm) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dot. zadania 18 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 w poz. 10 nożyczki o dł. 20 cm (krótsze o 0,5 cm) spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dot. zadania 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 w poz. 1 retraktor mitralny typu Cosgrove'a – duży retraktor typu Cooley o wym. 30 mm x 100 mm x 220 mm spełniający pozostałe wymogi opisu? spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 32 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 3).

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1 pkt. 1: Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2 % ceny (brutto) **niewykonanej w terminie części dostawy**, określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy**.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 34 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1 pkt. 2: Za zwłokę Sprzedającego w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2 % ceny (brutto) **niezrealizowane w terminie części umowy**, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z § 9 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy**.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 35 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1 pkt. 3: Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ponad termin wyznaczony przez Kupującego, Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,1 % ceny brutto **wadliwej części** umowy wskazanej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej**

niż 10 % wartości brutto wadliwej części umowy, z tym zastrzeżeniem, iż końcowym terminem naliczania kary umownej będzie dzień usunięcia wady przez Sprzedającego albo podmiot trzeci, któremu Kupujący powierzył usunięcie wady zgodnie z § 3 ust. 3

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 36 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1 pkt. 4: w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, jak też w przypadku rozwiązania przez Kupującego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, należą się Kupującemu od Sprzedającego Kara umowna w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** ceny (brutto) określonej w § 4 ust. 1.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 37 dot. zadania 2 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haka tylko rozmiar 36 x 28 mm zamiast 37 x 27 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza hak rozmiar 36 x 28 mm.

Pytanie 38 dot. zadania 2 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego mikroekstraktora tylko dł. 180 mm zamiast 170 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza mikroekstraktor dł. 180 mm.

Pytanie 39 dot. zadania 2 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego uchwytu tylko dł. 120 mm zamiast 110 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza uchwyt dł. 120 mm.

Pytanie 40 dot. zadania 2 poz. 27-32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych stripperów tylko dł. 500 mm zamiast 550 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 41 dot. zadania 2 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego cięgna tylko w dł. 900 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza cięga dł. 900 mm.

Pytanie 42 dot. zadania 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej sondy tylko dł. 320 mm

zamiast 330 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 43 dot. zadania 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego kulociagu tylko dł. 240 mm zamiast 250 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 44 dot. zadania 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego wziernika tylko rozmiar 90 x 40 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 45 dot. zadania 4 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego wziernika tylko rozmiar 70 x 40 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 46 dot. zadania 4 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła tylko dł. 240 mm zamiast 235 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza imadło dł 240 mm.

Pytanie 47 dot. zadania 4 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczyków tylko dł. 130 mm.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiając dopuszcza kleszczyki dł. 130 mm.

Pytanie 48 dot. zadania 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła typ Mayo – Hegar w dł. 200 mm zamiast 205 mm.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 49 dot. zadania 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła typ Mayo – Hegar w dł. 240 mm, zamiast 235mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiając dopuszcza imadła typ Mayo – Hegar w dł. 240 mm.

Pytanie 50 dot. zadania 7 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych nożyczek tylko dł. 180 mm zamiast 185 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiając dopuszcza nożyczki dł. 180 mm.

Pytanie 51 dot. zadania 7 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy dł. 140 mm zamiast 145 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 52 dot. zadania 7 poz. 22

Prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 53 dot. zadania 7 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli typ Schmid śr. 4 mm dł. 150 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 54 dot. zadania 7 poz. 28-29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczy tylko dł. 220 mm zamiast 225 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza kleszcze dł. 220 mm.

Pytanie 55 dot. zadania 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego trzonka dł. 135 mm zamiast 130 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza trzonek długości 135 mm.

Pytanie 56 dot. zadania 9 poz. 16-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych raspatorów tylko dł. 210 mm zamiast 215 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza raspatory dł. 210 mm.

Pytanie 57 dot. zadania 9 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych nożyczek tylko dł. 180 mm zamiast 185 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 58 dot. zadania 9 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła typ Mayo-Hegar w dł 200 mm zamiast 205mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 59 dot. zadania 9 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młotka w dł. 190 mm całkowita waga 300 g, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 dot. zadania 9 poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy w dł. 175 mm zamiast 145 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 61 dot. zadania 9 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczy tylko dł. 195 mm zamiast 175 mm?

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 62 dot. zadania 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy na waciki w rozmiarze 200 x 150 x 25 mm?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 dot. zadania 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści taki sam rozwieracz o takich samych parametrach technicznych tylko 4x4 zęby zamiast 3 x 4 zębów?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek