

Zamość, dnia 29 sierpnia 2017 r.


AG.ZP.3320.59. .17

## Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów usuwania elektrod wewnątrzsercowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 1:**

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 introducera z rozrywalną koszulką typu „peel away” odpornego na załamania o długości dylatora 33 cm i średnicach 8, 9Fr. Średnice 6-9Fr są dostępne dla dylatora o dł. 23 cm. Oferowany produkt jest najwyższej jakości, od europejskiego producenta, używany w wielu klinikach w Polsce, Europie i cieszący się dużym uznaniem. W zestawie znajduje się przewodnik – 50 cm zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zdjęcie produktu przedstawia poniższy rysunek.



**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2).

### **Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

zamówienia.

**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **1 września 2017 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **1 września 2017 r. godz. 12:00**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek