



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.65.23

Zamość, dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu do usuwania elektrod**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 3 koszulki z ręcznym napędem o długości roboczej – maks. 45 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1, 3, 4, 5:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia „Banku” dla następujących Zadań: 1,3,4,5.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu