



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 5 lipca 2016 r.

AG.ZP.3320.44. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rtg śródoperacyjnego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. rozdz. I pkt 3 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru: „Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 45 cm” na „Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 43 cm”? Kluczowe dla obrazowania jest maksymalne przybliżenie obrazu do ciała pacjenta w trakcie zabiegu lub też maksymalne zbliżenie lampy do stołu, w związku z powyższym zakres ruchu pionowego mniejszy o 2 cm od wymaganego nie wpływa na pogorszenie ergonomii wykonywanego badania. Dopuszczenie powyższej wartości parametru pozwoli na zaoferowanie o doskonałych parametrach prądowych oraz wysokiej jakości obrazowania.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. rozdz. II pkt 23 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu wyposażonego w nowoczesny generator o mocy 2,5 kW, który pozwala na uzyskanie prądów skopii i radiografii o wartościach zdecydowanie większych niż wymagane? Dzięki zastosowaniu najnowszych generatorów wysokoczęstotliwościowych możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich parametrów prądowych, przy użyciu generatorów o niższej mocy.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. rozdz. V pkt 48 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru: „Maksymalna szybkość akwizycji dla obrazów fluoroskopii min. 15 obr/s 15 obr/s – 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie” na „Maksymalna szybkość akwizycji dla obrazów fluoroskopii min. 10 obr/s 10 obr/s – 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie”? Pragniemy zaoferować wysokiej klasy aparat, w wielu parametrach znacznie przewyższający wymagania zamawiającego. Zmiana powyższego parametru nie będzie skutkowałą utratą komfortu pracy, ponieważ praktyka pokazuje, iż wartość ta jest wystarczająca do zabiegów, do których zamawiający przewiduje wykorzystywać aparat.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZCZE CHRENIANIA
KARMENIA
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. rozdz. VI pkt 70 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Zamawiający wymaga opracowania projektu ochrony radiologicznej dla wskazanego miejsca instalacji aparatu (3 pomieszczenia). Prosimy o wskazanie w/w pomieszczeń oraz udostępnienia ich aktualnej dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie: Aparat będzie użytkowany na Bloku Operacyjnym w trzech salach operacyjnych. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej tych pomieszczeń.

Pytanie dot. pkt 9 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu RTG z prześwietleniem ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) wynoszącym 71,5 cm? Taka nieznaczna różnica nie ma wpływu na zdolności diagnostyczne aparatu.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 31 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu RTG z lampą rentgenowską o pojemności cieplnej anody wynoszącej 40 KHU?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy?

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. § 2 ust. 9 wzoru umowy:

Czy należy rozumieć, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac (nie uwzględnionych w przedmiocie postępowania) wykazanych w sporządzonym przez Sprzedającego projekcie osłon stałych, prace te zostaną wykonane staraniem i na koszt zamawiającego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu terminowe wywiązanie się z umowy?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. § 2 ust. 9 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia o okres oczekiwania na wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu przez PWIS w Lublinie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami wzoru umowy termin 31 sierpnia 2016 r. jest to termin realizacji dostawy aparatu rtg. Zamawiający nie wymaga, aby w tym terminie zostało wydane zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu przez PWIS w Lublinie.

Pytanie dot. pkt 23 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy Zamawiający dopuści aparat o mocy generatora 2,2 kW?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 20 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego waga wózka z ramieniem C wynosi 300 kg?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 64 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:

Czy Zamawiający dopuści aparat, którym celownik laserowy obrazu zamontowany będzie po stronie lampy rtg?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. § 4 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie do 30 dni terminu na dokonanie płatności po doręczeniu przez Wykonawcę faktury.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. § 6 ust. 9 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o określenie terminu gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów do 6 miesięcy zgodnie z gwarancją jaką udziela producent sprzętu.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. § 6 ust. 13 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisów.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. § 7 ust. 7 wzoru umowy:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla zamawiającego (w wysokości przewidzianej jak dla wykonawcy), z tytułu odstąpienia od umowy przez Stronę, z przyczyn, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu pionowego ramienia C 41 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ramieniem C gdzie moc generatora wynosi 2,2 kW gdzie jakością diagnostyczną steruje mikroprocesor a nie moc?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego parametru jakim jest szybkość chłodzenia lampy rtg na poziomie min. 50 kHU/ min., gdyż parametr ten odgrywa największe znaczenie w żywotności lampy rtg.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający nie podziela zdania, iż nastąpiła omyłka pisarska i zamawiający powinien wpisać aby luminacja wynosiła 1 000 cd/ m², a kontrast monitorów wynosił odpowiednio 1000:1?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający ze względu na wymóg fluoroskopię pulsacyjną będzie wymagał aby

generator był sterowany pulsacyjny w min. 1 – 15 pulsów aby móc zachować ważność parametru 24, 26, 48?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **8 lipca 2016 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **8 lipca 2016 r. godz. 12:00**