

**„Dostawa audiometru, otoskopu i myjki ultradźwiękowej na potrzeby Gabinetu Protetyki Słuchu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

**Zadanie nr 1 - audiometr**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>Lp.</b>	<b>Parametry techniczne i funkcjonalne</b>	<b>Wymagania</b>	<b>Wartość oferowana</b>
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023 Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Audiometr	TAK	
3.	Kolorowy ekran, nie uchylny, wyświetlacz minimum 5”	TAK (podać)	
4.	Port USB do podłączenia drukarki laserowej	TAK	
5.	Możliwość podłączenia głośników aktywnych do wolnego pola	TAK	
6.	Możliwość instalacji testów słownych funkcji fonemowych	TAK	
7.	Słuchawka kostna	TAK	
8.	Słuchawki powietrzne	TAK	

<b>9.</b>	Przycisk pacjenta	TAK	
<b>10.</b>	Oznaczenia przycisków w języku polskim	TAK	
<b>11.</b>	Interfejs użytkownika w języku polskim	TAK	
<b>12.</b>	Kompatybilny z bazą danych posiadana przez Zamawiającego – Oto Access	TAK	
<b>13.</b>	Podawany ton: pojedynczy, ciągły, pulsacyjny, modulowany	TAK (podać)	
<b>14.</b>	Zakres częstotliwości AC 125 Hz – 8 000 Hz	TAK (podać)	
<b>15.</b>	Zakres częstotliwości BC 250 Hz – 8 000 Hz	TAK (podać)	
<b>16.</b>	Oprogramowanie umożliwiające transmisję dwukierunkową danych	TAK	
<b>17.</b>	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

## Zadanie nr 2 - otoskop

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023 Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Otoskop światłowodowy z bezobsługowym oświetleniem LED	TAK	
3.	Rękojeść bateryjna	TAK	
4.	Powiększenie: 3x	TAK (podać)	
5.	Wzierniki w zestawie	TAK (podać)	
6.	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

## Zadanie nr 3 – myjka ultradźwiękowa

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023 Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Myjka ultradźwiękowa	TAK	
3.	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego	TAK	
4.	Zbiornik ze stali nierdzewnej	TAK	
5.	Cyfrowy wyświetlacz	TAK	
6.	Cykle czasowe mycia	TAK (podać)	
7.	Tacka wewnątrz myjki	TAK	
8.	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.