



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10.03.2017r.

AG.Z.2150.5.3.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę autorefraktometru wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający dopuści autorefraktometr z zakresem mocy rogówki: 33,75D – 67,5D oraz zakresem astygmatyzmu rogówki: 0,0D – 10,0D przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

[www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

e mail:  
[szpital@szpital.zam.pl](mailto:szpital@szpital.zam.pl)

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Bernarda Petryk